

Załącznik nr 10

do postępowania nr
ADM272.1.2025.PG

z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Zestaw: spektrofotometr jednowiązkowy z wiązką odniesienia NANOCOLOR VIS II, z drukarką

Wymagania minimalne:

- wymagani minimalne zakres długości fali: 320 – 1100 nm
- lampa halogenowa
- dokładność ustawienia długości fali +/- 1 nm,
- rozdzielczość długości fali 0,1 nm,
- automatyczna kalibracja długości fali,
- wybór długości fali – ręczny, automatyczny,
- szerokość widmowa szczeliny < 4 nm,
- światło rozproszone < 0,01%,
- gniazdo pomiarowe uniwersalne nie wrażliwe na światło zewnętrzne, do kuwet okrągłych średnica 14 mm oraz kuwet prostokątnych 10 i 50 mm,
- ekran wyświetlacz,
- termiczna drukarka,
- wzorcowanie spektrofotometru wykonane przez akredytowane laboratorium wzorujące, dla 7 długości fal
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport
- dostawa oraz uruchomienie przez autoryzowany serwis (wymagane złożenie dokumentu potwierdzające autoryzację na terenie Polski)