

INSTYTUT EKSPERTYZ SĄDOWYCH

im. Prof. dra Jana Sehna

PL 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 9

tel. 12 61 85 700, fax 12 422 38 50

e-mail: ies@ies.gov.pl

Kraków, dnia 29 listopada 2019 r.

ZP 28/2019

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ na dostawę i instalację mikroskopu ze światłem przechodzącym białym i spolaryzowanym, umożliwiającego obrazowanie fluorescencji

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 2:

„Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery o czasie ekspozycji w zakresie 1ms do 60s? Czasy ekspozycji o większej długości stosowane są do bardzo słabych fluorescencji w materiałach biologicznych przy zastosowaniu filtrów wąskopasmowych do fluorescencji, natomiast w postępowaniu wymagane są filtry szerokopasmowe.”

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kamery o czasie ekspozycji w zakresie 1ms do 60s.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

p.o. DYREKTORA INSTYTUTU

dr hab. Dariusz Zuba
Profesor instytutu