



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach

Siedlce, 2026-10-07

SAT.272.29.2026

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ – ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Aparatura laboratoryjna do badań wody”

Numer sprawy: SAT. 272.29.2026

ID postępowania: ocds-148610-587bbf10-2efe-4ae6-a1bf-b2b5fe6f0601

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), Zamawiający informuje, że **po ustawowym terminie** do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Mając na uwadze celowość zapewnienia przejrzystości postępowania, Zamawiający korzysta z przysługującego mu uprawnienia i udziela wyjaśnień na przedmiotowe zapytanie bez ujawniania źródła zapytania. Przedstawione wyjaśnienia nie mają wpływu na treść SWZ.

Dotyczy części 3 – Stacjonarny Mętnościomierz Laserowy z RFID, wersja ISO

Pytanie 1

1) OPZ "Warunki odbioru urządzenia i gwarancji punkt 8"- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę czasu przystąpienia do naprawy na "do 15 dni roboczych" ?
Nawiązując do powyższego pytania czas przystąpienia do naprawy określa punkt 6 OPZ "Warunki odbioru urządzenia i gwarancji"

Odpowiedź:

Czas przystąpienia do naprawy, o którym mowa w punkcie 8 rozumiany jest jako czas przystąpienia do naprawy czyli przyjazdu serwisu i próbę zdiagnozowania i ewentualnie wykonania naprawy, nie jest to tożsame z czasem przeznaczonym na wykonanie skutecznej naprawy, do której odnosi się punkt 6 OPZ.

Pytanie 2

2) Umowa § 9 ust. 2- Czy Zamawiający zgodzi się na limit odszkodowania w wysokości 100% wartości umowy?



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy § 9 ust. 2 brzmi: „Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar zastrzeżonych w umowie na zasadach ogólnych. Natomiast § 9 ust. 6 brzmi: „Maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, nie przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy”

Zamawiający zakłada, że Wykonawca przystępujący do postępowania i składający ofertę na konkretny przedmiot zamówienia, dokona oceny sytuacji i warunków realizacji z należytą starannością i pełnym profesjonalizmem i rzetelnością, tak aby Zamawiający nie miał podstaw do dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość kar zastrzeżonych. Jednocześnie Zamawiający uznaje, że w imię właściwego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa, zapisy przytoczone w projektowanych postanowieniach umowy są prawidłowe i nie podlegają zmianom.

Joanna Like;
PSSE w Siedlcach

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Like; PSSE w
Siedlcach
Data: 2026.10.07 08:33:16
+02'00'

Powyższe stanowisko Zamawiającego zostanie ogłoszone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 07.10.2026 r.