



Kraków, dnia 25 lutego 2025 r.

AG.240.1.2025.BM

### Modyfikacja SWZ

#### do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację automatycznej stacji do przygotowywania bibliotek NGS.

Działając w imieniu Zamawiającego informuję, iż wpłynęło do Zamawiającego pytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej podaję treść pytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

#### Pytanie 1:

„Czy Zamawiający dopuści urządzenie, z blatem roboczym termocykler z grzaną pokrywą, umożliwiające przeprowadzenie reakcji PCR w czasie wykonywania programu: w którym: szybkość grzania wynosi 4,4 K/s i szybkość chłodzenia wynosi 2,2 K/s ?”

#### Odpowiedź 1:

**Tak.** Zamawiający dopuszcza urządzenie, z blatem roboczym termocykler z grzaną pokrywą, umożliwiające przeprowadzenie reakcji PCR w czasie wykonywania programu: w którym: szybkość grzania wynosi 4,4 K/s i szybkość chłodzenia wynosi 2,2 K/s.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jej zakres i charakter nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. Dariusz Zuba