

Główny Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Warszawa, dnia 29 maja 2020 roku
GI-BAD-231-5/20

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę termocyklera do reakcji Real Time PCR do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje wyjaśnienia.

Pytanie 1:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ - formularz warunków technicznych, pozycja 3.1 – procesor:

Czy Zamawiający dopuści na dostarczenie laptopa wyposażonego w procesor klasy Intel i5 szóstej generacji?

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż Producent urządzenia narzuca model laptopa dostarczanego razem z aparatem do Real Time PCR. Dostarczany laptop jest zwalidowany do pracy z urządzeniem Real Time PCR oraz cechuje się parametrami pozwalającymi na bezproblemową obsługę oprogramowania oraz termocyklera. Na dzień 15/04/2020 możliwy do zaoferowania przez nas laptop wyposażony jest w procesor Intel Core i5-6440HQ, który uzyskuje 5293 pkt w teście PassMark CPU Mark oraz 2059 pkt SingleThread Rating.

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** dostarczenie laptopa wyposażonego w procesor klasy Intel i5 szóstej generacji, wyposażonego w procesor Intel Core i5-6440HQ, który uzyskuje 5293 pkt w teście PassMark CPU Mark oraz 2059 pkt SingleThread Rating.

Z uwagi na powyższe, działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakresie wynikającym z udzielonej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zmianie ulega treść pkt. 3.1. formularza warunków technicznych, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz warunków technicznych w brzmieniu zmienionym od dnia 29 maja 2020 roku został zamieszczony na stronie internetowej IJHARS. Zmiany w załączniku zostały zaznaczone kolorem zielonym.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert ustalony na dzień 29 maja 2020 roku na godz. 9:30 zostaje zmieniony na dzień 3 czerwca 2020 roku godz. 9:30 oraz otwarcia ofert ustalony na dzień 29 maja 2020 roku na godz. 10:00 zostaje zmieniony na dzień 3 czerwca 2020 roku godz. 10:00.