

Załącznik nr 9

do postępowania nr ADM.272.1.2025.PG
z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Nazwa:**

Szafa termostatyczna (chłodziarka laboratoryjna) do przechowywania podłoży mikrobiologicznych

Wymagania minimalne:

- wymuszony obieg powietrza,
- zakres temperatury od 0°C do 15°C (zakres pracy roboczej $5\pm 3^{\circ}\text{C}$)
- pojemność komory ok 700 l,
- regulacja temperatury z dokładnością 0,1 °C
- półki druciane ze stali nierdzewnej – 3-5 sztuk,
- drzwi zewnętrzne pełne,
- protokół kontroli jakości w 5°C,
- automatyczne odszranianie,
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport