

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie

PSA.272.2.1.2026.AZ

Lubaczów: 15-10-2026 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY W RAMACH OGŁOSZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lubaczowie w odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2026 r., dotyczącego zapytania w ramach ogłoszonego zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu laboratoryjnego dla PSSE w Lubaczowie – znak sprawy: PSA.272.2.1.2026.AZ, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga dostawy autoklawu z systemem chłodzenia płynów w nadciśnieniu, do sterylizacji płynów szczelnie zamkniętych?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie wszelkich niezbędnych mediów do podłączenia autoklawu leży po stronie Zamawiającego (woda zmiękczona, sprężone powietrze, odpływ kanalizacji) oprócz wody demineralizowanej pod ciśnieniem, którą należy dostarczyć z urządzeniem.

Odpowiedź: Potwierdzamy zabezpieczenie następujących mediów: zasilanie elektryczne, odpływ kanalizacji, woda sieciowa.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga dostawy koszy siatkowych?

Odpowiedź: Tak



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów
16 63 21 528
psse.lubaczow@sanepid.gov.pl

Z wyrazami szacunku

Tomasz Lichacz

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie

Podpisano elektronicznie