

INFORMACJE DODATKOWE DO PRZETARGU						
LP	<p>PLIKI ŚWIADECTW WZORCOWANIA NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. W PRZYPADKU GDY PLIK NIE JEST ZATWIERDZONY PODPISEM ELEKTRONICZNYM DOSTARCZYĆ TAKŻE ORYGINAŁY. KAŻDE ŚWIADECTWO MUSI BYĆ OSOBNYM PLIKIEM ELEKTRONICZNYM. W NAZWIE PLIKU NALEŻY ZAWRZEĆ NR ŚWIADECTWA ORAZ NUMER PORZĄDKOWY WYPOSAŻENIA.</p> <p>WZORCOWANIE WYPOSAŻENIA PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z METODYKĄ ZATWIERDZONĄ PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA), W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM. SPÓJNOŚĆ POMIAROWA WYNIKÓW POWINNA BYĆ POTWIERDZONA W ŚWIADECTWIE WZORCOWANIA, ZGODNIE Z POROZUMIENIEM EA MLA, Z JEDNOSTKAMI MIAR MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU JEDNOSTEK MIAR (SI).</p>					
	I -- Zespół Mieszanek Mineralno Asfaltowych					
	Producent i typ	NUMER PORZĄDKOWY	Numer fabryczny/seryjny	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny	Zakres
01	KELLER LEX-1 MANOMETR KONTROLNY DO PROWADZENIA SPRAWDZEŃ	B-I-1928/W	5140	MOŻLIWA WYSYŁKA	PST-8/801/774	4 kPa 7 kPa 'ciśnienie atmosferyczne
02	Frowag aparat próżniowy Ciśnieniomierz elektroniczny typ 1.526	B-I-0474/W	1022	pok.12 w laboratorium zamawiającego lub wysyłka	PST-8/801/146	4,0 kPa 6,7 kPa
03	Frowag aparat próżniowy Ciśnieniomierz elektroniczny typ 1.526	B-I-0475/W	1028	pok.31 w laboratorium zamawiającego lub wysyłka	PST-8/801/154	
osoba do uzgodnień - p. Marcin Błażejczak						
II -- Zespół Betonu i Materiałów Wiążących						
	Producent i typ	NUMER PORZĄDKOWY	Numer fabryczny/seryjny	Lokalizacja (nr pokoju)	Numer inwentaryzacyjny	Zakres
04	KELLER LEX-1 MANOMETR KONTROLNY DO PROWADZENIA SPRAWDZEŃ	C-I-1925/W	4906	MOŻLIWA WYSYŁKA	PST-8/801/773	[bar] 0 - 200 (uwzględnić 5,0)
05	Ciśnieniomierz sprężynowy UTEST UTC-0244/A Klasa 1 do badania penetracji wody pod ciśnieniem Stanowisko A-prod.Pakens typ:M160	C-I-2248/W	10/000155	pok.8 wzorcowanie w laboratorium zamawiającego	ST/LD8/801/303	[bar] 2,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0
06	Ciśnieniomierz sprężynowy UTEST UTC-0244/A Klasa 1 do badania penetracji wody pod ciśnieniem Stanowisko B-prod.Pakens typ:M160					
osoba do uzgodnień - p. Jacek Nowak						