

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

Załącznik Nr 7 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł netto

Znak sprawy: PSA.272.2.1.2026.AZ

Lubaczów, dnia 15-10-2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 170 000 zł netto : Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na w/w dostawę o wartości poniżej równowartości kwoty 170 000 złotych netto. Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.

I. Zamawiający:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
telefon: 16 632 15 28
NIP: 793-13-22-838
REGON: 650223627
e-mail: psse.lubaczow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-44088-37236-GVUBH-25

II. Tytuł zamówienia:

„ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego”.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaczowie sprzętu laboratoryjnego.

Postępowanie zostało podzielone na następujące odrębne zadania:

ZADANIE Nr 1 – zakup i dostawa Miernika wieloparametrowego.

ZADANIE Nr 2 – zakup i dostawa Zamrażarki niskotemperaturowej.

ZADANIE Nr 3 – zakup i dostawa Ciepłarki laboratoryjnej.

ZADANIE Nr 4 – zakup i dostawa Sterylizatora parowego (Autoklawu).

ZADANIE Nr 5 – zakup i dostawa Mętnościomierza.

Opis przedmiotu zamówienia:

ZADANIE Nr 1

Miernik wieloparametrowy (wzorcowany wraz z niezbędnym wyposażeniem)

Opis przedmiotu i inne wymagania

- pomiar pH oraz przewodności elektrycznej właściwej w wodach czystych,

- dotykowy, kolorowy wyświetlacz,
- cyfrowe rozpoznawanie czujników,
- jednoczesny pomiar z wykorzystaniem min. dwóch niezależnych kanałów pomiarowych,
- zakres pomiarowy pH 0,000 – 14,000,
- dokładność pH: $\pm 0,004$,
- zakres pomiarowy przewodności κ : 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ – 2 S/cm ,
- kanały pomiarowe – min. 2,
- możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody,
- elektroda pH,
- sonda/czujnik konduktometryczny,
- czujnik temperatury,
- automatyczna kompensacja temperatury dla przewodności,
- kalibracja pH w min. 3 punktach,
- wzorcowanie miernika pH/konduktometr/czujnika temp. w akredytowanym laboratorium,
- gwarancja 24 miesiące.

ZADANIE Nr 2

Zamrażarka niskotemperaturowa

Opis przedmiotu i inne wymagania

- typ zamrażarki: blatowy
- zakres temperatury pracy do co najmniej – 80 °C
- pojemność 30-40 l
- możliwość wprowadzania sondy zewnętrznej,
- alarm wysoka/niska temperatura,
- rejestrator danych,
- zasilanie awaryjne podtrzymujące pracę sterownika min. 24 h,
- wymiary zewnętrzne nieprzekraczające 655/640/680 (wys./ szer./ gł),
- materiał komory: stal nierdzewna,
- czas utrzymania temperatury do – 60 °C minimum 100 minut,
- czynnik chłodniczy wolny od HCFC,
- panel izolowany próżniowo,
- system zwalniania podciśnienia drzwi,
- gwarancja 24 miesiące.

ZADANIE Nr 3

Cieplarka laboratoryjna

Opis przedmiotu i inne wymagania

- obieg powietrza- wymuszony,
- pojemność użytkowa komory min. 100 l,
- materiał komory: kwasoodporna stal nierdzewna,
- wymiary zewnętrzne [mm]: (szer./gł/wys.) min. 600/ min. 600/ min. 700,
- wymiary komory, wewnętrzne [mm] (szer./gł/wys.): min. 450/,min. 420/,min. 520,
- zakres temp. pracy: 20÷50 °C,
- regulacja temperatury co 0,1 °C,
- alarm przekroczenia od temperatury zadanej,
- pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz rejestr zdarzeń,
- wewnętrzne drzwi szklane,

- otwór do wprowadzania dodatkowych czujników,
- ilość półek- 2,
- wzorcowanie w akredytowanym laboratorium w 5 punktach (naroża + środek geometryczny) na każdej z półek,
- serwis producenta na terenie kraju
- gwarancja 24 miesiące.

ZADANIE Nr 4

Sterylizator parowy (autoklaw) z wyposażeniem

Opis przedmiotu i inne wymagania

- autoklaw pionowy, parowy,
- wymiary gabarytowe: wys. min.910 mm, szer. min 600 mm, gł. min 500 mm,
- wymiary komory: głębokość min 580 mm, średnica min 400 mm,
- pojemność min 75 l,
- moc autoklawu 5-10 kW,
- komora autoklawu, płaszcz komory, pokrywa komory oraz wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku co najmniej AISI 316L,
- rama oraz obudowa autoklawu wykonane ze stali w gatunku co najmniej AISI 304,
- temperatura pracy autoklawu 100-135°C,
- czujnik temperatury w komorze,
- liczba programów sterowania procesami sterylizacji – min. 10,
- możliwość sterylizacji podłoży mikrobiologicznych, płynów oraz szkła laboratoryjnego,
- zasilanie kotła wodą demineralizowaną,
- zamknięty obieg wody chłodzącej,
- funkcja szybkiego chłodzenia przy użyciu obiegu zamkniętego wody uzdatnionej w płaszczu komory sterylizacyjnej,
- system próżniowy, umożliwiający odpowietrzanie wsadu i komory w formie próżni frakcjonowanej oraz suszenie próżniowe wsadu na zakończenie cyklu sterylizacyjnego,
- system podtrzymania ciśnienia w fazie schładzania płynnych materiałów,
- wytwornica pary zasilana wodą uzdatnioną w jakości i ilości zgodnej z wymaganiami producenta autoklawu,
- system chłodzenia kondensatu na zewnątrz zbiornika,
- pojemnik sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności ½ komory oraz dwa kosze siatkowe ze stali nierdzewnej o pojemności ½ komory każdy,
- automatyczne zamykanie pokrywy z blokadą temperaturową,
- automatyczny zapis warunków sterylizacji,
- stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem ciśnieniowym wody uzdatnionej,
- sprężarka powietrza,
- serwis producenta na terenie kraju,
- wbudowana drukarka do dokumentowania parametrów sterylizacji,
- gwarancja 24 miesiące,
- montaż autoklawu na miejscu,
- szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzenia.

ZADANIE Nr 5

Mętnościomierz wraz z niezbędnym wyposażeniem

Opis przedmiotu i inne wymagania

- źródło światła podczerwień (LED),
- metoda pomiaru: nefelometryczna,
- zakres pomiarowy: 0 - 1000 NTU,
- zakres temperatury pracy: 10 - 40 °C,
- dokładność: 0,01 NTU lub $\pm 2\%$ odczytu
- rozdzielczość: 0,01 NTU w zakresie 0,00 – 9,99 oraz 0,1 NTU w zakresie 10-99,99 NTU
- powtarzalność: < 1% odczytu,
- podświetlany graficzny wyświetlacz,
- standard pomiarowy zgodny z normą ISO 7027-1
- kuwety pomiarowe – min. 4 szt.
- norma regulacyjna: PN EN ISO 7027,
- zestaw kalibracyjny min. 3 punktowy,
- wyświetlanie protokołu z kalibracji,
- elastyczna kalibracja definiowana przez użytkownika,
- instrukcja obsługi,
- gwarancja 24 miesiące.

IV. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1.Miejsce dostawy/odbioru: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45 37-600 Lubaczów.

2.Termin wykonania zamówienia: Maksymalnie 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

V. Miejsce sposób oraz termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia: **26- 10-2026 r.**
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 45 pisemnie w zamkniętej kopercie odpowiednio opisanej: „Oferta na zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego.” Ofertę można również przesłać pocztą lub elektronicznie na adres e-Doręczeń/ e-mail.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4. Oferta winna zawierać cenę ofertową brutto zgodnie z załączonym formularzem ofertowym
5. Cena musi obejmować inne koszty nie wymienione a konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku braku jasności dotyczących składania ofert oraz wynikłych w trakcie procedury niejasności Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania wyjaśnień i prowadzenia dalszych negocjacji.

VI. Kryterium oceny

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

- Kryterium „Cena oferty”

Cena brutto oferty: 100% Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w oparciu o kryterium najniższej ceny.

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.

- Pan Sławomir Petrykowski numer tel. 16 632-15-28 wew. 321

- Pani Anna Zaniewicz numer tel. 16 632-15-28 wew. 319.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyn na każdym jego etapie.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający może udzielać odpowiedzi, wyjaśnień oraz modyfikacji w prowadzonym zapytaniu.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.
7. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny, jeżeli cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
9. Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym udział w zapytaniu ofertowym.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą
13. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami Umowy.
14. Zamawiający dokona płatności po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
15. Termin płatności faktury VAT – minimum 21 dni od daty wystawienia faktury, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
16. Integralną część zapytania ofertowego stanowi:
 - a) Formularz oferty (załącznik do Zapytania ofertowego).

- b) Klauzula informacyjna.
- c) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.


DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Lichacz

podpis Zamawiającego

Załącznik:

1. Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY

Pieczęć firmowa

Miejscowość....., dnia

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia r. dotyczące.....

dla: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45,
37-600 Lubaczów, określone w Zapytaniu ofertowym, oferujemy:

.....za cenę:

cena ofertowa netto zł

(słownie :.....)

cena ofertowa

brutto.....zł

(słownie):

Dane Oferenta	
Nazwa	
Adres	
Dane osoby kontaktowej	
Imię i Nazwisko	
Adres e-mail	
Telefon	
Parametry oferty	
Data przygotowania oferty	
Data ważności oferty	
Przedmiot zamówienia Wypełnia dostawca	

Oświadczenie oferenta:

Oświadczam/y, że:

1. Zapoznałem/am się z Zapytaniem Ofertowym i potwierdzam, że oferta zawiera wszystkie elementy w Zapytaniu.

2. Zapoznałem/am/Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu i warunków zamówienia, przedstawionymi w Zapytaniu Ofertowym i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do przedłożenia Oferty uwzględniającej właściwe wykonanie zamówienia.
3. Jestem/Jesteśmy związani niniejszą Ofertą do końca terminu jej ważności, określonego w Ofercie, odpowiadającego warunkom Zamawiającego określonym w Zapytaniu Ofertowym;
4. Zobowiązuję się/ Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej Oferty – do zawarcia umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na warunkach zgodnych ze złożoną Ofertą.
5. Akceptuję/Akceptujemy bezwarunkowo termin i warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu Ofertowym, do którego przedkładam/przedkładamy Ofertę.

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty	
Stanowisko służbowe	
Data i podpis	

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie ofercie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, na potrzeby uczestnictwa w zapytaniu :

.....
(określenie przedmiotu oferty)

oraz oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Powiatową Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubaczowie”.

.....
Data i podpis