

Miłków, dnia 03.11.2025

Zn. spr.: SG.270.6.4.2025

**Uczestnicy postępowania
Nr SG.270.6.4.2025**

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa aparatu rentgenowskiego do Leśnego Banku Genów Kostrzyca**”.

Zamawiający Leśny Bank Genów Kostrzyca prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatu rentgenowskiego do Leśnego Banku Genów Kostrzyca”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do PZP.

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie

czy przy "Maksymalne napięcie lampy RTG: 90 kV, maksymalne natężenie: 0,18 mA;" Zamawiający miał na myśli: DLA maksymalnego napięcia lampy RTG 90 kV natężenie to 0,18 mA? Przy możliwości regulacji napięcia - dla niższej wartości niż 90 kV natężenie będzie wyższe.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ wartości dotyczą maksymalnych parametrów pracy lampy RTG, tj. dla maksymalnego napięcia 90 kV maksymalne natężenie wynosi 0,18 mA. Przy niższych wartościach napięcia roboczego dopuszcza się odpowiednio wyższe natężenie prądu.

Z poważaniem
Czesław Kozioł
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

