

Warszawa, dnia 29.11.2024 r.

**Odpowiadając na pytania złożone w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę 11 zestawów AED dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego informuję że:**

***PYTANIE NR 1***

*Czy zamawiający wymaga urządzeń, które mają rok produkcji 2024 ?*

Nie Zamawiający nie wymaga urządzeń, które mają rok produkcji 2024 o ile spełniają warunek określony w zaproszeniu w zakresie terminu gwarancji.

***PYTANIE NR 2***

*Czy Zamawiający nie zwiększy wymaganego okresu gwarancji dla AED na minimum 5 lat ?  
Wszyscy czołowi producenci AED na rynku oferują mim. 5 lat gwarancji na oferowane AED.  
Taki zapis uchroni Państwa przed otrzymaniem ofert na produkty podejrzanego jakości od  
nieznanych producentów.*

Nie Zamawiający nie zwiększy wymaganego okresu gwarancji ponad wskazany w Zaproszeniu

***PYTANIE NR 3***

*Czy Zamawiający poprzez "tryb pediatryczny" rozumie funkcjonalność, która umożliwia  
defibrylację zarówno dzieci jak i dorosłych na tych samych, uniwersalnych elektrodach bez  
użycia jakichkolwiek dodatkowych akcesoriów ?*

Tak

***PYTANIE NR 4***

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wersji treningowej w postaci osobnego urządzenia,  
będącego realnym odzwierciedleniem urządzenia ratunkowego?.*

Zamawiający nie dopuszcza wersji treningowej w postaci osobnego urządzenia.

**PYTANIE NR 5**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę do przechowywania AED, wymiary 38x38x20 cm , kolor biały, zamykany na zamek magnetyczny z alarmem dźwiękowym.?

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zamek magnetyczny i alarm dźwiękowy

*Z poważaniem*

Monika Cieśla  
Naczelnik

/podpisano elektronicznie/