

Numer sprawy: EA.261.4.2026

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z póź.zm.).

W związku z planowanym zakupem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego spektrofotometru DR 3900 bez technologii RFID wraz z wzorcowaniem zakończonym świadectwem wzorcowania w instytucji wzorcującej posiadającej akredytację dla następujących długości fali: 410nm, 450nm, 510nm, 540nm, 655nm wraz z wyznaczeniem błędów długości fali, z 2 kuwetami prostokątnymi szklanymi 50 mm i 1 parą kuwet szklanych 10 mm oraz transportem.

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Spektrofotometr DR 3900 bez technologii RFID wraz z wzorcowaniem zakończonym świadectwem wzorcowania w instytucji wzorcującej posiadającej akredytację dla następujących:
 - a) Długość fali:
 - ☐ 410nm, 450nm, 510nm, 540nm, 655nm wraz z wyznaczeniem błędów długości fali
 - b) Liczba kuwet:
 - ☐ z 2 kuwetami prostokątnymi szklanymi 50 mm;
 - ☐ 1 parą kuwet szklanych 10 mm
 - c) Tryb wyświetlacza:
 - ☐ absorbancja, stężenie, skanowanie
 - d) Źródło światła:
 - ☐ lampa halogenowa
 - e) Projekcja promieniowania:
 - ☐ technika promieniowania referencyjnego, spektralna
 - f) Zakres długości fal:
 - ☐ 320 do 1100 nm
 - g) Powtarzalność długości fal:
 - ☐ $\pm 0,1$ nm.
 - h) Rozdzielczość długości fal
 - ☐ 1 nm
 - i) Kalibracja i wybór długości fal
 - ☐ Automatycznie
 - j) Zakres pomiaru fotometrycznego \pm ABS (zakres długości fal od 340 do 900 nm)
 - k) Dokładność fotometryczna
 - ☐ 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs
 - l) Liniowość fotometryczna
 - ☐ $< 0,5$ % do 2 Abs, 1 % przy > 2
 - ł) Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm
 - m) Światło rozproszone
 - ☐ 0,1 % przy 340 nm z NaNO₂
 - m) Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy
 - ☐ 7" TFT WVGA (800 × 480 pikseli)
 - n) Przechowywanie danych
 - ☐ 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika)
 - o) Metody wstępnie programowane > 220
 - p) Programy użytkownika – 100
 - q) Kompatybilność kuwet- Kuweta okrągła 13 mm, kuweta prostokątna 1 cm i 5 cm, 1-calowa kuweta okrągła, 1-calowa kuweta prostokątna
 - r) Wymiary (wys.×szer.×gł.) 151mm×350mm×255 mm

s) Masa – 4200g

- 2) Minimum 24 miesięczna gwarancja liczona od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.
- 3) Serwis autoryzowany przez producenta w czasie trwania okresu gwarancji.
- 4) Dostarczenie wraz ze sprzętem instrukcji obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjnej.
- 5) Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami rekomendowany do 30 czerwca 2026 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, ul. Płocka 45a.
- 6) Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.

Wspólny Słownik Zamówień: 38000000-5

Termin realizacji zamówienia: rekomendowany do 30.06.2026 r.

Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.

Gwarancja minimum 24 miesiące od daty potwierdzenia dostawy na fakturze.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Wzór
Cena - Waga 100	$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.05.2026 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku
Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, pokój nr 17 (Kancelaria).

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl, EPUAP: /pssewlocl/skrytka oraz e-Doręczenie: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

stanowisko Kierownik Sekcji Administracyjnej
imię i nazwisko Sławomir Lewandowski
tel. 54-411-68-33
w godzinach 8:00 ÷ 14:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Dyrektor PSSE we Włocławku