



Kraków, dnia 13 maja 2022 r.

AG.240.4.2022.BM

**ZAWIADOMIENIE**  
**o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na dostawę i instalację chromatografu cieczowego**  
**ze spektrometrem masowym**

W związku z zakończeniem prowadzonego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami), którego przedmiotem było wyłonienie wykonawcy zamówienia **na dostawę i instalację chromatografu cieczowego ze spektrometrem masowym** uprzejmie informujemy, iż Zamawiający przy spełnieniu warunków i wymagań określonych w SWZ, za najkorzystniejszą uznał ofertę:

**Nr 2 – Anchem Sp. z o.o. sp. k. 04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 23**

W postępowaniu złożono 3 niepodlegające odrzuceniu oferty.

W zestawieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia, przedstawiono przyznaną punktację.

Oferta konsorcjum firm: Konsorcjum: Bioanalytic Spółka z o.o. 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 5 (lider konsorcjum) i Bioanalytic Maciej Stopa 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza nr 5 lok. 4, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) albowiem oferowany przez Konsorcjum sprzęt nie spełnia wymaganego zakresu mas. Zaoferowany spektrometr mas posiada zakres 5-1200 m/z, a powinien posiadać zakres co najmniej 5-2000 m/z.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – art. 264 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX ustawy, tj. art. 505 - 590 Pzp.


Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: ies.@ies.gov.pl lub bmituniewicz@ies.gov.pl.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania e-maila.

*Z poważaniem*

*DYREKTOR INSTYTUTU*

*dr hab. Dariusz Zuba*  
*Profesor instytutu*



**Zbiorcza karta oceny ofert - zestawienie przyznanych punktów  
AG.240.4.2022.BM**

**Oferta nr 1 Perlan Technologies Warszawa**

1. Cena	1 099 620,00	0,6879	68,79
2. Okres rękojmi i gwarancji	48 m-cy		10,00
3. Dodatkowy bezpłatny przegląd po upływie zaoferowanego okresu gwarancji	tak		10,00
4. Pobór prądu podczas użytkowania (KWh)	2,562 kWh		0,00
		Łącznie	<b>88,79</b>

**Oferta nr 2 Anchem Warszawa**

1. Cena	1 080 649,99		70,00
2. Okres rękojmi i gwarancji	60 m-cy		15,00
3. Dodatkowy bezpłatny przegląd po upływie zaoferowanego okresu gwarancji	tak		10,00
4. Pobór prądu podczas użytkowania (KWh)	5,21 kWh		0,00
		Łącznie	<b>95,00</b>

**Oferta nr 3 Konsorcjum: Bioanalytic Warszawa**

oferta odrzucona

**Oferta nr 4 SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI Izabelin**

1. Cena	1 237 497,71	0,6113	61,13
2. Okres rękojmi i gwarancji	60 m-cy		15,00
3. Dodatkowy bezpłatny przegląd po upływie zaoferowanego okresu gwarancji	tak		10,00
4. Pobór prądu podczas użytkowania (KWh)	1,6 kWh		5,00
		Łącznie	<b>91,13</b>