OA.272.13.2026

Częstochowa, 2026-10-19

Uczestnicy postępowania
„Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych do PSSE w Częstochowie

Zamawiający informuje, że w terminie zgodnym z art. 135 ust. 1, 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – część V - Dostawa sterylizatora parowego przelotowego lewostronnego wraz z akcesoriami dodatkowymi i usługą wzorcowania – 1 szt.

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści autoklaw o pojemności 160 litrów (przy wymaganiu 150 litrów) o wewnętrznych wymiarach komory 670x350x700 (wys/szer/gł) i wymiarach zewnętrznych 1720x690x1020 (wys/szer/gł)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wymagana pojemność komory sterylizacyjnej musi wynosić minimum 150 litrów. W związku z powyższym, autoklaw o pojemności 160 litrów spełnia wymaganie Zamawiającego w tym zakresie.
Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę wymiarów zewnętrznych sterylizatora i podtrzymuje wymagania określone w OPZ.
Wymiary wynikają z istniejących warunków zabudowy pomiędzy pomieszczeniami załadunku i wyładunku. Otwór montażowy ma wysokość 1720 mm. Maksymalna dopuszczalna wysokość sterylizatora wynikająca z wymagania 1615 mm ±5% wynosi 1695,75 mm. Urządzenie o proponowanej wysokości 1720 mm przekracza ten wymiar i nie pozostawia luzu pionowego w otworze, co może uniemożliwić prawidłowe posadowienie, wypoziomowanie i uszczelnienie zabudowy bez konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych.

Zamawiający nie przewiduje wykonania takich prac w ramach przedmiotowego zamówienia, ponieważ mogłoby ono wiązać się z koniecznością ingerencji w istniejącą zabudowę oraz generować dodatkowe, nieprzewidziane koszty.

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące wymiarów zewnętrznych sterylizatora określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2: Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie grubości ścian komory sterylizatora wynoszącą 5mm.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A | 42-200 Częstochowa
+48 34 344 99 00
psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-18393-82680-AFBSW-10

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sterylizatora o grubości ścian komory sterylizatora wynoszącej 5 mm i podtrzymuje wymaganie określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie stali o grubości nie większej niż 4 mm obniża wagę stylizatora, a niższa masa komory umożliwia szybsze i oszczędniejsze jej nagrzanie przed rozpoczęciem pracy.

Zwiększenie grubości ścian komory może powodować wydłużenie czasu nagrzewania oraz zwiększenie ilości energii niezbędnej do osiągnięcia wymaganej temperatury.

Pytanie nr 3: Prosimy o dopuszczenie autoklawu wyposażonego we wbudowaną drukarkę termiczną z wydrukiem o trwałości min. 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sterylizatora wyposażonego we wbudowaną drukarkę termiczną o deklarowanej trwałości wydruków minimum 10 lat i podtrzymuje wymaganie dotyczące zastosowania drukarki igłowej, określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja parametrów procesu sterylizacji podlega przechowywaniu przez okres 20 lat z tego względu istotne jest zapewnienie trwałości i czytelności wydruków przez cały wymagany okres archiwizacji.

Wydruki z drukarki igłowej charakteryzują się większą odpornością na blaknięcie pod wpływem temperatury i światła słonecznego niż standardowe wydruki termiczne. Ma to istotne znaczenie dla długotrwałego przechowywania dokumentacji parametrów procesów sterylizacji oraz zachowania jej czytelności przez cały okres archiwizacji.

Pytanie nr 4: Wykonawca zwrócił się z prośbą o dopuszczenie badania rozkładu temperatury komory sterylizacyjnej wykonywanej w ramach kwalifikacji operacyjnej (OQ) wykonywanej przez akredytowanego dystrybutora i za pomocą wzorcowanych urządzeń pomiarowych. Wynik kwalifikacji jest dokumentowany odpowiednimi protokołami IQ, OQ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie wymaganego wzorcowania przestrzennego rozkładu temperatury wewnątrz komory sterylizatora badaniami wykonywanymi wyłącznie w ramach kwalifikacji operacyjnej (OQ).

Wymaganie wykonania wzorcowania przez laboratorium wzorcujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), posiadające odpowiedni zakres akredytacji, wynika z zasad funkcjonującego u Zamawiającego Systemu Zarządzania, określonych w procedurze „Nadzór nad wyposażeniem", dotyczących zapewnienia spójności pomiarowej i wiarygodności wyników pomiarów.

Wzorcowanie musi zapewniać udokumentowaną spójność pomiarową wyników pomiarów z jednostkami Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), a jego wyniki powinny zostać przedstawione w świadectwie wzorcowania wydanym w ramach akredytacji PCA, zawierającym wyniki pomiarów, wyznaczone poprawki lub błędy pomiarowe oraz niepewności pomiaru.

Przeprowadzenie kwalifikacji operacyjnej (OQ), nawet z wykorzystaniem wzorcowanych przyrządów pomiarowych, nie jest samo w sobie równoważne wykonaniu wzorcowania w wymaganym zakresie i nie stanowi podstawy do odstąpienia od wymogu przedstawienia akredytowanego świadectwa wzorcowania. W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ.

Pytanie nr 5: Wykonawca prosi o umożliwienie zaoferowania koszy sterylizacyjnych odpowiednich dla standardu STE (Jednostki wsadu sterylizacyjnego). Kosze wykonane z drutu ze stali nierdzewnej o wymiarach 580 x 280 x 130mm (dł/szer/wys) w ilości 4 sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie koszy sterylizacyjnych o wymiarach 580 x 280 x 130 mm i podtrzymuje wymaganie dotyczące wymiarów koszy, określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający posiada stelaż o wymiarach 550 x 660 mm, przeznaczony do przechowywania koszy sterylizacyjnych.

Wymiary koszy powinny być dostosowane do istniejącego wyposażenia laboratoryjnego zapewniając możliwość ich prawidłowego i stabilnego przechowywania.

Pytanie nr 6: Wykonawca prosi o dopuszczenie autoklawu bez analogowego wodowskazu wbudowanego w panel czołowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sterylizatora bez wodowskazu analogowego wbudowanego w panel czołowy po stronie załadowczej i podtrzymuje wymaganie określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Wodowskaz stanowi dodatkowy element kontrolny, umożliwiający bezpośrednią, wizualną ocenę poziomu wody w wytwornicy pary, niezależnie od elektronicznego systemu kontroli poziomu wody. Jego działanie nie wymaga zasilania elektrycznego, co pozwala na kontrolę poziomu wody również w przypadku błędu sterownika lub przerwy w dostawie prądu.

Pytanie nr 7: Wykonawca prosi o dopuszczenie autoklawu z ręcznym uchylnym otwieraniem drzwi i z automatycznym ryglowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sterylizatora wyposażonego w drzwi otwierane ręcznie, uchylnie i podtrzymuje wymaganie określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zastosowanie drzwi przesuwnych pionowo pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni po stronie załadowczej i wyładowczej sterylizatora. Ponadto napęd elektryczny umożliwia otwieranie i zamykanie drzwi bez konieczności ich ręcznego przemieszczania, co poprawia ergonomię obsługi oraz ogranicza bezpośredni kontakt personelu z powierzchnią drzwi.

Pytanie nr 8: Wykonawca zwrócił się z prośbą o możliwość przeprowadzenia wizji w uzgodnionym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV pkt. 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Anna Nita w zastępstwie za Justyna Pawelak
Zastępca Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a KP