



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

Piła, 15.10.2026 r.

OEA-A.2601.269.2026

Sprawę prowadzi:	Magdalena Kulczak +48 67 351 98 49, 785102747 magdalena.kulczak@sanepid.gov.pl
------------------	--

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym złożenia oferty na dostawę zmywarki laboratoryjnej (OLW), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, wyjaśnia:

- Dotyczy punktu 1.11:** Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kosza górnego ze zintegrowanym 1 ramieniem (model kosza A101 lub A102) aby spełnić ten wymóg? Czy może wystarczy dostawa kosza górnego A100 (który jest bez ramienia natraskowego) opisanego w punkcie 2.1 w wyposażeniu dodatkowym.
Uzasadnienie: Pytanie to wynika z faktu doprecyzowania zapisów wymogów w zapytaniu, ponieważ aby spełnić wymóg min. 3 ramion natraskowych wymagałoby to doposażenia zmywarki w jeden z wymienionych koszy górnych A101 lub A102.

Odpowiedź:

Zamawiający faktycznie błędnie podał ilość ramion natraskowych w punkcie 2.1. zapytania cenowego. Zamawiający wymaga dostarczenia kosza górnego bez zintegrowanego ramienia natraskowego.

- Dotyczy punktu 1.34:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość komory mycia 520 mm przy zachowaniu spełnienia pozostałych wymiarów?
Uzasadnienie: Zgodnie z materiałami producenta wymiary komory mycia wynoszą 530x523x520 mm (sxgxw).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wysokość 520 mm podawana jest przez Producenta jako powierzchnia użytkowa, natomiast wysokość 530 mm to powierzchnia rzeczywista wysokości komory mycia. Stąd w specyfikacji podana jest powierzchnia całkowita wysokości komory mycia i taka jest nam potrzebna, aby szkło laboratoryjne mogło się pomieścić.

- Dotyczy punktu 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie demineralizatora wraz z wyposażeniem, pochodzącego od innego producenta, pod warunkiem spełnienia określonych w specyfikacji wymagań oraz zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wymagane?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie innego demineralizatora wraz z wyposażeniem pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w specyfikacji.

- Dotyczy punktu 3.9:** Czy zamawiający dopuści brak miejsca na pojemniki z chemią myjącą do zmywarki w demineralizatorze?

Odpowiedź:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
+48 67 3519878 | +48 67 3497110
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27
BDO: 000127682

Zamawiający dopuści brak miejsca na pojemniki z chemią myjącą do zmywarki w demineralizatorze, ale woli by takowy był.

- 5. Dotyczy punktu 5.7: Pytanie nr 1:** W związku z zapisem dotyczącym obowiązku wykonania dwóch nieodpłatnych przeglądów urządzeń prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów okresowych zmywarki laboratoryjnej oraz demineralizatora w okresie gwarancji również w sytuacji, gdy nie są one wymagane przez producentów tych urządzeń dla zachowania ważności gwarancji? Wykonywanie dodatkowych przeglądów, niewymaganych przez producentów, generuje dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które powinny być uwzględnione w cenie oferty. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wykonywania przeglądów w okresie gwarancji dotyczy wyłącznie czynności wymaganych przez producentów dla zachowania warunków gwarancji, a pozostałe przeglądy mogą być realizowane na odrębne zlecenie Zamawiającego. W przypadku braku takiego potwierdzenia, koszt wykonania przeglądów zostanie doliczony do ceny urządzeń, co podniesie (w ocenie Wykonawcy niepotrzebnie), ostateczne ceny oferowane przez Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów okresowych zmywarki laboratoryjnej w okresie gwarancji również w sytuacji, gdy nie są one wymagane przez producentów i winny być doliczone do ceny oferty, jeśli jest taka potrzeba.

- 6. Dotyczy punktu 5.7: Pytanie nr 2 – doprecyzowanie liczby i zakresu przeglądów:** W dokumentacji Zamawiający wskazał obowiązek wykonania „dwóch nieodpłatnych przeglądów”, nie precyzując, czy wymóg ten jest rozumiany jako przegląd zmywarki laboratoryjnej (1 przegląd), i przegląd demineralizatora (drugi przegląd), czy jednak Zamawiający oczekuje dwóch przeglądów obu urządzeń? Prosimy o jednoznaczne wskazanie, których urządzeń dotyczą wymagane przeglądy, przy czym każdy dodatkowy przegląd będzie skutkował podniesieniem ceny ofert przez wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dwóch przeglądów zmywarki.

- 7. Dotyczy punktu 3.9:** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiast miejsca na kanistry z chemią myjącą wbudowanego w wyspecyfikowany model dejonizatora, dedykowanej tacki ociekowej Miele, przeznaczonej do bezpiecznego ustawienia dwóch kanistrów o pojemności 5 lub 10 l, z konstrukcją zapewniającą optymalne opróżnianie resztkowe kanistrów dzięki odpowiedniemu kątowi nachylenia? Rozwiązanie to umożliwi bezpieczne przechowywanie pojemników z chemią myjącą poza dejonizatorem, przy zachowaniu funkcjonalności układu zasilania zmywarki w środki chemiczne.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuści.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Derezińska

wz. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/