



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Dyrektor Generalny Urzędu

Znak: L-1.271.86.2025.ZC
Szczecin, 21 października 2025 r.

WYKONAWCY BIORACY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy : Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na: **Dostawę i przekazanie 10 sztuk Urządzeń do wykrywania skażeń promieniotwórczych dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego** z dostawą do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie - (Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp o wartości poniżej 130 tys. zł netto.

Zamawiający uprzejmie informuje, iż do zaproszenia oraz specyfikacji technicznej ww. postępowania wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sondy pomiarowej zintegrowanej z urządzeniem (zamiast sondy zewnętrznej)?

Odpowiedź: 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sondy pomiarowej **zintegrowanej z urządzeniem lub odłączanej (zewnętrznej)**, pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności urządzenia oraz kompatybilności z akcesoriami pomiarowymi.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zwiększenie tolerancji błędu pomiarowego z 20% do 22% dla Cs-137 oraz z 25% do 30% dla charakterystyki energetycznej γ ?

Odpowiedź: 2

Zamawiający uznaje tę zmianę za dopuszczalną.

Błąd wskazań dla Cs-137 może wynosić $\leq 22\%$, a nierównomierność charakterystyki energetycznej dla promieniowania gamma $\leq 30\%$.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zmianę minimalnej temperatury pracy urządzenia z -25°C na -20°C ?

Odpowiedź: 3

Zamawiający uznaje tę zmianę za dopuszczalną.

Zakres temperatur pracy urządzenia może wynosić od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści obniżenie stopnia ochrony obudowy z IP50 do IP32?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dopuszcza** tej zmiany.

Stopień szczelności obudowy urządzenia musi wynosić co najmniej **IP50**, aby zapewnić odpowiednią ochronę w warunkach terenowych.

Dyrektor Biura

Roman Kapczyński