



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

Kalisz, 17.09.2026 r.

OEA-ST.272.5.4.2026

Sprawę prowadzi:	Filip Dulnik +48 62 76 77 631; +48 796 767 001 filip.dulnik@sanepid.gov.pl
---------------------	--

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zamierza nabyć sprzęt laboratoryjny, jako Zamawiający zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

ZADANIE VIII – dostawa zmywarki laboratoryjnej Miele PLW8693 (SST DS10) z systemem wody demineralizowanej

Specyfikacja techniczna zmywarki:

- wymagania dotyczące wody oczyszczonej zgodnie z I i II klasą czystości wody wg. PN – EN ISO 3696: 1999 lub równoważne;
- wolnostojąca,
- jednodrzwiowa;
- ładowana od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej;
- urządzenie oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta);
- klasa ochrony IP21;
- obudowa i komora myjni wykonana ze stali szlachetnej;
- możliwość automatycznego uchylecia drzwi po zakończeniu procesu mycia;
- automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu;
- blokada drzwi podczas cyklu programowego;
- dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej min. 4" (brak wystających przycisków czy pokręteł);
- możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN;
- możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody;
- możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych
- wbudowany moduł WiFi;
- komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem);
- tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie;



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

- 1 kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość przynajmniej w dwóch pozycjach);
- 1 kosz dolny (laweta);
- mycie iniekcyjne na dwóch poziomach;
- modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym;
- wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy (min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem;
- wbudowany agregat suszący gorącym powietrzem z regulacją temperatury suszenia (w zakresie min. 50-95°C);
- suszarka wyposażona w filtr powietrza (podgrzewanie elektryczne);
- zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg);
- wbudowana pompa do płynnych środków myjących;
- możliwość podłączenia zewnętrznych pomp dozujących do płynnych środków chemicznych;
- wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, błędów i komunikatów;
- minimum 14 stałych fabrycznych programów mycia;
- czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 32 min.;
- program dezynfekcji termicznej w temperaturze 90°C;
- możliwość zaprogramowania preferowanych programów;
- możliwość ustawienia startu z opóźnieniem 24h;
- wydajna pompa obiegowa do natrysku wody zasilająca ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 500l/min. (grzałki poza komorą mycia);
- wbudowany zmiękcacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny);
- zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego;
- poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychytującym odłamki szkła i mikro-filtrem;
- min. wymiary komory mycia: 530x520x530 mm (SxGxW);
- max. wymiary zewnętrzne: max. 600x600x850 mm (SxGxW);

Specyfikacja techniczna kompatybilnego systemu do oczyszczania wody
SolPure XIO ZERO 20+:

- otrzymywanie wody ultra czystej I i II klasy czystości zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważnej na żądanie bezpośrednio z wody wodociągowej z funkcją przygotowania wody do zmywarek laboratoryjnych;
- obudowa ze stali nierdzewnej;
- automatyczny układ płukania;

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej;
- manometr wskazujący ciśnienie wody zasilającej;
- możliwość podłączenia czujnika poziomu dla wersji przepływowej;
- min. wydajność urządzenia 20 l/h;
- miejsce na pojemniki z chemią myjącą do zmywarki;
- przewodność wody na wyjściu - 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- ciśnienie zasilania - od 0.1 do 0.5 MPa;
- max. wymiary zewnętrzne (WxSxG) 300 x 600 x 850 mm;
- zasilanie - 230V/50Hz;
- filtr wstępny mechaniczny umieszczony wewnątrz obudowy;
- pompa wspomagająca umożliwiająca pracę systemu przy niskim ciśnieniu wody zasilającej;
- złącze RS 232;
- zbiornik ciśnieniowy o pojemności 80 l;
- przyłącze do zmywarki;

Wyposażenie dodatkowe:

- półka pod zmywarkę ze stali nierdzewnej wys. max. 30 cm;
- dodatkowy moduł dozujący płynne środki myjące;
- kosz górny z dwoma przyłączami modułowymi, do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów;
- kosz dolny z dwoma przyłączami dla modułów, do optymalnego umieszczenia do 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów;
- moduł iniekcyjny do optymalnego załadunku szkła laboratoryjnego – wyposażony w 32 dysze (16 dysz A 844 i 16 dysz A 845);
- moduł iniekcyjny do optymalnego załadunku szkła laboratoryjnego – wyposażony w 18 dysz (9 dysz A 842 i 9 dysz A 843);
- dwa moduły iniekcyjne do optymalnego załadunku szkła laboratoryjnego wyposażone w 8 dysz (4 dysze A 840 i 4 dysze A 841);
- moduł do optymalnego umieszczenia do 98 pipet;
- moduł do optymalnego umieszczenia 98 rurek, probówek lub fiolek;

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, przystosowanie niezbędnych instalacji oraz montaż i uruchomienie urządzenia;
- podpisanie protokołu odbioru urządzenia po uprzednim potwierdzeniu sprawności;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- dwa nieodpłatne przeglądy serwisowe zamawianych urządzeń w okresie trwania gwarancji, w terminie ustalonym z użytkownikiem;
- okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy;
- dostępność części zamiennych co najmniej przez 5 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia;

- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- instrukcja urządzenia w języku polskim;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA II:

do dnia **12 listopada 2026 r.**

dostawa do siedziby Zamawiającego tj.:

62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6

Sekcja Badania Wody (III piętro – bez windy)

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA POJEDYNCZE LUB WSZYSTKIE ZADANIA

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego **przelewem w terminie 30 dni**

kalendaryzowanych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego są:

Paulina Górską, tel. 785 103 061, e-mail: paulina.gorska@sanepid.gov.pl;

Maria Wiśniewska, tel. 785 102 973, e-mail: maria.wisniewska@sanepid.gov.pl;

Filip Dulnik, tel. 796 767 001, e-mail: administracja.psse.kalisz@sanepid.gov.pl.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

- karty katalogowe, foldery, prospekty – opis techniczny zaoferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego;
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni od dnia złożenia oferty

OCENA OFERT:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę „OFERTA na dostawę sprzętu laboratoryjnego – OEA-ST.272.5.4.2026” wraz z załącznikami należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia **28 września 2026 r. do godz. 09:00**

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl**

lub na adres e-Doręczeń: **AE:PL-56543-50262-JCVUB-20**.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia i/lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego postępowanie może zostać umorzone lub zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Z wyrazami szacunku

Anna Napierała

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. formularz oferty
2. wzór umowy
3. informacja RODO
4. oświadczenie PWAŃU