

Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności w województwie łódzkim

1) Szpitale

	nazwa podmiotu leczniczego	rezonans magnety czny	tomografia komputerow a	PET	stoły	łóżka	fotele	transport sanitarny	ambulanse ratownictwa medyczneg o	inne	sprzęt dla dzieci z otyłością
1.	Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi ul. Milionowa 14	-	Maksymalna dopuszczalna obciążalność stołu z zachowaniem powtarzalność i pozycjonowan ia 230 kg Maksymalna obciążalność stołu 300 kg Średnica otworu gantry 78 cm.	-	3 szt. Dopuszczalne obciążenie stołu 250kg; 1 szt. Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu (podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców: 200kg.);	9 szt. łóżka z wagą (zakres pomiaru wagi do 250 kg.), dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze łóżka wraz z materacem - 295 kg długość łóżka z przedłużeniem leża – 248,9 cm; 12 szt. łóżka na sale pooperacyjne – bezpieczne obciążenie robocze łóżek – 204 kg; Szpitalny Oddział Ratunkowy 7 szt. max 200 kg.; Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 25 szt. max 250 kg.;	Dopuszczalne obciążenie - 227 kg-	Karetka przewozowa do transportu chorych (VW Craft) Waga noszy (bez pasa i materaca) - 23kg; Transporter do noszy – obciążenie dopuszczalne 250kg Krzesiło kardiologiczne nośność - 159 kg, Nosze podbierakowe – dopuszczalne obciążenie 150 kg.; Karetka przewozowa do transportu chorych (Renault Master) Waga noszy 30 kg,	-	Wagi dla pacjentów Max. Obciążenie 150 kg	-

						Oddział Chirurgii Ogólnej 35 szt. max. 250 kg.; Pozostałe oddziały max 225kg		obciążenie dopuszczalne powyżej 180 kg Waga deski 6,4 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg. Waga krzeselka 9 kg, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg.			
2.	Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi - Placówka przy ul. Przyrodnicza 7/9	Miejskie Centrum Medyczne im dr. Karola Jonschera w Łodzi nie posiada własnego rezonansu magnetyc znego. Umowa na wykonyw anie badań zawarta jest z firmą Luxmed, badania wykonyw ane są w	-	-	-	Łóżko na oddziale ZOL Max. obciążenie 320 kg.	-	Wózek do przewożenia chorych Mobilo Plus-3 szt. - Nośność wózka 250 kg.	-	Akumulatorow e krzesła prysznicowe 2 szt. Nośność 200 kg.; Waga krzeselkowa SECA Max. obciążenie 300 kg; Podnośnik elektryczny (Maxi Move) Udźwig (standardowy wysięgnik 227 kg.) (przedłużony wysięgnik 130 kg.) Podnośnik elektryczny (Carlo Comfort) Obciążenie max 230 kg.	-

		lokalizacji Milionowa 14.									
3.	PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O	tomograf komputerowy obciążenie do 205 kg - średnica otworu 70 cm;	-	-	stół do RTG Obciążenie max do 225 kg; stół endoskopowy obciążenie max 230 kg.; stół operacyjny obciążenie do 140 kg; stół operacyjny obciążenie do 225kg;	łóżka porodowe obciążenie do 140 kg; łóżko do intensywnej terapii obciążenie do 140 kg; Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej obciążenie do 150 kg; łóżko szpitalne typu Egerton obciążenie max. 250 kg; łóżko szpitalne obciążenie do 150 kg;	fotele ginekologiczne obciążenie do 140 kg; fotel stomatologiczny obciążenie do 150 kg;	wózek do transportu chorych Obciążenie do 250 kg; wózek do transportu chorych obciążenie do 140 kg; Wózki do transportu pacjentów obciążenie do 120 kg; wózek do przewożenia pacjentów obciążenie do 250 kg;	-	kozetka lekarska obciążenie do 150 kg; waga lekarska obciążenie do 150 kg; materac przeciwodleży nowy rurowy obciążenie do 150 kg; materac przeciwodleży nowy bąbelkowy obciążenie do 120 kg; rolki do przenoszenia pacjenta obciążenie do 130 kg; rękaw do pomiaru ciśnienia krwi obwód rękawa 25-35 cm; aparat RTG obciążenie do 300 kg aparat RTG obciążenie do 300 kg;	-

4.	Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	aparaty do tomografi i komputerowej, Średnica otworu gantry 65 cm;	-	-	stół do wykonywania RTG obciążenie 250 kg; stoły do endoskopii obciążenie 150 kg; stoły operacyjne 1 szt - 450 kg, 1 szt - 360 kg, 3 szt - 250 kg;	łóżka szpitalne 15 szt - 230 kg, 168szt - 170 kg; łóżka porodowe, 2 szt-226 kg łóżka wyposażające OIOM 7 szt - 230 kg; łóżka rehabilitacyjne 26 szt - 230 kg;	fotele do zabiegów urologicznych 1 - 220 kg; fotele ginekologiczne 2 szt -135 kg, 1 szt - 175 kg;	wózki do transportu pacjentów,4szt - 230 kg, 7szt - 130 kg; krzesła transportowe 13 szt -120 kg; nosze, 228 kg nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 159 kg; karetki pogotowia, Nośność 3500 kg, nosze – 250 kg;	ambulanse do transportu sanitarnego Nośność 3500 kg;	rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Obwód rękawa 35-47 cm; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 1 szt -205 kg, 2 szt - 130 kg; materace przeciwodleży nowe, 7 szt - 170/250 kg, 5 szt - 200 kg, 6 szt - 110 kg;	-
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	tomograf komputerowy do 200 kg (otwór gantry 70 cm)	-	-	-	-	-	wózek wyposażony w boczne drabinki, szerokość leżanki 65 cm	-	aparat do mierzenia ciśnienia mankiet 40-45 cm	-
6.	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAJĘCZNIE	-	-	-	stół do badań endoskopowych 180 kg; stół do badań RTG 250 kg;	łóżka szpitalne 200 kg	fotel okulistyczny110 kg	nosze 250 kg	-	leżanka lekarska 170 kg; leżanki rehabilitacyjne 170 kg	-
7.	Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika	max. obciążenie 220 kg,	max. obciążenie 200 kg średnica gantry 65 cm	-	Stoły operacyjne max 135 kg;	Łóżka szpitalne max 170 kg; Łóżka wyposażające OIOM max 250 kg; Łóżka	Fotele laryngologiczne max 110 kg;	Wózki do transportu pacjentów max 170 kg; Krzesła transportowe	-	max. obciążenie z przesuwem stołu 150 kg	-

	w Piotrkowie Trybunalskim	średnica gantry 65 cm				rehabilitacyjne max 170 kg;		max 250 kg; Nosze max 230 kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)ma x 270 kg;		max. obciążenie bez przesuwu stołu 227 kg; Deski ortopedyczne max 204 kg; Materace przeciwodleży nowe max 120 kg; Wagi max 150 kg; Rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) max 450 cm	
8.	SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi	aparaty do rezonansu magnetycznego Maks 250 kg Ø 700 mm	aparaty do tomografii komputerowej Maks 250 kg Ø 700 mm	-	stoły do wykonywania RTG 180kg; stoły do endoskopii 225 kg; stoły operacyjne 200 kg;	łóżka szpitalne 180 kg; łóżka wyposażające OIOM 150 kg; łóżka rehabilitacyjne 150 kg;	fotele do dializ 120 kg; fotele do zabiegów urologicznych 120 kg; fotele okulistyczne12 0-150 kg; fotele laryngologiczne 140-180 kg; fotele stomatologiczne140-180 kg;	wózki do transportu pacjentów 230 kg; krzesła transportowe13 0-150 kg; nosze 120 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 250 kg; karetki pogotowia 250 kg;	ambulanse do transportu sanitarnego2 50 kg	podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 180 kg; deski ortopedyczne 120 kg; materace przeciwodleży nowe 150 kg; wagi; 200 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Ø 450 mm	-

9.	SPZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	-	aparat do tomografii komputerowej 205 kg, średnica 70 cm	-	stoły do wykonywania RTG 200 kg; stół operacyjny (sala chirurgii ogólnej) 230 kg; stół operacyjny (sala chirurgii urazowo – ortopedycznej) 200 kg; stół operacyjny (sala ginekologiczna) 160 kg; stoły operacyjne SOR 200 kg;	łóżka szpitalne 130 kg; łóżka rehabilitacyjne szpitalne 170 kg; łóżka intensywnej terapii 160 kg; łóżka intensywnej opieki kardiologicznej 140 kg; łóżka porodowe 150 kg; łóżka szpitalne w SOR 250 kg; łóżka szpitalne ZOL 200 kg;	fotele ginekologiczne 150 kg;	wózki transportowe w SOR 300 kg; nosze 318 kg; krzesła transportowe 250 kg;	-	materace przeciwoślizgowe nowe intensywnej terapii 150 kg; podnośnik dla pacjentów ZOL 150 kg; materace przeciwoślizgowe nowe w ZOL 200 kg; deski ortopedyczne 159 kg	-
10.	SPZOZ MSWiA w Łodzi	-	Tomograf Komputerowy TK dla pacjentów o maksymalnej wadze 200 kg przy jednoczesnej średnicy otworu sprzętu (tuby) 75 cm	-	Stoły operacyjne Stół ortopedyczny SU-05 maks. 350 kg; stół angiograficzny maks. 360 kg; Stół mobilny Cmax-t - maks. 270 kg; Stół Stille Imagig 2- maks. 225 kg	Łóżka szpitalne 2 szt. łóżek z elementem pomiaru wagi maksymalne obciążenie 260 kg 20 szt łóżek elektrycznych i z ramą ortopedyczną - maks. 250 kg 4 szt łóżka LE-12 Nano - maks. 250 kg; Łóżka wyposażające OIOM 12 łóżek specjalistycznych maks. 250 kg	Fotel urologiczny Mars maks. 220 kg	Wózki do transportu pacjentów 4 szt. dopuszczalne obciążenie 250 kg;	-	Elektroniczna waga medyczna maks. 300 kg	-
11.	Szpital Główny Grupa Zdrowie	-	Tomograf komputerowy	-	-	Łóżka pacjenta Do 180 kg; Łóżka	Wózki inwalidzkie Do	-	-	Podnośnik Do 150 kg; Wagi	-

	Sp. z o.o.		200 kg			operacyjne Do 150 kg; Łóżko porodowe Do 170 kg;	150 kg i Do 130 kg; Wózek transportowy Do 150 kg;			elektroniczne Do 150 kg; Leżanki Do 120 kg; Ciśnieniomierz XXXXL Manualny Elektroniczny; System wysiłkowy Do 160 kg; Leżanki endoskopowe Do 135 kg; Pulsoksymetry XXXXL; RTG 160 kg	
12.	SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA BOŻEGO W ŁODZI SP. Z O.O.	-	-	-	-	łóżka wyposażające OIOM do 240 kg	-	--	-	-	-
13.	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	-	-	-	-	łóżka szpitalne bariatryczne 1 szt. - maks. obciążenie do 320 kg, wymiar materaca 200x100x26,69 cm	-	wózek do transportu pacjentów XXL, 1 szt., szerokość siedziska 80 cm	-	waga platformowa SECA 675 1 szt. - maks. obciążenie do 300 kg	-
14.	Szpital Powiatowe Sp. z o.o. Szpital w Łasku	-	Tomograf komputerowy Obciążenie do 200 kg - średnica otworu gantry – 70 cm	-	Angiograf – stół Obciążenie stołu do 250 kg plus 100 kg zapasu w pozycji CPR	Łóżka szpitalne – 20 sztuk Obciążenie do 250 kg	-	Nosze transportowe – 2 sztuki Obciążenie max 160 kg	-	-	-
15.	USK im. WAM	aparaty do	aparaty do tomografii	-	stoły do wykonywania RTG	Łóżka szpitalne LR-01.1 - Obciążenie	fotele ginekologiczne	wózki do transportu	-	podnośniki ułatwiające	-

	Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113 - szpital	rezonansu magnetycznego INGENIA 1,5T CX - Rozmiar gantry - 70 cm. Obciążenie stołu - 250 kg	komputerowej SOMATOM SENSATION 64 CARDIO - Rozmiar gantry - 70 cm. Obciążenie stołu - 200 kg		Meera - Obciążenie stołu - 450 kg stoły do endoskopii; Mobilo/mobilo plus - Obciążenie stołu - 200 kg Urgent - Obciążenie stołu - 200 kg; stoły operacyjne, Meera - Obciążenie stołu - 450 kg; Sordina ST8 - Obciążenie stołu - 225 kg; Alphastar PRO - Obciążenie stołu - 270 kg	- 180 kg; Solido 2S - Obciążenie - 250 kg; Novera - Obciążenie - 180 kg; łóżka wyposażające OIOM, ID 36 G30 - Obciążenie - 200 kg; łóżka rehabilitacyjne BTL 1300 - Obciążenie - 170 kg;	Medi-matic Serie 115.515 - Obciążenie - 135 kg; Wenus/Mars - Obciążenie - 220 kg; fotele do dializ Comfort-2Flex - Obciążenie - 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych, Wenus/Mars - Obciążenie - 220 kg fotele okulistyczne MDT ER-1000 - Obciążenie - 150 kg; fotele laryngologiczne Otoconcept - Obciążenie - 150 kg; fotele stomatologiczne Promatic 1057 S - Obciążenie - 185 kg; Dentana 2000 Exima - Obciążenie - 200 kg; Systemanicator 10605 -	pacjentów 1460 Prime TC - Obciążenie - 227 kg; krzesła transportowe S-242E - Obciążenie - 159 kg; nosze Ferno 2 Obciążenie - 250 kg; EFX - Obciążenie - 230 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)M1 - Obciążenie - 227 kg;		opiekę nad pacjentem Maxi Move - Obciążenie - 227 kg; materace przeciwodleżny nowe Precioso - Obciążenie - 160 kg; wagi, ZOT-3 - Obciążenie - 150 kg; WPT 150.0 - Obciążenie - 150 kg; WPT 100/200 OW - Obciążenie - 200 kg; WPT 60/150 OW - Obciążenie - 150 kg rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 25-35 cm	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--

							Obciążenie - 200 kg				
16.	USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi	MAGNET OM VIDA - nośność 250 kg, średnica otworu gantry 66 cm - 1 szt. MAGNET OM AVANTO - nośność 180 kg, średnica otworu gantry 61 cm - 1 szt.	OPTIMA CT 540 - nośność 220 kg, średnica otworu gantry 70 cm - 1 szt. REVOLUTION CT - nośność 306 kg, średnica otworu gantry 80 cm - 1 szt.	-	Stoły do wykonywania RTG nośność 250 kg - 1 szt.; nośność 150-230 kg - 1 szt.; nośność 250 kg - 1 szt.; nośność 227 kg - 1 szt.; Stoły operacyjne OPERON D760 - nośność 450 kg - 1 szt.; Medifa 505220 - nośność do 200 kg - 4 szt.; Saturn Select L - nośność 225 kg - 1 szt.; Mars - nośność 360 kg - 1 szt.; Medifa 700300 - nośność 380 kg - 1 szt.; SU-07.0 do endoskopii - nośność 180 kg - 1 szt.; SU-03 - nośność 350 kg - 1 szt.; SU-05 - nośność 350 kg - 1 szt.;	Łóżka szpitalne nośność 230/250 kg - 18 szt., nośność 250 kg - 32 szt., nośność 230/250 kg - 7 szt., łóżka wyposażające OIOM nośność 290 kg - 4 szt. nośność 250 kg - 8 szt. nośność 250 kg - 3 szt.;	Fotele do dializ nośność 150 kg - 26 szt.; Fotele laryngologiczne 2 szt.; Fotele stomatologiczne 2 szt.;	Wózki do transportu pacjentów nośność 317 kg - 2 szt.; nośność 300 kg - 1 szt.; nośność 318 kg - 1 szt.; nośność 227 kg - 1 szt.; nośność 228 kg - 1 szt.; Wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej nośność do 230 kg - 6 szt.; Krzeselko transportowe (wyposażenie karetki) nośność 159 kg - 1 szt.; Wózek do transportu pacjentów w pozycji siedzącej (krzeselko transportowe) nośność do 150 kg - 4 szt.; Nosze (wyposażenie karetki) nośność 250 kg - 1 szt.;	Ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt.	Deski ortopedyczne: nośność 159 kg - 1 szt.; Materace przeciwoślizgowe nowe 15 szt.; Rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) kardiomonitor y wyposażone w mankiety do pomiaru ciśnienia: duży (obwód ramienia 33-37 cm) i b. duży (obwód ramienia 46-66 cm)	-

								Karetki pogotowia 1 szt.			
17.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach	-	aparaty do tomografii komputerowej Średnica gantry 70 cm Dopuszczalne obciążenie 227kg	-	stoły do wykonywania RTG dopuszczalne obciążenie 210kg; stoły do endoskopii dopuszczalne obciążenie 250kg; stoły operacyjne dopuszczalne obciążenie 300kg;	łóżka szpitalne dopuszczalne obciążenie 250kg; łóżka porodowe dopuszczalne obciążenie 200kg; łóżka wyposażające OIT dopuszczalne obciążenie 200kg; łóżka rehabilitacyjne dopuszczalne obciążenie 250kg;	fotele ginekologiczne dopuszczalne obciążenie 150kg; fotele do dializ dopuszczalne obciążenie 175kg; fotele okulistyczne dopuszczalne obciążenie 150kg; fotele laryngologiczne dopuszczalne obciążenie 150kg;	wózki do transportu pacjentów dopuszczalne obciążenie 250kg oraz 275kg; krzesła transportowe dopuszczalne obciążenie 150kg;	-	wagi dopuszczalne obciążenie 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia od 22cm do 44cm; deski ortopedyczne dopuszczalne obciążenie 450kg; materace przeciwoodleży nowe dopuszczalne obciążenie 140kg;	łóżka młodzieżowe o dopuszczalnym obciążeniu 120kg
18.	WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI: "Specjalistyczny Szpital Gruzlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie"	-	Tomograf 130 kg, gantry 60 cm - 1 szt.	-	Stół do wykonywania zdjęć RTG 160 kg - 1 szt.;	Łóżka szpitalne 230 kg - 6 szt.; Łóżko szpitalne 160 kg - 3 szt.;	-	-	-	Podnośnik transportowy 180 kg - 2 szt.; Waga 200 kg - 5 szt., 150 kg - 5 szt.	-

19.	WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI "Szpital Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi"	Rezonans 200 kg, gantry 60	Tomograf 227 kg , gantry 70	-	Stoły do wykonywania zdjęć RTG Raspid - 295 kg; Stoły do wykonywania zdjęć RTG UDL - 200 kg; Stoły do wykonywania zdjęć RTG Sonial - 295 kg;	Łóżka szpitalne 230 kg - 10 szt.	-	-	-	Podnośnik transportowy 180 kg -1 szt.; Waga 500 kg - szt.; Aparaty do mierzenia ciśnienia rękaw 25-35 cm - 5 szt.; Wagi 200kg - 2 szt. 150 kg - 8 szt.	-
20.	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. w BRZEZINACH	-	Tomograf komputerowy Obciążenie max. 200 kg stołu - średnica otworu gantry 680 mm	-	Stół operacyjny Dr. Max Obciążenie max 230 kg; Stół operacyjny Etiuda Obciążenie max 225 kg; Stół operacyjny Fenix Obciążenie max 200 kg; Stół ortopedyczny Onyx Obciążenie max 200 kg; Stół rehabilitacyjny Agat obciążenie max 150 kg; Stół rehabilitacyjny Opal obciążenie max 150kg; Stół zabiegowy Panda obciążenie max	Łóżko porodowe Famed Obciążenie max 230 kg; Łóżka Egerton Solid 2 Obciążenie max 250 kg; Łóżko Aguila obciążenie max 230 kg; Łóżko Eleganza obciążenie max 250 kg; Łóżko szpitalne LP-01 obciążenie max 200 kg; Łóżko szpitalne obciążenie max 200 kg;	Fotel ginekologiczny Stolter Obciążenie max 190 kg; Fotel do chemioterapii Obciążenie max 180 kg;	Wózek inwalidzki Obciążenie max 120 kg; Wózek transportowy Konkret obciążenie max 230 kg; Wózek transportowy JWZO2 obciążenie max 250 kg; Wózek transportowy Formed obciążenie max 180 kg;	Ambulans T: nosze obciążenie max 180 kg; krzesło kardiologicz ne obciążenie max 150 kg	Aparat RTG DRX Ascend Obciążenie stołu max 295 kg; Aparat RTG Sireskop C3 Obciążenie stołu max 200 kg; wózkowanna obciążenie max 140 kg; Waga krzesłkowa K250 C obciążenie max 250 kg; Mankiet NIBP max 33 x 47 cm; Waga obciążenie max 150 kg;	-

					180 kg; Stół zabiegowy Formed obciążenie max 180 kg;					Mankiet NIBP max 33 x 47 cm; Bieżnia Kettler obciążenie max 150 kg; Waga WPT 100/200 obciążenie max 200 kg; Unit stomatologiczny z fotelem obciążenie max 150 kg;	
21.	SZPITAL WOJEWÓDZKI im. JANA PAWŁA II w BEŁCHATOWIE-szpital	Aparat do rezonansu magnetycznego obciążenie max 200 kg stołu - średnica otworu gantry 65 cm	Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max 227 kg stołu - średnica otworu gantry 80 cm	-	Stoły do wykonania RTG obciążenie max 450 kg; stoły do endoskopii obciążenie max 180 kg; Stoły operacyjne obciążenie max 540 kg; Stół do operacji okulistycznych obciążenie max 200 kg;	Łóżka szpitalne obciążenie max 200 kg; Łóżka porodowe obciążenie max 250 kg; Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 220 kg; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 190 kg;	Fotele do dializ: obciążenie max 180 kg; Fotel ginekologiczny obciążenie max 150 kg; Fotele do zabiegów urologicznych obciążenie max 230 kg; Fotele okulistyczne obciążenie max 120 kg;	Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 230 kg; Krzesła transportowe obciążenie max 225 kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie max 250 kg;	Ambulanse do transportu sanitarnego obciążenie max 250 kg;	Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem obciążenie max 130 kg; Deski ortopedyczne obciążenie max 180 kg; Materace przeciwoślizgowe nowe obciążenie max 200 kg; Wagi obciążenie max 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia Max 34 cm;	-

22.	TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP Z O.O.	Aparat do rezonansu magnetycznego Obciążenie max stołu 200 kg - średnica otworu gantry 60 cm	Aparat do tomografii komputerowej Obciążenie max stołu 250 kg - średnica otworu gantry 70 cm	-	Stoły do wykonania RTG obciążenie max 200 kg; Stoły operacyjne obciążenie max 180 kg;	Łóżka szpitalne obciążenie max 160 kg; Łóżka porodowe obciążenie max 160 kg; Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 150 kg;	Fotele ginekologiczne obciążenie max 150 kg; Fotele do zabiegów urologicznych obciążenie max 150 kg; Fotele okulistyczne obciążenie max 150 kg; Fotele laryngologiczne obciążenie max 150 kg;	Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 130 kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie max 230 kg;	-	Deski ortopedyczne obciążenie max 160 kg; Materace przeciwośluzowe nowe obciążenie max 110 kg; Rękawy do pomiaru ciśnienia obwód max 42 cm;	-
23.	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE W ZGIERZU	Aparat do rezonansu magnetycznego Obciążenie max stołu 160 kg - średnica otworu gantry 60 cm	Aparat do tomografii komputerowej Obciążenie max stołu 205 kg - średnica otworu gantry 70 cm	-	Stoły operacyjne Obciążenie max 150 kg – 3 sztuki; Stół operacyjny obciążenie max 250 kg; Stół operacyjny obciążenie max 320 kg; Stół zabiegowy obciążenie max 200 kg;	Łóżka wyposażające OIOM z wagą obciążenie max 250kg – 7 sztuk; Łóżka porodowe obciążenie max 250 kg - 2 sztuki; Łóżko porodowe obciążenie max 180kg; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 150kg -23 sztuki; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 178kg – 6 sztuk; Łóżka	Fotel operacyjny neurochirurgiczny obciążenie max 250kg; Fotel ginekologiczny obciążenie max 170kg; Fotel ginekologiczny obciążenie max 175kg; Fotel do zabiegów urologicznych obciążenie max 200kg; Fotel do zabiegów	Wózek jezdny do badań obciążenie max 150 kg; wózek do transportu pacjentów obciążenie max 180 kg – 9 sztuk; wózek do transportu pacjentów obciążenie max 235 kg – 2 sztuki; wózek do transportu pacjentów obciążenie max 300 kg - 14 sztuki; Wózek inwalidzki	-	Aparat do wykonywania RTG Obciążenie max stołu 160 kg – 3 sztuki; Gamma Kamera Obciążenie max stołu 227 kg – 2 sztuki; Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 180kg; Podnośnik ułatwiający	-

						rehabilitacyjne obciążenie max 185kg – 8 sztuk; Łóżko rehabilitacyjne obciążenie max 230kg; Łóżko szpitalne obciążenie max 150kg; Łóżka szpitalne obciążenie max 170kg – 5 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 180kg – 12 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 215kg - 10 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 220kg - 2 sztuki; Łóżka szpitalne obciążenie max 230kg -30 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 250kg – 82 sztuk;	laryngologiczn ych obciążenie max 150kg; Fotele do zabiegów okulistycznych obciążenie max 150 kg – 2 sztuki;	obciążenie max 160 kg; Wózek inwalidzki obciążenie max 200 kg;		opiekę nad pacjentem obciążenie max 230kg; Rowery treningowe obciążenie max 150kg – 5 sztuki; Deski ortopedyczne obciążenie max 150kg – 3 sztuki	
24.	ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. w ZDUŃSKIEJ WOLI	-	Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max stołu 200 kg	-	Stoły do RTG obciążenie max stołu 200kg; Stoły do endoskopii obciążenie max stołu 160 kg; Stoły operacyjne obciążenie max 160 kg;	Łóżka szpitalne obciążenie max 200kg; Łóżka porodowe obciążenie max 200kg; Łóżka rehabilitacyjne	Fotele ginekologiczne obciążenie max 200kg;	Wózek transportowe pacjenta obciążenie max 150kg; Krzesółko transportowe (wyposażenie karetki)	Ambulanse do transportu sanitarnego wyposażenie wraz z pacjentem 3500 kg	Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem obciążenie max 200kg; Deski ortopedyczne	-

						obciążenie max 170kg;		Obciążenie max 200kg; Nosze obciążenie max 175kg; Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) obciążenie max 175kg; Karetki pogotowia wyposażenie wraz z pacjentem 3500 kg;		obciążenie max 200kg; Materace przeciwdleży nowe obciążenie max 150 – 200kg; Wagi obciążenie max 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia obwód max 60 cm;	
25.	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY	-	-	-	-	Łóżka szpitalne obciążenie max 180kg – 3 sztuki; Łóżko szpitalne obciążenie max 230kg; Łóżka szpitalne obciążenie max 250kg– 4 sztuki; Łóżka szpitalne obciążenie max 200kg– 3 sztuki; Łóżko porodowe obciążenie max 175kg	-	Nosze obciążenie max 240kg;	-	Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 33-47 cm – 2 sztuki	-
26.	WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII W ŁODZI IM. M. KOPERNIKA	Aparat do rezonansu magnetycznego obciążenie max stołu 250	Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max stołu 205 kg - średnica	-	Stoły do endoskopii obciążenie max 250kg – 2 sztuki; Stoły operacyjne obciążenie max 300kg – 24 sztuki;	Łóżka wyposażające OIOM obciążenie max 180 - 250 kg – 19 sztuk;	-	-	-	Materace przeciwdleży nowe posiada; wagi- posiada; rękawy do pomiarów ciśnienia-	-

		kg - średnica otworu gantry 60 cm – 2 sztuki	otworu gantry 72 cm – 3 sztuki		Stół operacyjny obciążenie max 400kg					posiada; Aparaty do wykonywania RTG obciążenie max stołu 220 - 270kg – 5 sztuki	
27.	KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SP. Z O.O.	-	-	-	Stoły operacyjne obciążenie max 160 kg – 2 sztuki; Stoły operacyjne obciążenie max 380 kg – 2 sztuki;	Łóżko wyposazające OIOM obciążenie max 220kg; Łóżka wyposazające OIOM obciążenie max 250kg - 3 sztuki; Łóżka szpitalne obciążenie max 190kg – 12 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 210kg – 6 sztuk; Łóżko rehabilitacyjne obciążenie max 210kg	-	Wózki transportowe obciążenie max 170 kg – 2 sztuki	-	Materace przeciwodleży nowe obciążenie max 210kg – 6 sztuk; Rękawy do pomiaru ciśnienia max obwód 33-47 cm – 13 sztuk;	-
28.	WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. M. PIROGOWA	-	Aparat do tomografii komputerowej obciążenie max stołu 220 kg - średnica otworu gantry 80 cm	-	Stoły do RTG obciążenie max stołu 180 kg – 2 sztuki; stół do RTG obciążenie max stołu 150kg; stoły do endoskopii obciążenie max stołu 130 kg – 2	Łóżka wyposazające OIOM z wagą obciążenie max 250kg - 9 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max 130kg– 106 sztuk; Łóżka szpitalne obciążenie max	Fotel ginekologiczny obciążenie max 130kg; Fotele do pobierania krwi obciążenie max 150kg – 2 sztuki; Fotele	Wózek transportowy obciążenie max 150kg; Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 130kg – 28 sztuk;	-	rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 22-32 cm – 3 sztuk; rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 10-48 cm – 2 sztuki;	-

					sztuki; Stół operacyjny obciążenie max 160kg; stoły operacyjne obciążenie max 250kg – 5 sztuk;	170kg– 80 sztuk; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 120kg– 10 sztuk; Łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 250kg – 4 sztuki;	do zabiegów urologicznych obciążenie max 130kg - 2 sztuki; Fotele laryngologiczne obciążenie max 170kg – 8 sztuk;	Krzesło transportowe obciążenie max 130kg;		wagi obciążenie max 150kg – 2 sztuki; leżanki lekarskie obciążenie max 150kg – 9 sztuk; Podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 230kg; Wagi obciążenie max 140kg - 3 sztuki; obciążenie max 150kg – 2 sztuki; obciążenie max 120kg; obciążenie max 200kg; Materace przeciwodleży nowe obciążenie max 110kg – 27 sztuk; Materace przeciwodleży nowe obciążenie max 130kg – 6 sztuk; Rękawy	
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

										do pomiarów ciśnienia max obwód 22-32 cm – 41 sztuki;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

2) Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja

	nazwa podmiotu leczniczego	rezonans magnetyczny	tomografia komputerowa	PET	stoły	łóżka	fotele	transport sanitarny	ambulanse ratownictwa medycznego	inne	sprzęt dla dzieci z otyłością
1.	PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	-	-	-	-	-	-	-	-	podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem Obciążenie do 170 kg; podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem Obciążenie do 150 kg; aparat do mierzenia ciśnienia max obwód 52 cm	-
2.	POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE	-	-	-	-	łóżko szpitalne 1 szt. - udźwig do 230 kg;	-	wózek inwalidzki 2 szt. - udźwig do 200 kg	-	aparat do pomiaru RR 1 szt. - mankiet maks. 40-55 cm	-

3.	USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów ul. Pieniny 30 - zakład opiekuńczo- lecniczy	-	--	-	stoły do wykonywania RTG, Multix Top R302/144A - Obciążenie stołu - 227 kg	łóżka szpitalne L/L01/800/S - Obciążenie - 200 kg; TAURUS MED. - Obciążenie - 215 kg	-	-	-	-	-
4.	WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI Poradnia Zgierz	-	-	-	-	-	-	-	-	Waga 150 kg - 1 szt.	-
5.	WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I REHABILITACJI W ŁODZI Poradnia Widzew Łódź	-	-	-	-	-	-	-	-	Waga 151 kg - 1 szt.	-
6.	SZPITAL WOJEWÓDZKI im. JANA PAWŁA II w BEŁCHATOWIE - Zakład	-	-	-	-	Łóżka szpitalne obciążenie max 130 kg;	-	Wózki do transportu pacjentów obciążenie max 130 kg	-	Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem obciążenie max 130 kg	-

	Opiekuńczo-Lecznicy										
7.	CENTRUM MEDYCZNE AGAMED	-	-	-	-	Łóżka szpitalne obciążenie max 140kg– 17 sztuk; Łóżko szpitalne obciążenie max 250kg;	-	Wózki inwalidzkie obciążenie max 120kg – 3 sztuki; Wózek inwalidzki obciążenie max 90kg	-	Podnośniki ułatwiający opiekę nad pacjentem obciążenie max 150 kg – 2 sztuki; Materace przeciwodłężno we obciążenie max 140kg – 7 sztuk; Materace przeciwodłężno we obciążenie max 180kg – 7 sztuk; Rękawy do pomiarów ciśnienia max obwód 25- 50 cm - 2 sztuki	-
8.	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH	-	-	-	-	Łóżka szpitalne posiada	-	-	-	Waga obciążenie max 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia rozmiar M, L; Materace przeciwodłężno we posiada	-
9.	CENTRA MEDYCZNE MEDYCEUSZ SP. Z O.O.	aparaty do rezonansu magnetycznego obciążenie 250 kg; rozmiar otworu 60 cm	aparaty do tomografii komputerowej nośność stołu do 295 kg; otwór gantry o	-	-	Łóżka szpitalne bezpieczne obciążenie robocze 185 kg; maksymalne obciążenie przy podnoszeniu 250 kg	-	-	-	-	-

			średnicy 70 cm								
10.	VOXEL S.A.	aparat do rezonansu magnetycznego maksymalne obciążenie 159, średnia gantry 60 cm	-	aparat PET- TK maksymalne obciążenie 227 kg, średnia gantry 70 cm	-	-	-	-	-	-	-