



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim

ZP.272.136.1.2026

Janów Lubelski, dnia 6.10.2026 r.

Do:

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego” nr ZP.272.136.2026 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.10.2026 r.

Szanowni Państwo, działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.10.2026 r. przekazuje otrzymane pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania ZP.272.136.2026 chciałbym złożyć zapytanie dotyczące OPZ autoklawu parowego. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie urządzenia firmy Tuttnauer 3870ELVCPVG-D o parametrach jak poniżej:

- Pojemność: 85L
- Wymiary komory: średnica 380 mm, głębokość 690 mm
- Komora cylindryczna, płaszcz oraz drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L
- Wymiary zewnętrzne: wys. x szer. x głęb.: 1000 x 730 x 700 mm
- Obudowa i rama wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- Autoklaw wyposażony w układ jezdy
- Temperatura ekspozycji: 60-138 °C
- Funkcja autostartu
- Sterowanie mikroprocesorowe PID
- 10 predefiniowanych cykli sterylizacji oraz do 20 programów użytkownika w tym programy testowe (Bowie-Dick i test szczelności)
- Dodatkowe dwa czujniki temperatury (PT 100) w komorze szczególnie użyteczne podczas sterylizacji płynów w naczyniach o dwóch różnych objętościach
- Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową
- Cykle izotermiczne - Funkcja aparatu KOCHA
- Port walidacyjny
- Układ szybkiego chłodzenia oparty na przepływie wody sieciowej przez płaszcz autoklawu z systemem podtrzymywania ciśnienia w komorze zapobiegający kipieniu zawartości w szczelnie zamkniętych naczyniach. Jest to bardzo wydajny system, który



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego 30 | 23-300 Janów Lubelski
+48 15 8725 400
adres e-mail: psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62126-28499-JBCAC-25
<https://www.gov.pl/web/psse-janow-lubelski/ochrona-danych-osobowych>

sprawia, że całkowity czas cyklu płyny chłodzenie dostępny w autoklawie Tuttnauer 3870ELVCPVG-D zajmuje około 1,5h

- Wytwornica pary ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia
- Pompa próżniowa, zapewniająca wydajny proces suszenia wsadu po zakończeniu sterylizacji łącznie z zapakowanymi narzędziami lub wyposażeniem z tworzywa
- Armatura ze stali nierdzewnej
- System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej
- Wbudowana drukarka termiczna gwarantująca trwałe wydruki a dodatkowo możliwość rejestrowania do 200 cykli w pamięci wewnętrznej urządzenia i eksportowania na nośnik USB.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak. Proszę o przesłanie oferty cenowej na zaproponowane urządzenie (wzór oferty wraz załącznikami na stronie internetowej Stacji).

Pytanie 2.

W związku z przetargiem ogłoszonym przez PSSE w Janowie Lubelskim – uprzejmie proszę o wyjaśnienie:

- Czy Zamawiający wymaga autoklawu wyposażonego w pompę próżniową umożliwiającą realizację fazy odpowietrzania komory i wsadu w formie próżni frakcjonowanej oraz suszenie próżniowe wsadu po fazie ekspozycji.
- Czy Zamawiający wymaga autoklawu wyposażonego w system podtrzymania ciśnienia w fazie chłodzenia płynnych podłoży – co umożliwi wydajną, małostratną lub bezstratną sterylizację płynów oraz szybsze chłodzenie wsadu.

Odpowiedź na pytanie 2:

W związku z zapytaniem PSSE w Janowie Lubelskim informuje, że

- wymaga autoklawu wyposażonego w pompę próżniową umożliwiającą realizację fazy odpowietrzania komory i wsadu w formie próżni frakcjonowanej oraz suszenie próżniowe wsadu po fazie ekspozycji.
- wymaga autoklawu wyposażonego w system podtrzymania ciśnienia w fazie chłodzenia płynnych podłoży.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Powyższe wyjaśnienia i udzielone odpowiedzi są integralną częścią ogłoszenia i są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z wyrazami szacunku

Cezary Duma

Dyrektor Powiatowej Sanitarно-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim

/podpisano elektronicznie/