



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

Piła, 16.10.2026 r.

OEA-A.2601.268.2026

Sprawę prowadzi:	Magdalena Kulczak +48 67 351 98 49, 785102747 magdalena.kulczak@sanepid.gov.pl
------------------	--

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym złożenia oferty na dostawę zmywarki laboratoryjnej (OLW), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, wyjaśnia:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie metody dejonizacji zamiast elektrodejonizacji?
Proces dejonizacji w obu przypadkach opiera się na tej samej chemicznej zasadzie wymiany jonowej. Oferowany przez nas system, oparty na zaawansowanym złożu jonowymiennym o objętości aż 8**,3 litra,** gwarantuje uzyskanie wody o parametrach identycznych lub przewyższających te uzyskiwane metodą elektrodejonizacji (EDI)- spełnia wymagane normy czystości (w tym normę ISO 3696 dla stopnia 1).

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych funkcjonalności dejonizatora, a mianowicie: filtrów wstępnych, membrany odwróconej osmozy, systemu automatycznego płukania i miejsca w dejonizatorze na chemie do zmywarki.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Derezińska

wz. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
+48 67 3519878 | +48 67 3497110
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-31559-97798-FRRFS-27
BDO: 000127682