

Wykaz sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do zagospodarowania/kasacji - zał. nr 2

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa sprzętu	Data zakupu	Wart. ewidencyjna	Stan techniczny	Wartość rynkowa
1.	T-1-8/W/1-15	Waga analityczna BP 210 Sartorius	22.10.1997	10 431,00	Urządzenie sprawne, ale przestarzałe jego wiek nie pozwala osiągać wyników potrzebnych w laboratorium akredytowanym, które daje nowa waga. Brak świadectwa legalizacji oraz wzorcowania. Nieużywana od października 2022.	1 000,00
2.	T-1-8/W/1-15/1	Drukarka do wag YDP20-OCE	6.12.2013	2 688,76	Wyeksploatowana. Problemy z rolką podającą papier.	200,00
3.	T-1-8/W/1-19	Waga techniczna BF 3100S Sartorius	29.09.1998	7 442,00	Wyeksploatowana, sprawna, przestarzała, brak świadectwa legalizacji i wzorcowania. Pogorszenie Charakterystyki metrologicznej przyrządu. Nie spełnia wymagań laboratorium akredytowanego. Brak części zamiennych. Nie używana od min. 2 lat.	800,00
4.	T-1-8/W/1-20	Wagosuszarka WPS-2105	4.10.1999	4 520,10	Wyeksploatowana, przestarzała, brak świadectwa legalizacji i wzorcowania. Brak części zamiennych. Nie używana od min. 10 lat.	400,00
5.	ŚT-801-53-1	Młyn kulowy RM-100 Firmy RETSCH	24.10.2001	15 250,00	Urządzenie wyeksploatowane, nie spełnia wymagań laboratorium akredytowanego. Nie używane od min. 8 lat.	1 100,00
6.	ŚT-801-52-1	Wyparka do równoczesnego odparowywania 6 prób	15.10.2001	41 480,00	Urządzenie wyeksploatowane. Brak części zamiennych, uniemożliwia przywrócenie pełnej sprawności urządzenia, które nie spełnia wymagań laboratorium akredytowanego. Nie używane min. 10 lat.	1 200,00
7.	ŚT-801-77-3	Komputerowy rejestrator temperatury KRT-198	30.12.2004	6 436,72	Wyeksploatowany, uszkodzone elementy pomiarowe. Przestarzały technologicznie.	600,00
8.	T-1-8/R/1-1	Regulator przepływu poczwórny	25.11.1997	984,00	Przestarzały, wyeksploatowany.	50,00
9.	PN/S/S/4-12	Stoper	Brak danych	1,00	Uszkodzony mechanicznie.	0,10
10.	PŚT-801-107-137	Termometr LT-102	15.12.2011	82,00	Wyeksploatowany element pomiarowy.	8,00
11.	PŚT-801-36-25	Termohogrometr AZ 8703	21.06.2005	436,76	Wyeksploatowany element pomiarowy.	44,00
12.	PŚT-801-36-27	Termohogrometr AZ 8703	21.06.2005	436,76	Wyeksploatowany element pomiarowy.	44,00
13.	PŚT-801-4-19	Stacj. aspirator dużych przepł. JSH 12000	18.10.2007	3 172,00	Wyeksploatowany.	317,00
14.	PŚT-801-70-16	Płaszcz grzewczy SXKW-981B poj. 250 ml	04.09.2015	181,00	Wyeksploatowany, uszkodzona obudowa poprzez kontakt z substancjami chemicznymi.	18,00
15.	PŚT-801-8-1	Dozownik 10-50 ml CLASSIC	07.09.2001	1 164,00	Wyeksploatowany, uszkodzony lement pomiarowy.	116,00
16.	PŚT-801-84-3	Meteometr SIROCCO	31.05.2001	1 610,40	Wyeksploatowany, brak części zamiennych.	161,00
17.	PŚT-801-81-13	Minutnik LABOR 3	21.07.2008	98,00	Uszkodzony elektronicznie.	10,00
18.	PŚT-801-81-14	Minutnik LABOR 3	21.07.2008	98,00	Uszkodzony elektronicznie.	10,00
19.	PŚT-801-81-9	Minutnik LABOR 3	21.06.2005	124,44	Uszkodzony elektronicznie.	12,00
OGÓŁEM				96 636,94		6 090,10

STARSZY INSPEKTOR

Waldemar Gumny
14.06.2023

INSPEKTOR

Dariusz Lagutin
14.06.2023