

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A,
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@psse.czest.pl; tel. 34 344 99 32.
3. Dane osobowe są przetwarzane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego w celu realizacji zadań ustawowych przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych, jak również wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych.

4. Celem przetwarzania danych jest:

- a. realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych – art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- b. realizacja zleceń wykonywania badań laboratoryjnych na zlecenie klienta,
- c. kontaktowanie się z klientami / interesantami / kontrahentami w sprawach wnoszonych

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani profilowane.

6. Dokumentacja z danymi osobowymi będzie przechowywana zgodnie z Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Po upływie przewidzianego w nim terminu zostanie trwale usunięta z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9. Szczegółowe informacje n/t przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl/web/psse-czestochowa.

Załącznik nr 4 do procedury nr L-Bakt.-2/PO-03

Postępowanie z biologicznymi wskaźnikami kontroli skuteczności procesu sterylizacji przed dostarczeniem do laboratorium

Sporal A - sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu / Sporal S - sterylizacja suchym, gorącym powietrzem

- Przestrzegać szczegółowych zaleceń producenta testów dotyczących warunków przechowywania wskaźników przed użyciem oraz procedury wykonania kontroli procesu sterylizacji ;

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku, opisać ich rozmieszczenie w komorze. Wskaźniki zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np.: włożyć do koperty lub zawinąć w kartkę papieru) ;
- Wskaźniki dostarczyć do laboratorium w godzinach 8:00 do 11:00

Uwaga : - **do laboratorium dostarczyć wskaźniki poddane sterylizacji zakończonej nie wcześniej niż o godz. 13:30 dnia poprzedniego lub w dniu dostarczenia.**

Przed dostarczeniem do laboratorium wskaźniki poddane sterylizacji należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Dodatkowo dołączyć jeden wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji (wskaźnik kontrolny żywotności drobnoustrojów dla danej serii)

- Wraz z wskaźnikami dostarczyć formularz zlecenia zawierający następujące informacje :

Dane klienta (nazwa i adres klienta ; telefon kontaktowy)

Dane dotyczące sterylizatora (typ, nr fabryczny, rok produkcji, jego lokalizacja)

Parametry procesu sterylizacji (temperatura, czas ,ciśnienie ; data przeprowadzenia sterylizacji)

Data / godzina zakończenia procesu sterylizacji

Dane dotyczące osoby przeprowadzającej sterylizację.