



Nasz znak: SAT.272.1.2024.AC

Skierniewice, dnia 08.marca 2024 r.

#### Pytania i odpowiedzi nr 4

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach udziela odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na dostawę odczynników, wzorców chemicznych i biologicznych, podłoży i testów bakteriologicznych, surowic, lateksów i krążków diagnostycznych.

nr postępowania SAT.272.1.2024.AC

#### Dotyczy: pakietu B -wzorce chemiczne

1.Poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w 5% HNO<sub>3</sub> z dodatkiem 1%HF?

Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Poz. 14-16: W przypadku materiałów referencyjnych firmy FAPAS, każda nowa seria produktu ma indywidualną i niepowtarzalną specyfikację co może spowodować iż w momencie dostawy specyfikacja produktu na certyfikacie może się różnić od tej wyspecyfikowanej przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę takich serii materiałów referencyjnych jakie będą dostępne w momencie składania zamówienia przez Zamawiającego?

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę warunkowo – po przedstawieniu specyfikacji.

3. Poz. 17: Zamawiający podaje w specyfikacji stężenie składnika chloroform 8,78 u/l, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli jednostkę ug/l?

Ad 3. Powinno być mg/l.

4. Poz. 20, 23, 25: Zamawiający podaje numery katalogowe wzorców w opakowaniach o pojemności 500ml, a w specyfikacji wskazuje opakowania o pojemności 100ml, prosimy o doprecyzowanie jakich pojemności oczekuje Zamawiający?

Ad 4. Poz. 20 – 500 ml, poz. 23- 100 ml, poz. 25- 100 ml

5. Poz. 28-29: Firma Hamilton nie posiada akredytacji zgodnej z ISO 17034 i ISO Guide 34, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców bez akredytacji zgodnej z ISO 17034 i ISO Guide 34?

Ad 5. Zamawiający wyraża zgodę.

6. Poz. 30-31: Zamawiający podaje numery katalogowe wzorców w opakowaniach o pojemności 100ml, a w specyfikacji wskazuje opakowania o pojemności 500ml, prosimy o doprecyzowanie jakich pojemności oczekuje Zamawiający?

Ad 6. Zamawiający oczekuje 500 ml op.

DYREKTOR  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Skierniewicach  
z up. mgr. Dorota Rasińska  
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach