

Załącznik nr 1

do postępowania nr

ADM.272.2.10.2025

z dnia 1 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Zestaw analityczny do pomiaru BZT5 oraz tlenu rozpuszczonego w wodzie powierzchniowej do jednoczesnego pomiaru do 12 próbek wraz z wyposażeniem, w ilości **1 kpl.**

Wymagania minimalne:

1. Stacja do pomiaru BZT5 w wodzie powierzchniowej OxiTop®-i IS 6 (2 szt. na 12 próbek):

- metoda zgodna z normą PN-EN 1899-2:2002,
- min. 4 zakresy pomiarowe do wyboru,
- automatycznie zapisuje wartości BZT w odstępach min. 24-godzinnych,
- umożliwia kontynuowanie analizy przez weekend,
- bezpośredni odczyt wyników w dowolnym momencie, nawet po pięciu dniach,
- bezpośredni odczyt w mg/l (ppm),
- kompaktowa stacja mieszająca na 6 butelek z mieszadłami z odczytem w stacji lub na butelce,
- 6 butelek szklanych w zestawie plus zapasowe 6 butelek,
- zestaw startowy odczynników (m.in. inhibitor nitryfikacji, tabletki alkaliczne) koniecznych do przeprowadzania pomiarów,
- zestaw do kalibracji i testowania czujników ciśnienia.

2. Laboratoryjny miernik tlenu iNoLab Oxi 7310 Set 1:

- metoda zgodna z normą PN-EN ISO 5814:2013-04,
- wyposażony w analogową sondę galwaniczną do tlenu rozpuszczonego z przewodem min. 1,5m, CellOx®325
- kompensacja temperatury,
- wbudowany czujnik ciśnienia,
- 1-punktowa kalibracja w powietrzu (powietrze nasycone parą wodną) lub wzorzec zewnętrzny,
- brak czasu polaryzacji,
- pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego oraz % nasycenia tlenem,
- pełny zestaw akcesoriów: zasilacz, statyw, elektrolit, folia polerska, zapasowe membrany, kabel USB,
- dodatkowo roztwór czyszczący RL-G 205204.