

Załącznik nr 3

do postępowania nr ADM.272.1.2025.PG
z dnia 8 grudnia 2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Szafa termostatyczna (cieplarka laboratoryjna) do pracy w temperaturze $(25\pm 1)^{\circ}\text{C}$ oraz $(30\pm 1)^{\circ}\text{C}$ do badania czystości mikrobiologicznej powierza i powierzchni

Wymagania minimalne:

- wymuszony obieg powietrza,
- zakres temperatury od 15°C do 70°C (zakres pracy roboczej $25\pm 1^{\circ}\text{C}$, $30\pm 1^{\circ}\text{C}$),
- pojemność komory ok 60 l,
- regulacja temperatury z dokładnością $0,1^{\circ}\text{C}$,
- półki druciane ze stali nierdzewnej – 2-3 sztuki,
- drzwi zewnętrzne pełne,
- rozkład temperatury na jednej półce w 5 punktach w temperaturze 25°C oraz w 5 punktach w temperaturze 30°C (badanie stabilności i równomierności), wykonany przez akredytowane laboratorium wzorujące,
- instrukcja i obsługa panelu/ekranu w języku polskim,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- transport