



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

Kalisz, 17.09.2026 r.

OEA-ST.272.5.7.2026

Sprawę prowadzi:	Filip Dulnik +48 62 76 77 631; +48 796 767 001 filip.dulnik@sanepid.gov.pl
---------------------	--

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu zamierza nabyć sprzęt laboratoryjny, jako Zamawiający zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na:

ZADANIE XII – dostawa łaźni wodnej z obiegiem SBB Aqua Plus 26

Specyfikacja techniczna:

- zakres pracy w temperaturach 100°C;
- wanna wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej;
- stabilność temperatury +/-0,2 °C;
- pojemność łaźni 26 l;
- max. wymiary zewnętrzne (+/- 5 mm): 390 x 600 x 445 mm (SxDxW);
- min. wymiary komory roboczej: 285 x 490 x 150 mm (SxDxW);
- kurek spustowy do łatwego opróżniania komory grzewczej;
- wyłączniki chroniące przed przegrzaniem;
- waga max. 11,0 kg;
- moc grzania min. 2,0 kW;
- zasilanie 230V;

Wyposażenie dodatkowe:

- tacka z fajerkami 6 miejsc z możliwością zdjęcia wykonana ze stali nierdzewnej;
- pokrywa zdejmowana wykonana z poliwęglanu;
- statyw na próbówki o średnicy min. 30 mm wykonany ze stali nierdzewnej;

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie personelu z obsługi urządzenia;
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia;
- podpisanie protokołu odbioru urządzenia po uprzednim potwierdzeniu sprawności;
- autoryzowany serwis w Polsce (wymagany dokument autoryzacji producenta);
- instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim;
- certyfikat CE;
- gwarancja min. 24 miesiące;

Wymagane przy odbiorze:



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
+48 62 76 77 610
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56543-50262-JCVUB-20
BDO: 000099028

- pełna dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim (lub w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem), w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz na nośniku elektronicznym w formie *.pdf lub *.doc;
- karta gwarancyjna wystawiona w formie papierowej (obowiązująca nie wcześniej niż od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
- instrukcja urządzenia w języku polskim;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA II:

do dnia **27 listopada 2026 r.**

dostawa do siedziby Zamawiającego tj.: 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6
Seksja Badania Wody (III piętro – bez windy)

WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA POJEDYNCZE LUB WSZYSTKIE ZADANIA

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność zostanie uregulowana przez Zamawiającego **przelewem w terminie 30 dni** kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek:

- a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
- d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający odrzuci oferty złożone przez oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat:

- nie wykonali u Zamawiającego zleconego zamówienia lub wykonali je nienależycie;
- złożyli u Zamawiającego ofertę, a następnie odmówili zawarcia umowy na jej podstawie;
- w stosunku do których Zamawiający zmuszony był do odstąpienia od umowy.

Osobami upoważnionymi do kontaktów i udzielania informacji dotyczących zapytania ofertowego są:

Paulina Górską, tel. 785 103 061, e-mail: paulina.gorska@sanepid.gov.pl;
Maria Wiśniewska, tel. 785 102 973, e-mail: maria.wisniewska@sanepid.gov.pl;
Filip Dulnik, tel. 796 767 001, e-mail: administracja.psse.kalisz@sanepid.gov.pl.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

- karty katalogowe, foldery, prospekty – opis techniczny zaoferowanego sprzętu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego;
- oświadczenie w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni od dnia złożenia oferty

OCENA OFERT:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę „OFERTA na dostawę sprzętu laboratoryjnego – OEA-ST.272.5.7.2026” wraz z załącznikami należy złożyć na wypełnionym formularzu ofertowym, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć do dnia **28 września 2026 r. do godz. 09:00**

za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: **sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl**
lub na adres e-Doręczeń: **AE:PL-56543-50262-JCVUB-20**.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewystarczających środków na realizację zamówienia i/lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego postępowanie może zostać umorzone lub zakończyć się brakiem wyboru oferty.

Z wyrazami szacunku

Anna Napierała

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu

/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. formularz oferty
2. wzór umowy
3. informacja RODO
4. oświadczenie PWAAnU