

Limanowa, dnia 13 sierpnia 2025 r.

Znak sprawy: **PT.2370.14.2025**

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu ratowniczego do prowadzenia szkoleń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

ZAMAWIAJĄCY

**KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W LIMANOWEJ**

Adres do korespondencji: **UL. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 43, 34-600 LIMANOWA,
TEL. 47 8314742, NIP: 737-17-51-690, REGON: 491898578**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej informuje, że w przedmiotowym **zapytaniu ofertowym** wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dot. część 3. Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, defibrylator AED o następujących parametrach?
 - 1) Urządzenie nie posiada uniwersalnych elektrod, wyposażony jest w osobne elektrody dla dorosłych i elektrody pediatryczne, a termin przydatności elektrod wynosi 24 miesiące od daty produkcji.
 - 2) Urządzenie nie posiada automatycznej regulacji głośności komunikatów.
 - 3) Temperatura przechowywania urządzenia 0-50 st. C – możliwość krótkotrwałego przechowywania w temp. -20 st. C (do godziny)
 - 4) Bateria LiMnO₂ 2,8 mAh zapewniająca 16 godzin ciągłej pracy lub 300 wyładowań

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- 1) **Nie dopuszcza możliwości. Urządzenie musi posiadać tryb pediatryczny pozwalający na użycie elektrod dla dorosłych w przypadku dzieci.**
- 2) **Nie dopuszcza możliwości.**
- 3) **Nie dopuszcza możliwości.**
- 4) **Nie dopuszcza możliwości.**

2. W części nr 1 - pozycja nr 4 torba ratownicza z wyposażeniem - poproszę o informację jaka ma to być dokładnie torba i jakie wyposażenie – np. PSP R1 bez szyn i deski?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w części 1 – w pozycji nr 4 ma być torba ratownicza w standardzie wyposażenia PSP R0.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2a dla części 1 zamówienia w pozycji nr 4 oraz załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy. Załączniki otrzymują poniższe brzmienie.

3. Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu dotyczącego obecnie określonych parametrów defibrylatora, które uniemożliwiają zaoferowanie urządzenia spełniającego wszystkie pozostałe wymagania techniczne oraz bezpieczeństwa.

Proponujemy dopuszczenie do postępowania defibrylatora półautomatycznego ZOLL AED Plus o poniższych parametrach:

- Impuls dwufazowy RBW: 120, 150, 200 J (dorośli) / 50, 70, 85 J (dzieci)
- Wyświetlacz LCD prezentujący krzywą EKG, komunikaty tekstowe, wskaźnik głębokości ucisku, czas akcji, liczbę defibrylacji
- Funkcja metronomu, wizualna informacja o jakości RKO w czasie rzeczywistym
- Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci (osobny protokół pediatryczny)
- Odporność na warunki środowiskowe: IP55, odporność na wstrząsy, wibracje, upadek z 1,5 m
- Pamięć 7 h EKG i RKO z możliwością zgrania przez IrDA
- Zasilanie z ogólnodostępnych baterii litowych CR123A (5 lat w trybie gotowości)
- Elektrody o okresie przydatności do 5 lat, kompatybilne z defibrylatorami klinicznymi
- Gwarancja na urządzenie: 5 lat

Podkreślamy, że urządzenie to spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, posiada certyfikat CE, a jego parametry w pełni odpowiadają wymaganiom skutecznej defibrylacji oraz wytycznym ERC, jednocześnie zapewniając większą dostępność rynkową i obniżenie kosztów eksploatacji.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora ZOLL AED Plus o powyższych parametrach w miejsce obecnie wskazanych, bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje parametry defibrylatora półautomatycznego zewnętrznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2c do zapytania ofertowego.

4. W odniesieniu do wymogów gwarancyjnych prosimy o:

- rezygnację z obowiązku udzielania 5-letniej gwarancji na baterie,
- zmniejszenie okresu gwarancji na elektrody z 24 miesięcy do 12 miesięcy lub do daty przydatności wskazanej przez producenta (elektrody są produktem jednorazowego użytku).

Baterie stosowane w oferowanym urządzeniu to standardowe, ogólnodostępne ogniwa, zapewniające do 5 lat czuwania urządzenia bez konieczności ładowania. Wydłużona gwarancja na baterie nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania AED, natomiast ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi gwarancyjne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2c do zapytania ofertowego.

5. W związku z faktem, że w przypadku awarii urządzenia może zaistnieć konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu na naprawę usterek do 14 dni roboczych. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację napraw w sposób rzetelny i zgodny z procedurami producenta, bez ryzyka obniżenia jakości serwisu oraz przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa użytkowników sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu na naprawę usterek do 14 dni roboczych.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 5 – projekt umowy dla części 3 w § 4 ust. 2 i ust. 4. Załącznik nr 5 otrzymuje poniższe brzmienie.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.

bryg. mjr inż. Krzysztof Hybel
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa:

Adres Wykonawcy:

NIP: REGON:

Telefon:

E-mail: Nr rachunku.....

Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej / wpisem do krajowego rejestru sądowego jest:

.....
.....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2025 r. na:

„DOSTAWA SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO PROWADZENIA SZKOLEŃ DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIMANOWEJ”

1. Warunki zamówienia przyjmuję i proponuję następujące ceny:

CZĘŚĆ 1					
L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość/JM	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Fantom głowy do nauki intubacji ((producent, model, typ)	1 szt.			
2.	Torba ratownicza lekka ((producent, model, typ)	1 szt.			
3.	Torba R1 plecakowa kompletna (butla, szyny, wyposażenie medyczne) - (bez deski) ((producent, model, typ)	1 kpl.			
4.	Torba ratownicza PSP R0 z wyposażeniem ((producent, model, typ)	1 kpl.			
Razem brutto za część 1:					
Słownie:..... złotych					
...../100					

CZĘŚĆ 2

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość/JM	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Hydronetka plecakowa – brezentowa ((producent, model, typ)	2 szt.			
2.	Plecak do pożarów traw i lasów na 4 godz. z wyposażeniem ((producent, model, typ)	1 kpl.			
3.	Zestaw do otwierania zamków ((producent, model, typ)	1 kpl.			
4.	Wspornik krzyżowy kokpitu ((producent, model, typ)	1 szt.			
5.	Łącznik do węża W-42 ((producent, model, typ)	4 pary			
6.	Stojak hydrantowy ((producent, model, typ)	1 szt.			
Razem brutto za część 2:					
Słownie:.....złotych					
...../100					

CZĘŚĆ 3

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość/JM	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kolumna 3x kolumna 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny ((producent, model, typ)	1 kpl.			
Razem brutto za część 3:					
Słownie:.....złotych					
...../100					

2. Termin wykonania umowy: **21 dni od dnia podpisania umowy.**

3. Oświadczam/y, że udzielam/y – miesięczny okres gwarancji (**nie mniej niż 24 miesięcy**), liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – **dotyczy części 1 i części 2** zapytania ofertowego.

4. Oświadczam/y, że udzielam/y gwarancję: - **dotyczy części 3** zapytania ofertowego

- **na defibrylator** - - letni okres gwarancji (nie mniej niż 5 lat gwarancji)

- **na elektrody** - - miesięczny okres gwarancji (nie mniej niż 30 miesięcy)

- **na baterię** - - letni okres gwarancji (nie mniej niż 5 lat gwarancji)

liczony od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym zapytaniu ofertowym, akceptujemy go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

8. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej z siedzibą ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa - Administratora danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)/ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie).

10. Oświadczamy że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.

.....
miejscowość i data

.....
.....
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1

1. Fantom głowy do nauki intubacji - 1 szt.

1) Właściwości:

Możliwość nauki technik intubacji za pomocą rurek dotchawiczych oraz innych przyrządów wykorzystywanych do utrzymywania drożności dróg oddechowych takich jak: masek krtaniowych, rurek krtaniowych, combitube, rurek nosowo-tchawiczych, rurek nosowo-gardłowych, rurek dotchawiczych, rurek ustno-gardłowych. Budowa anatomiczna jamy ustnej oraz dróg oddechowych: ust, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, przełyku i płuc. Możliwość poruszania głową. Zachowanie naturalnych odruchów podczas wykonywania zabiegu intubacji. Możliwość obserwacji wprowadzania rurki dotchawiczej. Manekin sygnalizujący dźwiękiem nieprawidłowe wywarcie **nacisku na zęby**. Manekin mogący służyć również do nauki odsysania treści pokarmowych z jamy ustnej.

2) Możliwość użycia:

- masek krtaniowych
- rurek krtaniowych Combitube
- rurek nosowo-tchawiczych
- rurek nosowo-gardłowych
- rurek dotchawiczych
- rurek ustno-gardłowych


3) Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

4) Specyfikacja: Model powinien być dostarczony w miękkiej torbie.

Wymiary (z torbą) 50 x 24 x 31 cm

Ciężar: 5kg

5) Zdjęcie poglądowe:



2. Torba ratownicza lekka (medyczna na opatrunki) – pojemność 32 l – 1 szt.

1) DANE TECHNICZNE:

- Wysokość: 22 cm
- Szerokość: 46 cm
- Długość: 30 cm
- Pojemność: 32 l
- Przeznaczenie: dla ratowników

2) WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału
- Wnętrze torby wykonane z łatwo zmywalnego Nylonu 210D
- Wejście do komory głównej wykonane w kształcie litery „U” zapewniający łatwy dostęp do rzeczy znajdujących się w jej wnętrzu
- Torba posiadać powinna komorę główną oraz pięć kieszeni zewnętrznych
- W komorze głównej znajdować się powinny przegrody oraz gumowe uchwyty umożliwiające łatwą segregację zawartości torby
- Na klapie kieszeni zamykana na suwak oraz uchwyty gumowe
- Dwie kieszenie boczne
- Na wierzchu torby znajdować się winna przezroczysta kieszeń zamykana na suwak
- W przedniej kieszeni torby uchwyty gumowe oraz trzy saszetki segregacyjne, mocowane na rzep w różnych kolorach
- Z tyłu torby płaska kieszeń zamykana na suwak
- Torba wyposażona powinna być w uchwyty przy suwakach wykonane w jaskrawym kolorze rzucające się w oczy pozwalające na łatwe i szybkie otwieranie torby
- Pas nośny odpinany, regulowany, z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem
- Uszy z taśmy spinane rączką
- Dno torby wykonane z wzmacnianej tkaniny, odpornej na przetarcia, zabezpieczone gumowymi stopkami. Użyte materiały mają zabezpieczać torbę przed wilgocią, brudem i uszkodzeniami
- Torba musi posiadać wszyte elementy odblaskowe

3) Okres gwarancji: nie mniej niż 24 miesiące

3. Torba R1 plecakowa (modułowa) kompletna (butla, szyny, wyposażenie medyczne) - (bez deski) - 1 kpl.

PIERWSZY W PEŁNI MODUŁOWY PLECAK R1

Torba musi posiadać pełną modułowość, polegającą na umieszczeniu całego wyposażenia wyłącznie w modułach podzielnych ze względu na rodzaj sprzętu, a nie na rodzaj zdarzenia. Taki sposób rozmieszczenia wyposażenia sprawia, że dużo szybciej i

Łatwiej jest znaleźć konkretny sprzęt. Każdy moduł musi być czytelnie opisany i mieć inny kolor.

Plecak musi być podzielony na dwie sekcje. Lewa sekcja – niebieska, zawierająca 4 moduły oraz butlę tlenową – sprzęt wyłącznie związany z drogami oddechowymi i tlenoterapią. Prawa sekcja – zawierająca 4 moduły, w innych kolorach – to pozostały sprzęt.

Umieszczenie butli tlenowej i kołnierzy ortopedycznych poza modułami, dające łatwiejszy dostęp do nich.

Wszystkie moduły muszą być dostępne natychmiast po otwarciu tylko jednego suwaka

Każdy moduł mocowany silną, niskoprofilową taśmą rzepową, umożliwiającą łatwe wyjmowanie i umieszczenie bliżej poszkodowanego. Każdy moduł musi być intuicyjnie opisany przy użyciu trwałych i wodoodpornych etykiet, z możliwością zastosowania również własnego opisu dostosowanego do specyfiki danej jednostki.

Konstrukcja plecaka i modułów musi pozwalać na umieszczenie w zestawie dodatkowego wyposażenia, np. w przypadku aktualizacji Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG, określonych przez KG PSP.

Do plecaka dołączony musi być zestaw procedur KPP obowiązujących w KSRG

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLECAKA R1

- 8 opisanych, kodowanych kolorami, wyjmowanych modułów z wygodnymi uchwytami
- zewnętrzne, ekspresowe zasobniki na rękawiczki jednorazowe w dwóch rozmiarach
- wodoodporny, łatwozmywalny materiał pozwalający na szybką dezynfekcję i mycie po akcji
- olejoodporna warstwa ochronna na spodzie
- duża ilość elementów odbłaskowych na każdej powierzchni, dająca rewelacyjną widoczność w nocy
- duże, odbłaskowe uchwyty przy suwaku znacznie ułatwiające szybkie otwieranie i zamykanie plecaka, nawet w grubych rękawicach
- brak zewnętrznych, wystających elementów zmniejsza ryzyko zahaczenia w skrytce wozu bojowego lub w wąskich przestrzeniach
- bryzgoszczelny suwak zabezpieczający wyposażenie przed deszczem
- wygodne, chowane ramiączka z uchwytami np. na radiotelefon
- pas biodrowy ułatwiający dłuższe noszenie plecaka
- 3 duże, wygodne uchwyty do przenoszenia w rękę w różnych pozycjach
- antypoślizgowe stopki na spodzie i na boku
- możliwość personalizacji opisów oraz indywidualnego ułożenia modułów
- wysoki poziom ochrony butli tlenowej i reduktora przed uderzeniami, dzięki grubym ściankom zewnętrznym
- unikalny panel informacyjny zawierający czytelny schemat oceny stanu poszkodowanego oraz zakresy podstawowych parametrów życiowych
- kieszeń na dokumentację medyczną zawierająca zestaw 27 kart udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy
- dołączony zestaw procedur medycznych KSRG w postaci wygodnej książeczki
- 2 lata gwarancji

ERGONOMIA

Plecak musi być zaprojektowany z myślą o ergonomii i wygodzie użytkowania. System nośny - regulowane szelki i pas biodrowy - wygodny, równomiernie rozkładający ciężar plecaka na ciele użytkownika i zapewniający stabilność w trakcie dłuższego noszenia np. podczas poszukiwań osób zaginionych. Szelki i pas biodrowy z możliwością ukrycia w dedykowanej kieszeni.

Na zewnątrz plecaka, na samym jego szczycie umieszczanie **2 ekspresowych zasobników na rękawiczki** w dwóch rozmiarach.

KONSTRUKCJA I WODOODPORNOŚĆ

Materiał, z jakiego wykonany jest cały plecak musi zapewniać wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia, a spód plecaka posiada dodatkową powłokę odporną na substancje oleiste.

Zastosowanie materiałów **wodoodpornych i łatwo zmywalny**, dający możliwość szybkiego i łatwego umycia i zdezynfekowania plecaka.

Bryzgoszczelny suwak główny zabezpieczający wyposażenie przez warunkami atmosferycznymi.

Na spodzie oraz na ścianie bocznej wymagane zamontowanie **antypoślizgowych stopek**, dające możliwość postawić plecak w pionie i poziomie na śliskich powierzchniach. Mocne, gumowe uchwyty umożliwiają swobodne przenoszenie plecaka w jednym ręku.

WIDOCZNOŚĆ

Elementy odblaskowe muszą znajdować się na każdej powierzchni plecaka oraz na szelkach, dzięki którym ratownicy udzielający pomocy będą bardziej widoczni, również w trudnych warunkach atmosferycznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Wymiary: szer. 44 cm, gł. 32 cm, wys. 61 cm
- Pojemność: 75 litrów
- Waga: 3 kg
- 2 warianty kolorystyczne taśm odblaskowych – szare lub żółte 3M
- Materiały: COMPLAN, powłoka typu HYPALON

4. Torba ratownicza PSP R0 z wyposażeniem - 1 kpl.

Torba ratownicza dedykowana do zestawów opatrunkowych lub rozbudowanych apteczek pierwszej pomocy.

Wyposażenie torby zgodnie ze standardem PSP R0.

Materiał i użyte komponenty:

Produkt musi być wykonany z bardzo wytrzymałego materiału poliestrowego (CODURA), charakteryzującego się niezwykłą odpornością na ścieranie oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Konstrukcję torby musi charakteryzować:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne YKK 10 mm
- wytrzymałe elementy plastikowe
- certyfikowane taśmy odblaskowe

Funkcjonalności torby:

- wysoka funkcjonalność i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne.
- przestronna komora główna, w której znajdują się liczne gumowe przeszycia, mocowania i uchwyty.
- komorę główną przedzielono specjalną zakładką, która po jednej stronie posiada pojemną kieszeń siatkową, a po drugiej przeźroczystą kieszeń.
- z frontalnej strony umieszczenie niezależnej komory z licznymi gumowymi przeszyciami, a także z kieszeniami siatkowymi.
- dodatkowo na przedniej komorze użytkownik ma mieć dostęp do kieszeni zamykanej na zamek błyskawiczny.

Charakterystyka torby:

- wymiary: 40 x 28 x 15 cm
- torbę z możliwością noszenia w ręku za pomocą podwójnej, zapinanej rączki
- na torbie umieszczone powinny być elementy odbłaskowe dla bezpieczeństwa użytkowników podczas zmroku
- dno torby zabezpieczono przed zamoknięciem plastikowymi stopkami

U M O W A - projekt dla CZEŚCI - 3
zawarta w dniu w Limanowej pomiędzy:

**Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej z siedzibą przy
ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa, NIP: 737-17-51-690,
REGON: 491898578**

reprezentowaną przez:

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej -
zwana w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....
.....

reprezentowaną przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **defibrylatora półautomatycznego zewnętrznego – 1 kpl. na potrzeby prowadzenia szkoleń** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej w n/w ilościach:

L.P.	NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ/J.M.
....		

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot fabrycznie nowy, rok produkcji 2025, nieużywane, sprawne, pozbawione wad fabrycznych.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

1. Dostawa zrealizowana będzie transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ÷ 14.30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu dostawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Odbiorem jakościowo-ilościowym będzie objęty cały przedmiot umowy.
3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru jakościowo - ilościowego, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu oraz w ofercie wykonawcy stanowiących integralną część do niniejszej umowy, lub posiada wady, wykonawca zobowiązuje się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego do zamiany na zgodny z opisem.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultat swojego działania, obejmujący przygotowanie, realizację i dostarczenie przedmiotu zamówienia.

§ 3

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest:

.....

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest

.....

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, iż użyte w przedmiocie umowy materiały posiadają parametry techniczne spełniające wymagania zawarte w obowiązujących normach i przepisach i udziela na przedmiot umowy:

- **na defibrylator** lat gwarancji liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- **na elektrody** miesięczny okres gwarancji liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- **na baterię** lat gwarancji liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Ustala się, że Zamawiającemu oprócz udzielanej gwarancji i w czasie jej trwania przysługuje także rękojmia i prawo do dowolnego wyboru uprawnień z poszczególnych instytucji.

Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę lub wymianę każdego wyrobu będącego częścią przedmiotu umowy w zakresie ujawniających się wad i usterek, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Do okresu napraw lub wymiany w ramach reklamacji nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie reklamacji w formie elektronicznej na adresy:

Zamawiający: e-mail:,

Wykonawca: e-mail:

3. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego towaru na nowy wolny od wad.
4. W przypadku uznania reklamacji /także milczącego/ i nie usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie 14 dni roboczych przez Wykonawcę/gwaranta, Zamawiającemu przysługuje do wyboru także prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy przez siebie wybranej osobie trzeciej, przy czym Wykonawca zrzeka się prawa do kwestionowania wysokości powstałych z tego tytułu kosztów, które zobowiązuje się do zwrotu na pierwsze wezwanie zamawiające i w terminie przez niego ustalonym.

§ 5

1. Strony ustaliły następującą cenę netto za **1 szt.** na niżej wymieniony asortyment:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Cena jedn. netto	Ilość J.m.	Wartość netto
1.				

2. Wartość zamówienia wynosi zł brutto, (słownie: /100) (w tym podatek VAT).
3. Powyższa cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie towaru w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w dostarczeniu towaru dobrej jakości w przypadku reklamacji w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na załatwienie reklamacji,
 - c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% od wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 2.
2. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o jednej z następujących okoliczności:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - 2) jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy,
 - 3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - 4) Wykonawca nie rozpoczął wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonania umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy naliczonej kary umownej za zwłokę, o której mowa w ust. 1 lit. a i b, oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 1 lit. c.

§ 8

1. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy przelewem na konto nr, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.
2. Koszty manipulacyjne z tytułu błędnie podanego rachunku bankowego ponosi Wykonawca.

§ 9

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **21 dni od podpisania umowy.**

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, dane osobowe Wykonawcy i osób działających w jego imieniu będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.
2. Administratorem danych osobowych określonych w ust. 1 jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej (ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa, tel. 47 8314700, e-mail: kppsplimanowa@malopolskie.straz.krakow.pl)
3. W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Limanowej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (30-134 Kraków, Zarzeczcie 106, e-mail: iod@straz.krakow.pl).
4. Administrator danych osobowych może przekazywać dane osobowe innym podmiotom w oparciu o pisemne upoważnienie Wykonawcy lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Administrator danych osobowych obowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub konieczne do prawidłowej realizacji umowy.
6. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych określonych w ust. 1, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby za-padać jakiegokolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałyby to istotnie wpływać na Wykonawcę.

§ 13

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY