



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

SS.2613.2.2026

Rzeszów, 30.07.2026 r.

Adresaci

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego WSSE w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie na podstawie:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. Poz. 228)
- Art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 373)
- Zarządzenia Nr 14/2026 z dnia 17 marca 2026 r. Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie w sprawie sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz Oddziałach Laboratoryjnych w Tarnobrzegu, Przemyślu i Sanoku

informuję o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania (bezzwrotnie) innym jednostkom budżetowym.

Składniki (wykaz dostępny w *Załączniku nr 1*) będą udostępnione do obejrzenia, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod następującym adresem:

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie- Dział Laboratoryjny w Sanoku,
ul. Jezierskiego 39, Sanok.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy kierować na adres Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie lub złożyć w Kancelarii WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów lub przesłać na adres e- mail:
kancelaria.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl w terminie do dnia 14.08.2026 r.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego powinny zawierać:

- nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego
- wskazanie składnika rzeczowego, którego dotyczy wniosek
- oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo- odbiorczym.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16 | 35-959 Rzeszów
+48 17 85 22 111
adres e-mail: kancelaria.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-70454-93323-DTEIB-22

Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego zawierającego:

- oznaczenie stron
- nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego
- ilość składników oraz ich wartość; niezbędne informacje o stanie technicznym składnika
- okres, w którym składnik rzeczowy będzie używany przez jednostkę korzystającą
- miejsce i termin odbioru składnika
- podpisy osób upoważnionych.

Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. (13) 463 39 23.

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Anna Kiszka wew. 269; Ewa Leśniak- Roman- wew. 223.

Informujemy ponadto, iż w ślad za § 39.1 ww. Rozporządzenia możliwe jest dokonanie darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz jednostek organizacyjnych, (o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) niebędących jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na BIP Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Z wyrazami szacunku

Adam Sidor
Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białymstoku
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kielcach
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krakowie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lublinie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Olsztynie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Warszawie
- Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu
- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
- Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu
- Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
- Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie
- Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne województwa podkarpackiego
- a/a

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa	Ilość	Opis
1	Komputer HP8100	1	Uszkodzona płyta główna.
2	Monitor LCD LG17	1	Uszkodzony wyświetlacz.
3	Monitor LCD LG17	1	Uszkodzony wyświetlacz i ekran.
4	Komputer PCHP8300 SFF	1	Przestarzały technologicznie. Uszkodzona płyta główna.
5	Monitor LCD LG19	1	Przestarzały technologicznie, uszkodzona matryca.
6	Komputer Lenovo M92P	1	Spalona płyta główna. Uszkodzona płyta główna.
7	Monitor	1	Uszkodzona matryca, brak obrazu.
8	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony, zniszczona tapicerka.
9	Aparat telefoniczny	1	Wyeksploatowany, niekompatybilny z nowym systemem.
10	Suszarka laboratoryjna SUP 4	1	Uszkodzona komora grzewcza. Zardzewiałe półki.
11	Aparat telefoniczny	1	Wyeksploatowany, niekompatybilny z nowym systemem.
12	Komputer HP 8100	1	Brak kompatybilności z nowym systemem operacyjnym. Uszkodzony zasilacz.
13	Komputer Lenovo M93PSFF	1	Brak kompatybilności z nowym systemem komputerowym. Uszkodzona płyta główna.
14	Monitor DELL	1	Brak kompatybilności z nowym systemem komputerowym. Uszkodzona matryca.
15	Termometr do lodówek	1	Termometr wycofany z użycia, nie spełnia wymagań po wzorcowaniu, pęknięty.
16	Licznik kolonii PCC-04	1	Nie spełnia wymagań. Brak odczytu, uszkodzony wyświetlacz.
17	Wytrząsarka	1	Uszkodzony silnik, brak możliwości zakupu części zamiennych.
18	Płaszcz grzewczy	1	Niesprawny- brak możliwości ciągłego podgrzewania próbek, uszkodzona część wewnętrzna.
19	Kalkulator CITIZEN	1	Uszkodzony wyświetlacz.
20	Czasza grzejna	1	Uszkodzona grzałka, uszkodzona powierzchnia płaszcza grzewczego.
21	Czasza grzejna	1	Uszkodzona grzałka, brak możliwości zakupu części zamiennych.
22	Maszyna do mięsa	1	Skorodowane elementy, uszkodzona śruba.
23	Cieplarka CL-60	1	Niesprawna- brak możliwości utrzymania zadanej temperatury.
24	Czajnik bezprzewodowy	1	Uszkodzona grzałka, pęknięty korpus.
25	Czajnik bezprzewodowy	1	Uszkodzony kabel.
26	Czasza grzejna	1	Uszkodzony przewód zasilający oraz powierzchnia grzejna.

27	Destylarka M-3000	1	Uszkodzenia mechaniczne szklanych elementów, brak zachowanej szczelności.
28	Płaszcz grzewczy	1	Uszkodzony kabel zasilania. Brak możliwości kupna części zamiennych.
29	Płaszcz grzewczy	1	Niesprawny- uszkodzony termostat.
30	Regulator napięcia	1	Uszkodzony silnik.
31	Regulator napięcia	1	Uszkodzony silnik.
32	Sekundomierz	1	Zepsuty- nie włącza się.
33	Sekundomierz	1	Zepsuty- nie włącza się.
34	Refraktometr ABBEGO264719	1	Uszkodzone szklane elementy.
35	Wirówka laboratoryjna GERBER	1	Uszkodzony silnik- brak możliwości zakupu części zamiennych.
36	Drukarka Laser HP	1	Niesprawna- uszkodzony podajnik papieru oraz mechanizm grzewczy.
37	Fotometr-20	1	Niesprawny- brak możliwości kupna części zamiennych. Uszkodzony układ optyczny.
38	Destylarka M-3000	1	Uszkodzenia mechaniczne szklanych części. Brak szczelności aparatu.
39	Mieszadło magnetyczne RCT	1	Uszkodzone- porysowana powierzchnia mieszadła, uszkodzony napęd.
40	Cieplarka CL-60	1	Niesprawna- brak możliwości utrzymania zadanej temperatury.
41	Komputer PC HP-8300 SFF	1	Nieaktualny system operacyjny. Spalony zasilacz.
42	Aparat telefoniczny	1	System analogowy, uszkodzony, niedziałające przyciski.
43	Suszarka laboratoryjna	1	Zawiera elementy uszczelnienia z azbestu.
44	Sterylizator ASV	1	Niesprawny. Wycofany z użytku.
45	Aparat telefoniczny	1	Nie spełnia aktualnych wymagań, uszkodzony kabel.
46	Aparat telefoniczny	1	Nie spełnia aktualnych wymagań, przestarzały.
47	Monitor Dell	1	Uszkodzony ekran-brak możliwości naprawy.
48	Komputer HP	1	Brak wsparcia systemu operacyjnego, uszkodzona płyta główna- koszt naprawy przekracza wartość sprzętu.
49	Komputer	1	Brak wsparcia systemu operacyjnego, uszkodzona płyta główna, koszt naprawy przekracza wartość sprzętu.
50	Komputer HP 8100	1	Brak wsparcia systemu operacyjnego, uszkodzona płyta główna, koszt naprawy przekracza wartość sprzętu.
51	Monitor LCD 19	1	Uszkodzony ekran-brak możliwości naprawy
52	Łaźnia wodna HS-B	1	Zepsuta grzałka. Koszt naprawy przekracza wartość sprzętu.
53	Pipeta	1	Uszkodzony mechanizm zasysania.
54	Monitor	1	Uszkodzony ekran-brak możliwości naprawy.

55	Drukarka laserowa	1	Wyeksploatowana uszkodzona.
56	Monitor	1	Uszkodzony ekran-brak możliwości naprawy.
57	Komputer HP 8100	1	Brak wsparcia systemu operacyjnego. Uszkodzona płyta główna- koszt naprawy przekracza wartość sprzętu.
58	Fotel obrotowy	1	Zniszczony, wyeksploatowany.
59	Suszarka laboratoryjna	1	Brak części zamiennych, zawiera elementy azbestowe.
60	Suszarka laboratoryjna SUP	1	Brak części zamiennych, zawiera elementy azbestowe.
61	Suszarka laboratoryjna SUP-4M 0471/95	1	Brak części zamiennych, zawiera elementy azbestowe.
62	Suszarka laboratoryjna SUP 40151/94	1	Brak części zamiennych, zawiera elementy azbestowe. Skorodowana.
63	Suszarka laboratoryjna	1	Uszkodzony mechanizm sterujący temperaturą- brak możliwości naprawy.
64	Szafa laboratoryjna	1	Wyeksploatowane, uszkodzone zawiasy.
65	Krzeseł	1	Zniszczone.
66	Nawigacja GPS	1	Niesprawna- uszkodzony ekran. Brak możliwości naprawy.
67	Biurko pod komputer	1	Zniszczony blat, niestabilne.
68	Fotel obrotowy	1	Zniszczony.
69	Taboret laboratoryjny	1	Zniszczony.
70	Termostat E20	1	Nie grzeje, nie utrzymuje stałej temperatury, uszkodzone elementy grzejne.
71	Termostat E20	1	Nie grzeje, nie utrzymuje stałej temperatury, uszkodzone elementy grzejne.
72	Zestaw CX-551	1	Nie działa poprawnie ,wyniki niestabilne. Długi czas oczekiwania na ustabilizowanie się wyniku. Naprawa nieopłacalna.
73	Biureta cyfrowa	1	Nie działa poprawnie, nieszczelna (wyciek). Naprawa nieopłacalna.
74	Płaszcz grzewczy	1	Płaszcz słabo grzeje- regulator temperatury zepsuty. Naprawa nieopłacalna.
75	Przyrząd do pomiaru BZT5	1	Zniszczony, uszkodzona sonda pomiarowa- naprawa nieopłacalna.
76	Szafa	1	Zniszczona.
77	Stolik okolicznościowy	1	Zniszczony, wyeksploatowany.
78	Stół laboratoryjny	1	Zniszczony, zużyty.
79	Szafka pod zlew	1	Zniszczona.
80	Monitor Dell	1	Uszkodzona matryca, niekompatybilny.
81	Szafa	1	Zniszczona, niestabilna.
82	Szafa pancerna	1	Zardzewiała, zniszczona.
83	Stolik okolicznościowy	1	Zniszczony.

84	Stolik okolicznościowy	1	Zniszczony.
85	Stanowisko do mycia	1	Wyeksploatowane, przestarzałe, pozaginane węże- naprawa nieopłacalna.
86	Czasza grzejna	1	Nie utrzymuje temperatury, uszkodzone elementy grzejne.
87	Szafka	1	Zniszczona.
88	Stół laboratoryjny	1	Zniszczony.
89	Szafka	1	Zniszczona.
90	Szafka	1	Zniszczona.
91	Szafka	1	Zniszczona.
92	Grzejnik elektryczny	1	Uszkodzona grzałka , brak części zamiennych.
93	Motorola G8 Power 64B DS Block	1	Uszkodzony wyświetlacz , brak możliwości naprawy.
94	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
95	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
96	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
97	Komputer Lenovo	1	Przestarzały, bez wsparcia technicznego. Brak możliwości uruchomienia.
98	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
99	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
100	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
101	Szafka metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
102	Szafa Metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
103	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
104	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
105	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
106	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
107	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
108	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
109	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
110	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
111	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
112	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
113	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.

114	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
115	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
116	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
117	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
118	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
119	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, uszkodzona.
120	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
121	Szafa metalowa	1	Wyeksploatowana, zardzewiała, uszkodzona.
122	CB + antena	1	Urywany kabel od anteny, nie włącza się.
123	CB + antena	1	Uszkodzone przyciski sterowania, nie włącza się.
124	Aparat Telefoniczny LG K 41S TITAN	1	Zepsute wejście na kartę SIM. Uszkodzony port do ładowania.
125	Opalarka	1	Przepalona grzałka- brak części zamiennych.
126	Miernik poziomu dźwięku SON-50	1	Zepsuty, bez możliwości naprawy, bez wsparcia technicznego. Brak zatwierdzenia typu- nie może być stosowany w pomiarach środowiskowych.
127	Lodówka	1	Uszkodzony agregat- koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.
128	Czajnik	1	Spalona grzałka.
129	Krzeseł tapicerowane	1	Zniszczone.
130	Krzeseł tapicerowane	1	Zniszczone.
131	Krzeseł tapicerowane	1	Zniszczone.
132	Krzeseł tapicerowane	1	Zniszczone.
133	Krzeseł tapicerowane	1	Zniszczone.
134	Czajnik	1	Uszkodzona grzałka.
135	Stolik	1	Zniszczony, eksploatowany.
136	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.
137	Biurko	1	Zniszczone.
138	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.
139	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.
140	Monitor	1	Wycofany z użytkowania w związku ze zmianą systemu, niekompatybilny z innymi urządzeniami. Uszkodzona matryca.
141	Monitor	1	Wycofany z użytkowania , uszkodzona matryca, niekompatybilny.
142	Skaner kodów kreskowych	1	Niesprawny, uszkodzony. Wycofany z użytkowania.
143	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.
144	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.

145	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.
146	Fotel obrotowy	1	Uszkodzony.
147	Komputer	1	Wycofany z użytkowania , model przestarzały , naprawa nieekonomiczna. Uszkodzona płyta główna.
148	Krzesło drewniane	1	Zużyte, uszkodzone.
149	Szafa metalowa	1	Uszkodzona, zardzewiała.
150	Waga elektroniczna	1	Uszkodzona i technicznie niesprawna , zużyta.
151	Termostat R-450	1	Termostat uszkodzony - brak możliwości zakupu części zamiennych.
152	Pompa próżniowa	1	Brak szczelności aparatu spowodowany uszkodzeniem mechanicznym.
153	Termostat E-20	1	Uszkodzony - brak możliwości zakupu części zamiennych.
154	Mieszadło magnetyczne	1	Uszkodzony silnik , brak części zamiennych.
155	Odważniki	1	Masa odważników przekracza dopuszczalne błędy, skorodowania.
156	Sekundomierz	1	Uszkodzony wyświetlacz.
157	Miernik temperatury	1	Uszkodzony, brak możliwości zakupu części zamiennych.
158	Mieszadło magnetyczne	1	Uszkodzony silnik, brak części zamiennych.
159	Wytrząsarka	1	Uszkodzony silnik, brak części zamiennych.
160	Fotometr-20	1	Niesprawny, brak możliwości zakupu części zamiennych. Uszkodzony układ optyczny.
161	Płaszcz grzewczy	1	Uszkodzona grzałka.
162	Płaszcz grzewczy	1	Uszkodzona grzałka.
163	Kalkulator CITIZEN	1	Uszkodzony wyświetlacz.
164	Odważniki	1	Odczyt masy odważników przekracza dopuszczalne wartości błędów, skorodowane.
165	Płaszcz grzewczy	1	Uszkodzona grzałka.
166	Odważniki	1	Masa odważników przekracza dopuszczalne błędy.
167	Fotel obrotowy	1	Uszkodzone, zużyte.
168	Kalkulator CITIZEN	1	Uszkodzony wyświetlacz.
169	Blender ręczny	1	Uszkodzony silnik, brak możliwości naprawy.
170	Suszarka laboratoryjna próżniowa SPT 200	1	Zniszczona uszczelka - brak zachowania pełnej szczelności podczas prac. Brak części zamiennych, sprzęt wyeksploatowany. Nie spełnia wymogów BHP
171	Pompa próżniowa	1	Wyeksploatowany , brak części zamiennych, skorodowane elementy obudowy, brak próżni.
172	Sekundomierz	1	Urządzenie nie włącza się ,uszkodzony mechanizm.
173	Łaźnia wodna LW-4	1	Uszkodzony termostat-nie utrzymuje zadanej temperatury.
174	Krzesło	1	Zniszczone.
175	Fotel obrotowy	1	Wyeksploatowane.

176	Aparat telefoniczny	1	Niekompatybilny z nowym systemem telefonicznym.
177	Stojak laboratoryjny	1	Zardzewiały.
178	Drukarka laserowa HP Laser Jet 1020	1	Niekompatybilna z aktualnym oprogramowaniem, uszkodzony mechanizm grzewczy.
179	Aspirator	1	Zużyty, nie spełnia wymagań metod badawczych.
180	Aspirator	1	Zużyty, nie spełnia wymagań metod badawczych.
181	Aparat powietrzny PA-91	1	Pęknięta maska, uszkodzony zawór.
182	Aparat powietrzny PA-91	1	Pęknięta maska, uszkodzony zawór.
183	Zestaw montażowy	1	Zestaw montażowy ze skasowanego miernika drgań.
184	Krzeseł	1	Zniszczone.
185	Aparat telefoniczny Panasonic KX-TG 7301	1	Niekompatybilny z nowym systemem telefonicznym.
186	Pipeta cyfrowa	1	Nie pobiera cieczy, uszkodzony system dozujący, uszkodzony przycisk do usuwania końcówek- brak możliwości naładowania pipety.
187	Aparat telefoniczny	1	Niekompatybilny z nowym systemem telefonicznym, uszkodzona wtyczka i kabel.
188	Szafa laboratoryjna	1	Zniszczona, zardzewiała.
189	Biurko	1	Zniszczone.
190	Stół laboratoryjny	1	Zniszczony.
191	Krzeseł obrotowe	1	Zniszczone.
192	Ładowarka do akumulatorów Ni Cd	1	Zepsuta, brak możliwości ładowania akumulatorów.
193	Wirówka laboratoryjna	1	Sprzęt zużyty, nie działa poprawnie, nie włącza się. Naprawa nieopłacalna.
194	Krzeseł	1	Zniszczone.
195	Płyta grzewcza HPH-6	1	Płyta słabo grzeje, nie utrzymuje jednakowej temperatury na wszystkich punktach grzewczych, zardzewiała.
196	Suszarka Venticell 111	1	Nie utrzymuje wymaganej temperatury, uszkodzona płyta sterująca. Naprawa nieopłacalna.
197	Aparat telefoniczny	1	Niekompatybilny z nowym systemem telefonicznym. Uszkodzony kabel.
198	Waga analityczna WA-32	1	Nie działa poprawnie, odmowa legalizacji, brak możliwości naprawy.
199	Szafka mała	1	Uszkodzenie mechaniczne uniemożliwiające dalsze użytkowanie.
200	Szafka stojąca	1	Uszkodzenie mechaniczne uniemożliwiające dalsze użytkowanie.
201	Stół pod wagę	1	Uszkodzone antywibratory. Brak stabilności.
202	Stół laboratoryjny	1	Uszkodzenie mechaniczne uniemożliwiające dalsze użytkowanie.

203	Wyparka rotacyjna	1	Uszkodzona pompka, brak możliwości utrzymania ciśnienia. Brak części zamiennych.
204	Niszczarka dokumentów	1	Urządzenie nie działa, koszty naprawy przewyższają wartość urządzenia.
205	Dozymetr Conny	1	Przestarzały technologicznie. Brak napięcia w obwodzie.
206	System awaryjnego zasilania	1	Niesprawny. Nie utrzymuje napięcia.
207	Zestaw do prac wysokościowych	1	Urządzenie zużyte, nie działa poprawnie, uszkodzony.
208	Komputer Dell	1	Niesprawny, przestarzały technologicznie, uszkodzona płyta główna.
209	Monitor Dell	1	Przestarzały, nie odpowiada, uszkodzona matryca.
210	Kuchenka elektryczna	1	Nie działa , koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia. Skorodowane płyty grzewcze.
211	Podnośnik hydrauliczny 1,5 T	1	Wyciek oleju, urządzenie nie utrzymuje obciążenia.
212	Podnośnik hydrauliczny	1	Wyciek oleju, urządzenie nie utrzymuje obciążenia.
213	Podnośnik hydrauliczny 16 T	1	Wyciek oleju, urządzenie nie utrzymuje obciążenia.
214	Podnośnik hydrauliczny	1	Wyciek oleju, urządzenie nie utrzymuje obciążenia.
215	Aparat telefoniczny	1	Urządzenie zużyte, nie działa poprawnie.
216	Gigaset a540IP Baza + telefon IP VOIP	1	Zużycie techniczne urządzenia. Urządzenie przestarzałe.
217	Miernik temperatury	1	Uszkodzone sondy pomiarowe, urządzenie zużyte, koszt naprawy przewyższa wartość sprzętu.
218	UPS	1	Niesprawne, urządzenie nie utrzymuje napięcia
219	Monitor Flatron	1	Wyeksploatowany, uszkodzona matryca, niekompatybilny.
220	Termohigrobarometr	1	Zepsuty, brak możliwości naprawy i kalibracji.
221	Przystawka laboratoryjna	1	Skorodowana, instalacja elektryczna niesprawna, instalacja wodna skorodowana – przecieki.
222	Kalkulator	1	Nieaktywne klawisze , nie działa wyświetlacz.
223	Kalkulator	1	Zepsuty.
224	Drukarka	1	Wyeksploatowana, uszkodzony mechanizm drukowania.
225	Monitor	1	Wyeksploatowany, uszkodzona matryca, niekompatybilny.
226	Monitor	1	Wyeksploatowany, uszkodzona matryca, niekompatybilny.
227	Mieszadło magnetyczne	1	Zepsuty napęd, zardzewiałe.
228	Mieszadło magnetyczne	1	Zepsuty napęd, zardzewiałe.
229	Aparat telefoniczny	1	Uszkodzony, brak możliwości naprawy.
230	Łaźnia wodna	1	Łaźnia rozszczelniona - przecieka, uszkodzony termostat.