W odpowiedzi na pojawiające się pytania Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego na „Zakup sprzętu laboratoryjnego (zamówienie z podziałem na zadania) dla Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mielcu" znak sprawy: PSA.272.7.2026 z dnia 20.10.2026r.

ZADANIE Nr 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa

Dodano punkt:

- protokół sprawdzania rozkładu temperatur w temp. -80 °C

ZADANIE Nr 4 - Sterylizator parowy (autoklaw) z wyposażeniem

Wykreślono punkty:
-kosz/pojemnik sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej -min.2 szt.,
- montaż autoklawu na miejscu
Dodano punkty:

- pompa próżniowa,
- system szybkiego chłodzenia,
- sprężarka,
- pojemnik sterylizacyjny z pokrywą 1 szt., kosz sterylizacyjny siatkowy 1 szt.
- dodatkowe wymagania: rozładunek, wniesienie urządzenia do miejsca docelowego (III piętro) oraz wykonanie prac instalacyjnych/montażowych zgodnie z wymaganiami technicznymi i normami,
- dostarczenie niezbędnej dokumentacji do zgłoszenia sterylizatora do UDT.

ZADANIE Nr 5
Zmieniono wymiary urządzenia na:
- wymiary nieprzekraczające: szer. 250mm, gł.500mm, wys.600mm,

Zmieniono punkty:
- dodatkowy zbiornik min. 10l na wodę klasy III z punktem poboru,
- zestaw filtrów do wymiany (min.1 komplet)

Dodano punkt:
- wydajność około 10l/h,

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do: 29.10.2026r.

do godz. 13.00.

1. Punkt 3a Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
   Sporządzoną ofertę cenową na załączonym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego **należy złożyć w terminie do dnia – 29.10.2026 r. do godz. 13.00.**

2. Punkt 4 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
   Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 29.10.2025r. o godz. 13.30 w siedzibie PSSE w Mielcu, ul. Skłodowskiej-Curie 8, 39-300 Mielec.

DYREKTOR PSSE
w Mielcu
Grzegorz Bureh