

WYJAŚNIENIE DO SWZ znak: OEA.272.1.1.2025.2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na dostawę pożywek, odczynników i innych materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kętrzynie.

Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00167957 z dnia 28.03.2025 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarно - Epidemiologiczna w Kętrzynie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści SWZ wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie nr 1: Pytania dotyczące SWZ do przedmiotu zamówienia pakiet nr 2 i 3 oraz umowy dostawy

1. Dotyczy formularza cenowego pakiet 2 i 3 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia do dostawy kart charakterystyki dla produktów które tego wymagają lub oświadczenia że nie wymagają tego dokumenty zgodnie z ustawą i wyrazi zgodę udostępnienie strony Wykonawcy na której będą one dostępne do samodzielnego pobrania? Strona Wykonawcy została stworzona po to by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia do dostawy kart charakterystyki dla produktów, dla których są one wymagane, lub oświadczenia, że oferowane produkty nie podlegają ustawie, pod warunkiem udostępnienia przez wykonawcę strony, na której wyżej wymienione dokumenty będą dostępne do samodzielnego pobrania.

Pytania do Umowy:

§ 2 ust. 1 i 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z komunikacji przy użyciu faksu jako alternatywnego wobec poczty elektronicznej kanału komunikacji?

Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta aktualnie w swojej organizacji z urządzeń typu faks w zw. z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o pozostawienie poczty elektronicznej jako jedyne kanału komunikacji.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający modyfikuje treść umowy:

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Umowa zostanie zrealizowana w terminie do 13 grudnia 2025 r. na podstawie sukcesywnych zamówień przesyłanych do Wykonawcy pocztą elektroniczną zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy w § 8 pkt. 3 ppkt. 3 umowy”.

§ 2 ust. 9 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostawy w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Brak informacji zwrotnej drogą elektroniczną ze strony Zamawiającego w wymienionym terminie oznacza brak niezgodności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z SWZ dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia niezgodności w terminie przez siebie wyznaczonym, nie krótszym jednak niż 10 dni roboczych w przypadku wad ilościowych oraz nie krótszym niż 10 dni roboczych w przypadku wad jakościowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.”

§ 8 pkt. 3 ppkt. 3 umowy otrzymuje brzmienie: „adres e-mail do przesyłania zamówień”

Pytanie 2

2.1. Dotyczy zadania 6

Czy zamawiający w pozycji nr 10 - Zestaw suplementów (selektywny i różnicujący) do podstawy pożywki Chromogenic Listeria agar dopuści sposób pakowania zestawu 2x5 fiolek i przez to odpowiednią ilość opakowań tj. 20 op (2x5 fiolek) zamiast 10 op 2 x10 fiolek?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

2.2. Dotyczy zadania 9

Czy zamawiający w pozycji nr 4 Agar Columbia z dodatkiem 5% odwołknionej krwi baraniej dopuści pożywkę z minimalnym terminem przydatności 6 tygodni? Z powodu dodatku krwi baraniej maksymalny termin przydatności dla tej pożywki wynosi 8 tygodni od daty produkcji.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

2.3. Dotyczy zadania 10

Czy zamawiający w pozycjach 1-3 dopuści pożywki terminem ważności 36 mc ?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pakiet 5 poz. 1 Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 płytek Petriego o wysokości 14,2 mm?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

pakiet nr 8, poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt z datą ważności min. 18 miesięcy od daty produkcji?

Producent deklaruje datę ważności 24 miesiące. Po wyprodukowaniu produkt musi przejść niezbędną ścieżkę certyfikacji i kontroli jakości, a także zostać sprowadzony do Polski zanim trafi do klienta końcowego.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy: Zadanie nr 8 – Pojemniki do pobierania próbek

Czy Zamawiający dopuszcza pakiety do wymazów z minimalnym terminem okresu przydatności 14 m-cy od dnia dostawy?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 5:

5.1. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 4 ilość 5025 szt? Opakowanie zbiorcze produktu to 1005 szt (rękawy pakowane po 15 szt)?

Odpowiedź na pytanie: Ze względu na przyjęte kryterium oceny ofert Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości w pozycji nr 4. Zamawiający wymaga ilości płytek wskazanej w formularzu cenowym.

5.2. Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 5 ilość 7800 szt lub 8400 szt? Opakowanie zbiorcze to 600 szt (rękawy po 25 szt)?

Odpowiedź na pytanie: Ze względu na przyjęte kryterium oceny ofert Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości w pozycji nr 5. Zamawiający wymaga ilości płytek wskazanej w formularzu cenowym.

Pytanie 7

Zadanie nr 8 – Pojemniki do pobierania próbek

1. Czy Zamawiający zaakceptuje pakiet do wymazów w probówce okrągłodennej z PP o dł. 165 mm i śred. zewn. 13 mm?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający akceptuje.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje dokument producenta, ze wymazówki są odpowiednie do odzyskiwania Salmonelli i Shigelli, wydawany dla każdej serii?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający akceptuje.

Pytanie 8

zadania nr 1 - Odczynniki chemiczne:

Pozycja 9. - myo-inozytol - Najmniejsze opakowanie oferowane przez Sigma Aldrich to 50 g . Proszę o informację czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie tego odczynnika w opakowaniu 50 g.

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 5 – PŁYTKI PETRIEGO, poz. 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5, poz. 1 dopuści płytki Petriego o średnicy dolnej płytki równej 140 mm?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 5 – PŁYTKI PETRIEGO, poz. 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5, poz. 2 dopuści płytki Petriego o średnicy dolnej płytki równej 90 mm?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 5 – PŁYTKI PETRIEGO, poz. 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5, poz. 3 dopuści płytki Petriego o średnicy dolnej płytki równej 90 mm?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 5 – PŁYTKI PETRIEGO, poz. 4


Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5, poz. 4 dopuści płytki Petriego pakowane po 15 szt. w rękawie i 1005 szt. w kartonie zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza płytki Petriego pakowane po 15 szt. w rękawie i wymaga ilości płytek wskazanej w formularzu cenowym.

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 5 – PŁYTKI PETRIEGO, poz. 5

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5, poz. 5 dopuści płytki Petriego o średnicy dolnej płytki równej 90 mm, pakowane po 25 szt. w rękawie i 600 szt. w kartonie zbiorczym?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający dopuszcza płytki Petriego o średnicy dolnej płytki równej 90 mm, pakowane po 25 szt. w rękawie i wymaga ilości płytek wskazanej w formularzu cenowym.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej
w Kępczynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii