

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, Rejon w Wałczu,
ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz

II. Przedmiot zamówienia

Dostawa akcesoriów drogowych: zakup kółek pomiarowych, taśm mierniczych, klina pomiarowego, poziomica itp.

III. Miejsce realizacji dostawy i asortyment objęty zamówieniem

Zakres objęty dostawą uwzględniony został w Załączniku nr 1

a) Rejon Szczecin, ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
1	Refraktometr miernik do pomiaru zasolenia wody wód 0-100% salimetr solanek	2
2	Dalmierz laserowy – zielony laser 50 m, IP65	1

b) Rejon Wałcz, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
3	Miara zwijana: długość 5 m	5
4	Kółko pomiarowe	1
5	Klin pomiarowy / szczelinomierz	1

c) Rejon Koszalin, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
6	Miara zwijana: długość 8 m	4
7	Klin pomiarowy / szczelinomierz	2
8	Poziomica 2 m	2
9	Taśma miernicza stalowa: długość 30 m, szerokość 13 mm	2

d) Rejon Szczecinek, ul. Piłska 30, 78-400 Szczecinek

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt.]
10	Lupka Brinella	2
11	Szczelinomierz kartowy	11
12	Szczelinomierz listkowy	5
13	Lustro inspekcyjne teleskopowe o długości ramienia teleskopowego min. 70 cm	2
14	Poziomica aluminiowa dł. 2 m	3
15	Poziomica aluminiowa dł. 0.4 m	5
16	Poziomica elektroniczna dł. 180-200 cm	2
17	Miara zwijana dł. 5 m z powłoką nylonową chroniącą taśmę.	7
18	Taśma miernicza dł. 50 m (z uchwytem)	1
19	Skaner punktu rosy	2
20	Miernik grubości powłok lakierniczych	2
21	Detektor zbrojenia i przewodów	1

IV. Opis asortymentu:

1. Refraktometr miernik do pomiaru zasolenia wody wód 0-100% salimetr solanek – (poz. 1)
2. Dalmierz laserowy – zielony laser 50 m, IP65 – (poz. 2)
3. Miara zwijana: dł. 5 m z powłoką nylonową chroniącą taśmę. Max. Szerokość taśmy: 19 mm, automatyczne blokowanie + przycisk zwalniający blokadę - (poz. 3, 17)
4. Kółko pomiarowe z licznikiem, drogomierz kołowy z hamulcem i resetem w uchwycie (kasowaniem w rękojeści). Dokładność $\pm 0,05\%$, składany drążek i precyzyjny licznik 0,01 m – (poz. 4)
5. Klin pomiarowy / szczelinomierz, 270 mm wykonany z aluminium Posiada podziałkę MM. Bardzo solidne wykonanie, odporny na korozję – (poz. 5, 7)
6. Miara zwijana: długość 8 m - (poz. 6)
7. Poziomica 2 m oraz 0,4 m: dokładność min. 0,3 mm/m. Ciężar poniżej 1000 g/m. 2-3 libelki pozioma i pionowa jako wsparcie pomiarowe - (poz. 8, 14, 15)
8. Taśma miernicza stalowa: długość 30 m, szerokość 13 mm – (poz. 9)
9. Lupka Brinella: min. powiększenie 10x, Podziałka 0,1 mm, maksymalna średnica 60 mm, z wbudowanym podświetleniem - (poz. 10)
10. Szczelinomierz kartowy: z tworzywa sztucznego, czytelna skala z podziałką co 0,1mm - (poz. 11)
11. Szczelinomierz listkowy: zakres pomiaru 0,05 – 1,00 mm 20 listków - (poz. 12)
12. Lustro (min. 7x15cm) inspekcyjne teleskopowe o długości ramienia teleskopowego min. 70 cm, z możliwością ustawienia lustra pod kątem (przegub możliwy do dokręcenia na sztywno lub zablokowania) - (poz. 13)
13. Poziomica elektroniczna: długość: ok. 180–200 cm, wbudowany czujnik elektroniczny do pomiaru kąta nachylenia, wyświetlacz cyfrowy umożliwiający odczyt wyników pomiaru, dokładność pomiaru min. $\pm 0,1^\circ$ (lub równoważna), możliwość pomiaru w stopniach oraz % nachylenia (jeżeli

dotyczy), funkcja sygnalizacji poziomu/pionu (np. akustyczna lub wizualna),. Libelki pozioma i pionowa jako wsparcie pomiaru - (poz. 16)

14. Taśma miernicza dł. 50 m: taśma ze stali węglowej, pokryte warstwą polimeru akrylowego zabezpieczającego przez powstaniem korozji, rdzy oraz pęknięć, zaczepek taśmy antypoślizgowy - (poz. 18)

15. Skaner punktu rosy: bezinwazyjny, bezdotykowy umożliwiający pomiar temperatury powierzchniowej, temperatury powietrza, wilgotności powietrza i temperatury punktu rosy - (poz. 19)

Minimalne dane techniczne:

- przedział pomiarowy od -50°C (lub mniej) do 150°C (lub więcej)
 - przedział pomiarowy wilgotności powietrza 0-100%RH
 - przedział pomiarowy temperatury punktu rosy od -30°C (lub mniej) do 100°C (lub więcej)
 - ciężar max. 300g
 - torba ochronna
16. Miernik grubości powłok lakierniczych: bezinwazyjny, indukcyjny miernik grubości powłok niemagnetycznych na wszystkich metalach magnetycznych i niemagnetycznych - (poz. 20)

Minimalne dane techniczne:

- dokładność pomiaru $\pm 1\mu\text{m}$
 - zakres pomiarowy od 0 do 1000 μm
 - ciężar max. 300g
 - torba ochronna
17. Detektor zbrojenia i przewodów: głębokość detekcji dla metalu min 200 mm, wykrywanie przewodów pod napięciem do głębokości min. 50 mm, dokładność pomiaru ± 10 mm, wskazania głębokości ± 10 mm możliwość skanowania liniowego oraz obszarowego - (poz. 21)

V. Obowiązki Wykonawcy

- Uzgodnienie z Zamawiającym terminu i czasu dostarczenia zamówienia.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie asortymentu wolnego od wad i uszkodzeń.
- Wszelkie koszty związane z naprawieniem wad, powstałych na skutek zdarzeń losowych, w tym uszkodzenie wynikłe podczas transportu, poniesie Wykonawca.
- Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość dostarczenia akcesoriów lub terminie realizacji,
- Wykonawca złoży ofertę na wszystkie asortymenty wymienione w formularzu cenowym, które muszą być nowe, nieużywane – załącznik nr 1 i dostarczy poszczególne akcesoria do każdej ze wskazanych siedzib Rejonu (pkt III. OPZ).

VI. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia – 30 dni od podpisania umowy

VII. Kryteria wyboru oferty

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena 100%

VIII. Sposób obliczania ceny

Cena oferty ma obejmować całkowity koszt przedmiotu zamówienia wraz z dostawą.

IX. Warunki płatności

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne ze stawką podaną w formularzu ofertowym. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nastąpi po dostarczeniu wymienionego w formularzu cenowym asortymentu i potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności z zamówieniem. Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wystawieniu faktury w systemie KSeF za pośrednictwem wiadomości e-mail. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosują procedurę awaryjną zgodnie z przepisami prawa. W okresie awarii doręczenie faktury VAT następuje poprzez jej przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szczecin.faktury@gddkia.gov.pl. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadkach zwolnienia z obowiązku używania Krajowego Systemu e-Faktur.

Za datę realizacji płatności uważa się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

X. Przestanki oceny i odrzucenia oferty.

1. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, jak również pod względem poprawności kalkulacji ceny.
2. Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień co do sposobu obliczenia ceny (w tym wskazania elementów składających się na cenę i podania ich wartości).
3. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty niespełniającej wymogów formalnych lub sporządzonej w sposób nie dający gwarancji należytego wykonania umowy (w tym, co do której Wykonawca nie wyjaśnił wyczerpująco sposobu kalkulacji ceny).
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.
5. Nieprzystąpienie przez wybranego Wykonawcę do realizacji zlecenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stanowią podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy i wybrania kolejnego Wykonawcę.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - e) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.