



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku

EA.261.19.2026

Włocławek, 28 września 2026 r.

Egz. nr 1

Dotyczy: PSSE we Włocławku - zaproszenie do złożenia oferty na nowy sterylizator laboratoryjny parowy (autoklaw) o pojemności komory 80 litrów z pionową komorą sterylizacyjną, z systemem szybkiego chłodzenia, systemem próżniowym, systemem podtrzymania ciśnienia w komorze i możliwością wydruku parametrów sterylizacji poprzez wbudowaną drukarkę – szt. 1.- EA.261.19.2026

Pytanie nr 1:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia sterylizatora.

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia urządzenia: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy.

W przypadku schodów prosimy o podanie ich wymiarów: szerokości stopni, ich wysokości i ilości oraz wymiarów półpięter.

W przypadku windy prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności.

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.?

Odpowiedź nr 1:

Przebieg drogi transportowej do miejsca posadowienia autoklawu:

a/ pierwsze drzwi wejściowe – wymiar: szerokość - 90 cm, wysokość - 200 cm

b/przedsiónek – wymiary: szerokość - 130 cm, długość 210 cm

c/ drugie drzwi wejściowe – wymiary: wymiar: szerokość - 90 cm, wysokość - 200 cm

d/ drugi hol – wymiary: szerokość - 350 cm, długość - 450 cm

e/ 3 stopnie schodów o wymiarach: wysokość - 14 cm, szerokość - 26 cm, długość - 120 cm

f/ trzecie drzwi wejściowe – wymiar: szerokość - 130 cm, wysokość - 200 cm

g/ 3 stopnie schodów o wymiarach: wysokość - 14 cm, szerokość - 26 cm, długość - 120 cm

h/ półpiętro – wymiary: szerokość - 180 cm, długość - 120 cm

i/ schody na pierwsze piętro - 12 stopni o wymiarach: wysokość - 14 cm, szerokość - 26 cm, długość - 120 cm

j/ następne półpiętro – wymiary: szerokość - 180 cm, długość - 120 cm

k/ kolejne schody - 3 stopnie o wymiarach: wysokość - 14 cm, szerokość - 26 cm, długość - 120 cm

l/ długi korytarz o wymiarach: szerokość - 140 cm, długość 1000 cm

ł/ drzwi do miejsca ustawienia autoklawu – wymiary: szerokość - 80 cm, wysokość - 200 cm

Pytanie nr 2:

Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
ul. Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
+48 54 411 68 33
adres e-mail: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź nr 2:

Brak gniazda elektrycznego. Zamawiający informuje, że będzie potrzeba montażu nowego gniazda zasilającego, do którego będzie podłączony autoklaw. Koszt wykonania nowego zasilania po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Pytanie dot. załącznika nr 2 do sprawy Wzór umowy: § 3 ustęp 7 o brzmieniu:

7.Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych części lub wymiany przedmiotu na wolny od wad. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

7.Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych części, lub wymiany przedmiotu na wolny od wad., elementów, podzespołów.

Uzasadnienie: sterylizator parowy to urządzenie produkowane na zamówienie.

Wykonawca nie posiada urządzenia do wymiany na stanie, każdy model urządzenia jest w wersji dedykowanej pod konkretne potrzeby Zamawiającego.

Ponadto urządzenie to podlega rejestracji i ścisłej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.

Odpowiedź nr 3:

Pytającemu zapewne chodziło o § 4 ustęp 7.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 4 ustęp 7 przez wykreślenie zapisu „lub wymiany przedmiotu na wolny od wad.”

Pytanie nr 4:

Pytanie dot. załącznika nr 2 do sprawy Wzór umowy: § 8 o brzmieniu:

§8. Strony ustalają następujące kary umowne:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a.W wysokości 5 % wartości brutto umowy określonej § 6 ust 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia określonego w §4 ust. 2 w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

c.Kara za zwłokę w usuwaniu wad w okresie gwarancji liczona za każdy dzień zwłoki od dnia określonego w §4 pkt. 8 w wysokości 0,2 wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

d.Kara za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi licząc za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,2 wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

2.Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

4.Summa kar umownych nie może przekraczać 20% wartości brutto niniejszej umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów na:

§8. Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a. W wysokości 5 % wartości brutto umowy określonej § 6 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia określonego w §4 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

c. Kara za zwłokę w usuwaniu wad w okresie gwarancji liczona za każdy dzień zwłoki od dnia określonego w §4 pkt. 8 w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

d. Kara za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi licząc za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

4. Suma kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości brutto niniejszej umowy

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar znacznie przewyższa standardowe stawki stosowane w tego typu umowach.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w §8 punkt b, c, d oraz §8 ust. 4 umowy dotyczących kar umownych zgodnie zaproponowanymi przez dostawcę w brzmieniu:

§8. Strony ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

b. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia określonego w §4 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

c. Kara za zwłokę w usuwaniu wad w okresie gwarancji liczona za każdy dzień zwłoki od dnia określonego w §4 pkt. 8 w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

d. Kara za zwłokę w usuwaniu wad w okresie rękojmi licząc za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy wskazanej w § 6 ust. 1.

4. Suma kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości brutto niniejszej umowy

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym