



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim

ZP.272.136.2.2026

Janów Lubelski, dnia 7.10.2026 r.

Do:

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „ Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego” nr ZP.272.136.2026 zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 1.10.2026 r.

Szanowni Państwo, działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 06.10.2026 r. przekazuje otrzymane pytania wraz z odpowiedziami:

Pytania dot. cz. I Chłodziarka Laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną z chłodzeniem powietrzem obiegowym Effimed MPR-460 bez certyfikatu ATEX?

Odpowiedź: TAK

2. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury: od +2°C do +8°C?

Odpowiedź: NIE

3. Czy Zamawiający dopuści pojemność całkowitą 460L?

Odpowiedź: TAK

4. Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkową 425L?

Odpowiedź: TAK

5. Czy Zamawiający dopuści wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt. (naroża i środek) w laboratorium producenta lub wzorcowanie w 9 pkt. (naroża i środek) u klienta czujnikami ze świadectwem PCA?

Odpowiedź: NIE

Pytania dot. cz. II Zamrażarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną z chłodzeniem konwekcyjnym Effimed MFV-300?

Odpowiedź: TAK



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
ul. Wojska Polskiego 30 | 23-300 Janów Lubelski
+48 15 8725 400

adres e-mail: psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-62126-28499-JBCAC-25

<https://www.gov.pl/web/psse-janow-lubelski/ochrona-danych-osobowych>

2. Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury: -10 °C do -40 °C?

Odpowiedź: TAK

3. Czy Zamawiający dopuści pojemność całkowita 270L?

Odpowiedź: TAK

4. Czy Zamawiający dopuści pojemność użytkowa 265L?

Odpowiedź: TAK

5. Czy Zamawiający dopuści wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt. (naroża i środek) w laboratorium producenta lub wzorcowanie w 9 pkt. (naroża i środek) u klienta czujnikami ze świadectwem PCA?

Odpowiedź: NIE

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Powyższe wyjaśnienia i udzielone odpowiedzi są integralną częścią ogłoszenia i są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z wyrazami szacunku

Cezary Duma

Dyrektor Powiatowej Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim

/podpisano elektronicznie/