

INFORMACJE DODATKOWE DO PRZETARGU - PRZEMIESZCZENIE-WYSYŁKA					
<p>PLIKI ŚWIADCTW WZORCOWANIA NALEŻY DOSTARCZYĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ. W PRZYPADKU GDY PLIK NIE JEST ZATWIERDZONY PODPISEM ELEKTRONICZNYM DOSTARCZYĆ TAKŻE ORYGINAŁY. KAŻDE ŚWIADCTWO MUSI BYĆ OSOBNYM PLIKIEM ELEKTRONICZNYM. W NAZWIE PLIKU NALEŻY ZAWRZEĆ NR ŚWIADCTWA ORAZ NUMER PORZĄDKOWY WYPOSAŻENIA.</p> <p>WZORCOWANIE WYPOSAŻENIA PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ ZATWIERDZONĄ PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI (PCA), W LABORATORIUM AKREDYTOWANYM. SPÓJNOŚĆ POMIAROWA WYNIKÓW POWINNA BYĆ POTWIERDZONA W ŚWIADCTWIE WZORCOWANIA, ZGODNIE Z POROZUMIENIEM EA MLA, ZGODNIE Z JEDNOSTKAMI MIAR MIĘDZYNARODOWEGO UKŁADU JEDNOSTEK MIAR (SI).</p> <p>DLA WYPOSAŻENIA GDZIE PODANO "DOPUSZCZALNA ODCHYŁKA" OKREŚLIĆ SPEŁNIENIE / NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA.</p>					
Kierownik ds. Jakości					
LP	producent, typ	numer porządkowy	nr seryjny / fabryczny	zakres	dopuszczalna odchyłka
01	HOFFMANN, przymiar półsłotywny	T-I-1578/W	6288	500 mm	---
02	MITUTOYO, zestaw płytek wzorcowych (10 szt.), nr komp. ZD-0964	T-II-1575/W	307633	pudełko z 2,5 5,1 7,7 12 12,9 15 17,6 20,2 22,8 25 mm	---
03	VIS zestaw płytek wzorcowych 20; 40; 100, nr komp. ZD-0695	T-II-1576/W	20-90246 40-00018 100-01014	pudełko z płytkami 20 40 100mm	---
osoba do uzgodnienia - p. Marek Olszewski					
I -- Zespół Mieszanek Mineralno-Asfaltowych					
LP	producent, typ	numer porządkowy	nr seryjny / fabryczny	zakres	dopuszczalna odchyłka
SUWMIARKI					
04	TESA, suwmiarka elektroniczna	B-I-1999/W	6U 2340 01	0 - 200 mm 0,01 mm	PN-EN ISO 13385-1:2019
05	TESA, suwmiarka elektroniczna	B-I-2131/W	6U 2339 01		
PRZYMIARY					
06	Przymiar stalowy sztywne DIN 866-B	B-I-2005/W	112-7154	500 mm	---
osoba do uzgodnienia - p. Marcin Błażejczak					
II -- Zespół Betonu i Materiałów Wiążących					
LP	producent, typ	numer porządkowy	nr seryjny / fabryczny	zakres	dopuszczalna odchyłka
07	MITUTOYO, suwmiarka elektroniczna MAUa-E, IP 67 model 30-30PPX, z komp. ZD-0674	C-I-1776/W	13951	0,01 mm na długości 300mm	PN-EN ISO 13385-1
08	MITUTOYO, suwmiarka elektroniczna, IP 67 model 30-30PPX	C-I-1775/W	13955	0,01 mm na długości 300mm	
09	VOGEL, komplet szczelinomierz MWSb	C-II-1996/W	ZC-0132	0,03-1,0 mm	DIN 2275:2014-03 dla TC2
osoba do uzgodnienia - p. Jacek Nowak					
IV -- Zespół Gruntów i Geotechniki					
LP	producent, typ	numer porządkowy	nr seryjny / fabryczny	zakres	dopuszczalna odchyłka
CZUJNIKI					
10	Moore&Wright, czujnik cyfrowy	G-I-2365/W	174490	0-24,5 mm	0,01 mm
11	KAFER, czujnik zębany do VSS j. cz.	G-I-0776/W	L12-36	0-30mm	0,01 mm
SUWMIARKI I PRZYMIARY					
LP	producent, typ	numer porządkowy	nr seryjny / fabryczny	zakres	dopuszczalna odchyłka
12	LIMIT, suwmiarka elektroniczna	G-I-0767/W	55466	0-300mm	PN-EN ISO 13385-1
13	LIMIT, suwmiarka elektroniczna	G-I-0768/W	53888	0-200mm	
osoba do uzgodnienia - p. Malwina Staszak					
V -- Zespół Kruszyw					
LP	producent, typ	numer porządkowy	nr seryjny / fabryczny	zakres	dopuszczalna odchyłka
14	MITUTOYO, suwmiarka Elektroniczna z uchwytem do pomiaru głębokości, typ 500-182-20	K-I-1885/W	12659277	0 - 200 mm	PN-EN ISO 13385-1
osoba do uzgodnienia - p. Anna Łukomska					