



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.5.2025

Piotrków Tryb. dnia 06 marca 2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na zakup i dostawę autoklawu laboratoryjnego, wagi analitycznej oraz urządzenia chłodniczego- chłodziarki farmaceutycznej wraz z wniesieniem na wskazane miejsce do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy postępowania -wszyscy-

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), w związku z otrzymanymi zapytaniem, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pakiet C- urządzenie chłodnicze- chłodziarka farmaceutyczna

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach (SzxGxW) wewnętrznych 645x510x1640 (mm), zewnętrznych 775x700x1890 (mm), w opakowaniu 830x750x2000 (mm)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki o proponowanych wymiarach, ponieważ powyższe urządzenie jest zbyt płytke.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę bez funkcji podgrzewania drzwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki bez funkcji podgrzewania drzwi, ponieważ powyższa funkcja pozwala osiągnąć lepszy efekt antykondensacyjny w szklanych drzwiach.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o mocy 420 W, zużyciu energii 2,2 kWh/dobę i prądzie znamionowym 2,55 A?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o powyższej mocy, zużyciu energii i prądzie znamionowym.

Pakiet B- waga analityczna

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wagę o następujących parametrach:

Waga analityczna I klasa

Obciążenie maksymalne 120g/250g

Wymiary około 562 mm x 309 mm x 224 mm (D x W x S)
Działka odczytowa d=0,01 mg/ 0,1mg
Działka legalizacyjna e=1mg
Wymiary szalki Ø85 mm, ze stali nierdzewnej
Osłona przeciwwietrzna szalki
Kolorowy graficzny wyświetlacz dotykowy 10"
Automatyczna adiustacja wewnętrzna
2 bezdotykowe czujniki
Zasilanie 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max*
Porty komunikacyjne 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Pokrowiec ochronny
Legalizacja Minimalna naważka standardowa USP- 10mg
Konstrukcja szalki- stal nierdzewna
Zasilacz AC w zestawie
Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,005 mg
Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,012 mg
Jednostki pomiaru: miligram, gram, karat
Czas stabilizacji 3s
Zakres tary -250g
Warunki pracy +10 °C - +40 °C,
wilgotność względna 20%-80%
Instrukcje w języku polskim, pełna dokumentacja
Gwarancja co najmniej 24 miesiące
Czas dostawy do 30.04.2025 r.
Wniesienie na wskazane miejsce przez Zamawiającego
Pierwsze uruchomienie wagi wraz ze szkoleniem na miejscu
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wagę o proponowanych parametrach. Podane wymiary wagi są nieakceptowalne ze względu na zbyt małe stanowisko pracy, w którym waga ma się znajdować.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 12.03.2025 roku o godzinie 9:00.

Elżbieta Dobrzyńska
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/