



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.3.2025

Piotrków Tryb. dnia 28 stycznia 2025 r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno- Epidemiologiczna
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleja 3 Maja 8

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego I

Uczestnicy postępowania
-wszyscy-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 tysięcy złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem zakup i dostawa wzorców i materiałów odniesienia, materiałów referencyjnych dla mikrobiologii żywności oraz materiałów referencyjnych dla mikrobiologii wody do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, Zamawiający udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zgodnie z poniższym:

Pakiet A- wzorce i materiały odniesienia

Pytanie 1

poz. 14: Czy wyspecyfikowany wzorzec ma być dedykowany do metody AAS czy ICP?

Odpowiedź: Wyspecyfikowany materiał ma być dedykowany do metody ICP.

Pytanie 2

poz. 21: Czy Zamawiający mógłby podać przykładowy numer katalogowy wymaganego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Przykładowy nr katalogowy wymaganego przedmiotu zamówienia to: WC-CN-10X-1.

Pytanie 3

Pakiet A, poz. 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu 4.008 +/- 0.006? Jeżeli nie to prosimy o podanie numeru katalogowego spełniającego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w buforu.

Pytanie 4

Pakiet A, poz. 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie buforu 4.008 +/- 0.006? Jeżeli nie to prosimy o podanie numeru katalogowego spełniającego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w buforu.

Pytanie 5

Pakiet A, poz. 38: Wzorzec o podanym numerze katalogowym nie ma odniesienia do ISO 17034. W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tego produktu bez odniesienia do ISO 17034 lub innego producenta w opakowaniu 5 g z wymaganym odniesieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu bez odniesienia do ISO 17034 lub innego producenta w opakowaniu 5 g z wymaganym odniesieniem.

Pytanie 6

Pozycja 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca którego data ważności to 12 miesięcy od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca, którego data ważności to 12 miesięcy od daty dostarczenia?

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa w dniu 30.01.2025 o godzinie: 9:00.

Agnieszka Skoczylas
Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/