



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LEGNICY
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY

ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica,

Sekretariat 76 72 45 310, Fax 76 72 45 311, e-mail: psse.legnica@sanepid.gov.pl

e-Doręczenia: AE:PL-43343-95501-WSFTV-23

REGON: 390490660 NIP: 691-180-09-49

Legnica, dnia 18 kwietnia 2025 r.

ADM.272.2.3.2025.JI

Uczestnicy postępowania
(adresat)

Dotyczy: Wyjaśnienie do treści OPZ. Postępowanie pt. „Sukcesywne dostawy wzorców chemicznych dla PSSE w Legnicy w okresie 12 m-cy” znak sprawy ADM.272.2.3.2025.JI

W związku z pytaniem do treści opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4, do SWZ) wyjaśniamy jak niżej:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania:
Poz. 3. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny wzorzec, którego materiałem wyjściowym jest NH_4NO_3 ? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2:

Poz. 5. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny wzorzec z odniesieniem do BAM zamiennie do NIST? Pozostałe parametry zgodne.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3:

Poz. 2,3,5,11,13,15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z datą ważności 3 lata? Pozostałe parametry zgodne.

Uzasadnienie: Zamawiający co roku specyfikuje te wzorce, każdego roku kupuje dokładnie te produkty, więc wymaganie tak długiej daty ważności jako równoważności jest bezzasadne.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4:

Poz. 13. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny wzorzec, którego materiałem wyjściowym jest KCN , a matrycą woda z dodatkiem KOH ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5:

Poz. 14,16, 40, 41,54. Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny wzorce w 2% kwasie azotowym z datą ważności 3 lata?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6:

Poz. 51,52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców mętności z datą ważności min. 12 miesięcy?

Odpowiedź: TAK

DYREKTOR
Powiatowej Stacji
Sanitarnej - Epidemiologicznej
w Legnicy

.....
(Dyrektor)

Rozdzielnik:

1. Wykonawca zadający pytanie
2. Strona internetowa Zamawiającego

