

PAKIET NR 7
Stół do masażu i rehabilitacji (4 – częściowy)
(3 sztuki)

L.p.	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)	Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)*
1	2	3	4
1.	1 silnik	Tak	Tak, 1 silnik
2.	Elektryczna regulacja wysokości	Tak	Tak, Elektryczna regulacja wysokości
3.	4-częściowy stół terapeutyczny	Tak	Tak, 4-częściowy stół terapeutyczny
4.	Sterownik ręczny	Tak	Tak, Sterowanie z poziomu ramy wokół podstawy stołu – obecnie najwygodniejsze dla terapeuty rozwiązanie na rynku – zgodnie z dopuszczeniem
5.	Szerokość 70 cm +/- 2 cm	Tak	Tak, Szerokość 64 cm – zgodnie z dopuszczeniem
6.	Długość 195 cm +/- 2 cm	Tak	Tak, Długość 205 cm – zgodnie z dopuszczeniem
7.	Otwór na twarz	Tak	Tak, Otwór na twarz
8.	Regulacja wysokości 42-95 cm	Tak	Tak, Regulacja wysokości 52-103 cm – zgodnie z dopuszczeniem
9.	Zakres regulacji wezgłowia +55°/-30°	Tak	Tak, Zakres regulacji kąta pochylecia

			zagiętka: -70 – +40° – zgodnie z dopuszczeniem
10.	Waga 80-120 kg +/- 2 kg	Tak	Tak, Waga 115 kg
11.	Obciążenie min.170 kg	Tak	Tak, Obciążenie 200 kg
12.	Niepalne i łatwe do czyszczenia obicie	Tak	Tak, Niepalne i łatwe do czyszczenia obicie
13.	Zagiętek regulowany pneumatycznie	Tak	Tak, Zagiętek regulowany pneumatycznie
14.	Gwarancja minimum 36 miesięcy	Tak	Tak, Gwarancja 36 miesięcy
15.	Zasilanie 230V / 50 Hz-60 HZ/115V AC, 50-60 Hz	Tak	Tak, Zasilanie 230V / 50 Hz-60 HZ
16.	3-częściowe wezgiowie	Tak	Tak, 3-częściowe wezgiowie
17.	Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji i wystawy	Tak	Tak, Urządzenie fabrycznie nowe, nie będące przedmiotem ekspozycji i wystawy
18.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	Tak, Instrukcja obsługi w języku polskim
19.	Certyfikaty/atesty (załączyć)	Tak	Tak, Certyfikaty/atesty
20.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski	Tak	Tak, Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca.

Wypełniony załącznik nr 1G do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

UWAGA

Do oferty należy załączyć katalog lub szczegółowy opis sprzętu potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli. W katalogu lub opisie należy wyraźnie zaznaczyć parametry i wymagania wskazane przez Zamawiającego.

30.07.2026 r.

data sporządzenia załącznika
do Formularza ofertowego

.....

(podpis + pieczęć osoby upoważnionej
do złożenia oferty)