



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 23 maja 2025 r.

WZ.I.9612.8.2025
(znak sprawy)

**Pani
Beata Czempiel
Dyrektor
Szpitala Powiatowego
im. Prałata J. Głowatzkiego
w Strzelcach Opolskich
ul. Opolska 36A
47 – 100 Strzelce Opolskie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Szpital Powiatowy im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47 – 100 Strzelce Opolskie (zwany dalej Szpital w Strzelcach Op.).
2. **Podstawa prawna podjęcia kontroli:** art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 91); zwana dalej ustawą o PRM.
3. **Zakres kontroli:**
 - a) **Przedmiot kontroli:**

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 - b) **Okres objęty kontrolą:**

01 stycznia 2025 r. – 27 marca 2025 r.
4. **Rodzaj kontroli:** problemowa.
5. **Tryb kontroli:** zwykły.

6. **Termin kontroli:** 28 marca – 28 kwietnia 2025 r.

7. **Skład zespołu kontrolnego:**

- a) **Katarzyna Drązek** – Starszy Inspektor Wojewódzki, Oddział Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kierownik zespołu kontrolnego;
- b) **Justyna Jaskiernia** – Starszy Inspektor Wojewódzki, Oddział Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, kontroler.

[dowód: Akta kontroli str. 1 – 4]

8. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Beata Czempiel – Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Op. od dnia 01.01.2008 r.

9. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr: 282/2025.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie stwierdzonego w trakcie kontroli Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich stanu faktycznego, kontrolujący ocenili **pozytywnie z uchybieniami** skontrolowaną działalność.

Ustalenia kontroli:

1. Podmiot kontrolowany jest dysponentem zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, który jako współrealizator w ramach zawartego konsorcjum, udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy w rodzaju ratownictwo medyczne, zawartej z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu (kod umowy 08R/20130/16/1/RTM/2025).

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005166 (zweryfikowano wg stanu na dzień 25.03.2025 r. – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w aktach sprawy).

[dowód: MATERIAŁ KONTROLNY NR I]

Szpital w Strzelcach Op. posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego – nr księgi rejestrowej 000000009437 (zweryfikowano wg stanu na dzień 25.03.2025 r. - odpisu z RPWDL prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego nie pobrano).

W powyższej księdze rejestrowej komórka organizacyjna:

- Zespół Wyjazdowy „P” – podstawowy, wpisana jest pod pozycją 46. Zespół rozpoczął działalność 01.01.2004 r.
- Zespół Wyjazdowy „P” – podstawowy, wpisana jest pod pozycją 67. Zespół rozpoczął działalność 16.07.2018 r.
- Zespół Wyjazdowy „S” – specjalistyczny, wpisana jest pod pozycją 68. Zespół rozpoczął działalność 16.07.2018 r.

Na mocy Uchwały Nr 176/2007 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich, stanowisko Dyrektora Szpitala w Strzelcach Op., zgodnie z zawartą umową o pracę na podstawie powołania, zajmuje od dnia 01 stycznia 2008 roku Pani Beata Czempiel.

[dowód: Akta kontroli str. 5 – 12]

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. cz. V]

2. Zespoły ratownictwa medycznego Szpitala w Strzelcach Op. obsługują rejon operacyjny opolski, a ich obszar działania oraz miejsce stacjonowania zgodne są z obowiązującym Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woj. opolskiego.
3. Zespoły ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, z wykorzystaniem specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:
 - marki RENAULT MASTER o nr rej.: OST3SV3, rok produkcji: 2021 (stacjonujący w Zawadzkiem);
 - marki OPEL MOVANO o nr rej.: GST5746A, rok produkcji: 2019 (stacjonujący w Strzelcach Opolskich);
 - marki OPEL MOVANO o nr rej.: GST5745A, rok produkcji: 2019 (stacjonujący w Strzelcach Opolskich);

- marki RENAULT MASTER o nr rej.: GST37532, rok produkcji: 2015 (ambulans zastępczy/rezerwowy).

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, z wykorzystaniem specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego, należących do GREGOR INVEST SP. Z O. O., ul. Mickiewicza 9A, 83-200 Starogard Gdański, na podstawie zawartej w dniu 22 czerwca 2023 r. umowy.

Powyższe dotyczy wykonywania usługi w zakresie transportu medycznego 2 ambulansami: 1 ambulans typu „S” i 1 ambulans typu „P”, wraz z obsadą kierowcy – ratownika medycznego (ambulanse stacjonujące w Strzelcach Opolskich) oraz pozostawienia w dyspozycji Szpitala w Strzelcach Op. ambulansu rezerwowego typu „S”.

Ambulans stacjonujący w Zawadzkiem jest własnością Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich.

Przedłożone przez Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich dokumenty, identyfikujące poszczególne pojazdy są tożsame z danymi wprowadzonymi do systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

[dowód: MATERIAŁ KONTROLNY NR IIb]

[dowód: Akta kontroli str. 13 – 20, 47 - 65]

4. W dniu 03.04.2025 r. kontrolujący w obecności [REDAKCYJNA] – Pielęgniarki Oddziałowej SOR Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, dokonali oględzin trzech specjalistycznych środków transportu sanitarnego – środków drogowego transportu medycznego:

- marki RENAULT MASTER o nr rej.: OST3SV3,
- marki OPEL MOVANO o nr rej.: GST5746A,
- marki OPEL MOVANO o nr rej.: GST5745A,

ich wyposażenia, sposobu oznakowania oraz umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego obecnych w trakcie oględzin.

Stwierdzono, że w/w specjalistyczne środki transportu sanitarnego – środki drogowego transportu medycznego spełniają wymagania określone w Polskiej

Normie PN-EN 1789:2021-02, „Medyczne środki transportu i ich wyposażenie – Środki drogowego transportu medycznego” dla:

- środka drogowego transportu medycznego typu B (nr rej.: OST3SV3, GST5746A),
- środka drogowego transportu medycznego typu C (nr rej.: GST5745A),

są wyposażone w sprawne urządzenia optycznego i akustycznego układu ostrzegającego oraz posiadają ważne badania techniczne.

Oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego – **za wyjątkiem braku oznaczenia dysponenta, tj. logotypu zawierającego nazwę dysponenta**, zgodnie z pkt 5 działu I Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego Zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 118) – oraz umundurowanie poszczególnych członków zespołu ratownictwa medycznego spełnia wymogi zawarte w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Podczas prowadzonych oględzin, kontrolującym zostały przedłożone do wglądu paszporty techniczne/karty, techniczne/karty gwarancyjne sprzętu oraz aparatury medycznej, znajdujących się na wyposażeniu ambulansów.

W zakresie ważności badań technicznych poddano kontroli całość otrzymanej dokumentacji (otrzymano paszporty techniczne/karty techniczne/karty gwarancyjne ze wszystkich trzech ambulansów). Szczegółową weryfikacją objęto losowo wybrany sprzęt i aparaturę medyczną (28 szt. co stanowi 62,22% sprzętu posiadającego odrębny dokument), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Tab.1: Podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Zawadzkim.

L.p	Nazwa/Nr	Termin następnego przeglądu
1.	STRZYKAWKOWA POMPA INFUZYJNA MEDIMA S100 nr S/N 300026727, rok prod. 2021	09/2025
2.	KARDIOMONITOR / DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 STRYKER / KAPNOMETR nr seryjny 49547482, rok prod. 2017	07/2025
3.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2, TYP: WM 9870, nr 20222, rok prod. 2022	01/2026

4.	SSAK PRZENOŚNY OB-1000, TYP BSU220, nr S/N 2222110717, rok prod. 2021, paszport techn. nr 2021/00978/8	09/2025
5.	PULSOKSYMETR 8500 nr S/N 505348700, paszport techn. nr 2021/00978/9	09/2025
6.	PULSOKSYMETR TYP MYSING S nr S/N 102444, rok prod. 2019	06/2025
7.	NOSZE RS-6 nr S/N AS114176, prod. FERNO, paszport techn. nr 2021/00911	08/2025
8.	REDUKTOR TLENU MEDIREG prod. GCE, nr S/N 210570245, paszport techn. nr 2021/00978/5	08/2025
9.	PRZEPŁYWOMIERZ TLENU MEDIFLOW prod. GCE, nr S/N 210414989, paszport techn. nr 2021/00978/1	08/2025
10.	KRZESEŁKO FAST nr S/N FSC000017, paszport techn. nr 2019/02099	08/2025

Tab. 2: Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Strzelcach Opolskich.

L.p	Nazwa/Nr	Termin następnego przeglądu
1.	POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA AP14 ASCOR nr AP14/1953/08	03/2026
2.	NOSZE + KRZESEŁKO	03/2026
3.	KARDIOMONITOR / DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 STRYKER / KAPNOMETR nr seryjny 50822674	zainstalowany 26.03.2025
4.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2, nr 11966	06/2025
5.	KAPNOMETR EMMA nr 114791	04/2025
6.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY AMBU MATIC nr 22634307	11/2025
7.	REDUKTOR TLENU ECE MEDI LINE KAR RS-1, nr 101/610/2020/1/5	08/2025
8.	REDUKTOR TLENU ECE MEDI LINE KAR RS-2	08/2025
9.	SSAK PRZENOŚNY AKUMULATOROWY WEINMANN nr 29429	08/2025
10.	PULSOKSYMETR TYP MYSING S nr S/N 102447	06/2025

Tab. 3: Podstawowy zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Strzelcach Opolskich.

L.p	Nazwa/Nr	Termin następnego przeglądu
1.	KARDIOMONITOR / DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 STRYKER / KAPNOMETR nr seryjny 51269579,	zainstalowany 26.03.2025
2.	NOSZE + KRZESEŁKO	03/2026
3.	POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA AP12 ASCOR nr AP12/3114/06	03/2026
4.	RESPIRATOR TRANSPORTOWY OSIRIS nr E04598	12/2025
5.	REDUKTOR TLENU ECE MEDI LINE KAR RP-1	08/2025
6.	REDUKTOR TLENU ECE MEDI LINE KAR RP-2	08/2025
7.	SSAK PRZENOŚNY AKUMULATOROWY WEINMANN nr G01553	08/2025
8.	PULSOKSYMETR TYP MYSING S nr S/N 102446	06/2025

Kontrolujący potwierdzili, iż znajdujący się na wyposażeniu środków drogowego transportu medycznego sprzęt i aparatura medyczna posiadają ważne badania techniczne.

Protokół oględzin oraz upoważnienie Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich do reprezentowania dla [REDAKTOR] dołączono do akt kontroli.

[dowód: Akta kontroli str. 21 - 74]

5. Na podstawie przedłożonego „Wykazu zatrudnionego personelu wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wg stanu na dzień 27.03.2025 r.”, grafików czasu pracy oraz złożonych dokumentów kwalifikacyjnych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, w zespołach ratownictwa medycznego zatrudnionych było łącznie 49 osób, w tym 10 osób na stanowisku lekarza systemu.

[dowód: Akta kontroli str. 78 - 79]

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy wykazanym personelem (49 osób) zatrudnionym w zespołach ratownictwa medycznego, a listą aktywnych użytkowników (43 osoby, w tym 4 osoby bez przypisanej roli na dyżurze) w SWD PRM, zwrócono się

do Dyrektora Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich o złożenie stosownych wyjaśnień.

[dowód: MATERIAŁ KONTROLNY NR II/IIa]

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. zapytanie nr II]

Dyrektor Szpitala w Strzelcach Op. wyjaśniła, iż:

„(...) w wykazanym personelu znajdują się osoby, które w okresie objętym kontrolą nie udzielały świadczeń w zakresie ZRM, a co za tym idzie, nie widnieją na liście aktywnych użytkowników w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Powyższe spowodowane jest formą zatrudnienia personelu jaką jest umowa cywilno-prawna (kontrakt). Osoby zatrudnione na umowę kontraktową mogą przez dłuższy okres nie świadczyć usług pomimo trwania umowy. Wszystkie osoby wykazane jako zatrudnione, a nieaktywne w systemie SWD PRM są osobami zatrudnionymi na podstawie kontraktu, dlatego też zaistniała niezgodność pomiędzy wykazanym przez szpital personelem, a listą aktywnych użytkowników SWD PRM.

W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy listę personelu wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego według stanu na dzień 27 marca 2025 r. za okres objęty kontrolą, tj. od 01.01.2025 r. do 27.03.2025 r. Jednocześnie informujemy, iż 4 osoby bez przypisanej roli na dyżurze, które widnieją na liście aktywnych użytkowników w SWD PRM są pracownikami administracji szpitala i w związku z pełnionymi funkcjami (statystyk, planista, administrator) mają aktywny dostęp do systemu.”.

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. cz. III - odp. na zap. nr II]

Weryfikacja uprawnień osób wprowadzonych do SWD PRM (43), wobec łącznej (skorygowanej) liczby 39 osób personelu medycznego zatrudnionego w zespołach ratownictwa medycznego oraz 4 osób będących pracownikami administracyjnymi, potwierdziła zgodność analizowanych danych.

Przeprowadzona analiza otrzymanych grafików czasu pracy personelu zatrudnionego w zespołach ratownictwa medycznego, a także danych logowania w SWD PRM, uwidoczniła rozbieżności pomiędzy przedłożonymi harmonogramami pracy a rzeczywiście pełnionymi dyżurami.

[dowód: Akta kontroli str. 80 - 88]

[dowód: MATERIAŁ KONTROLNY NR III]

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. zapytanie nr III]

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. cz. II]

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Szpitala w Strzelcach Op. podała, że:

- „1. W związku z wykazaniem pracownika [REDAKTOWANE] w grafiku za miesiąc marzec 2025 r. jako pełniącej dyżury w dniach: 8, 14, 17, 22 i 23 marca 2025 r. informujemy, iż w przekazanym grafiku widnieje błąd pisarski. W w/w dniach dyżury pełnił lekarz [REDAKTOWANE], zgodnie z przekazanym grafikiem lekarzy systemu za miesiąc marzec 2025 r. W załączeniu przekazujemy poprawiony grafik.
2. W związku z rozbieżnością pomiędzy przekazanym grafikiem personelu, a grafikiem lekarzy za miesiąc luty 2025 r., informujemy iż w dniu 25.02.2025 r. dyżur dzienny w godzinach 08:00 – 19:00 pełnił ratownik medyczny [REDAKTOWANE], który został wykazany w grafiku rzeczywistym, natomiast przez przeoczenie nie został naniesiony na grafik podstawowy. W tym dniu nastąpiła zmiana grafikowa, dlatego też pierwotnie dyżur dzienny miał pełnić lekarz systemu, co zostało naniesione na grafik podstawowy, jednak po dokonaniu zmiany nie zostało wykreślone. Lekarz systemu, zgodnie z grafikiem lekarzy nie pełnił dyżuru w tym dniu. W załączeniu przesyłamy grafik rzeczywisty oraz poprawiony grafik podstawowy za miesiąc luty 2025 r.
3. W nawiązaniu do błędnego oznaczenia dyżuru w grafiku za miesiąc luty 2025 r. dot. pracownika [REDAKTOWANE] w dniu 27.02.2025 r. informujemy, iż w/w pracownik pełnił dyżur nocny w godz. 19:00 – 7:00 jako ratownik-kierowca. W załączeniu przesyłamy grafik za miesiąc luty 2025 r. dla personelu ZW Zawadzkie.
4. W nawiązaniu do braku właściwego oznaczenia na grafiku lekarzy za miesiąc styczeń 2025 r. dyżuru w dniu 7.01.2025 r., pełnionego przez [REDAKTOWANE], informujemy iż w/w lekarz pełnił dyżur w godz. 7:00 – 19:00, co przez przeoczenie nie zostało naniesione na przekazany grafik lekarzy za miesiąc styczeń 2025 r. W załączeniu przesyłamy poprawiony grafik.”.

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. cz. IV - odp. na zap. nr III]

Weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych osób zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich potwierdziła spełnianie przez w/w personel (personel wykazany na skorygowanej liście) wymogów określonych w treści art. 3 pkt 3 i 6 oraz art. 10 ustawy o PRM.

[dowód: Akta kontroli str. 89 – 232]

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. cz. II]

6. Przeprowadzona analiza danych w zakresie mediany czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia za okres objęty kontrolą tj. od dnia

01.01.2025 r. do dnia 27.03.2025 r., wykazała przekroczenie przywołanego wskaźnika powyżej wartości określonych w treści art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM.

Lp.	Nazwa zespołu ratownictwa medycznego	Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Kryterium gęstości zaludnienia	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia styczeń 2025 r.	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia luty 2025 r.	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia marzec 2025 r.*
1.	O01 25	47-100 Strzelce Opolskie ul. Żwirki i Wigury 2	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	00:09:08	00:09:15	mediana prawidłowa
2.	O01 25	47-100 Strzelce Opolskie ul. Żwirki i Wigury 2	Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	00:18:19	00:17:38	00:16:29
3.	O01 60	47-100 Strzelce Opolskie ul. Żwirki i Wigury 2	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	00:08:47	00:08:42	00:08:50
4.	O01 60	47-100 Strzelce Opolskie ul. Żwirki i Wigury 2	Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	00:17:41	00:19:29	00:16:03
5.	O01 62	47-120 Zawadzkie ul. Dębowa 11	Miasta powyżej 10 tys. mieszkańców	mediana prawidłowa	mediana prawidłowa	00:08:46
6.	O01 62	47-120 Zawadzkie ul. Dębowa 11	Poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców	00:16:56	00:16:45	mediana prawidłowa

* okres 01.03.2025 r. - 27.03.2025 r.

[dowód: MATERIAŁ KONTROLNY NR II/IIC – IIh]

[dowód: Akta kontroli str. 75 – 77/AKTA KONTROLI zapytanie nr I]

W złożonych wyjaśnieniach podano, że:

„W przypadku przekroczenia czasu dojazdu, przyczyny mogą być takie jak:

- 1) warunki atmosferyczne oraz drogowe przypadające na miesiące zimowe (śnieg, śliska nawierzchnia etc.)
- 2) zadysponowanie ZWRM z miejsca zdarzenia do innego zdarzenia, np. z miejscowości oddalonej o kilka kilometrów – bez powrotu do bazy czyli tzw. „przedysponowanie”
- 3) ZWRM stacjonujące w Strzelcach Opolskich dysponowane są do innych województw lub miast powiatowych (np. Kędzierzyn-Koźle, Opole). W takim przypadku czas dojazdu do miast pow. 10 tys. mieszkańców będzie wykraczał poza medianę.”.

[dowód: AKTA KONTROLI dok. el. cz. I - odp. na zap. nr I]

Zespół kontrolny przyjął złożone wyjaśnienia przytoczone w pkt. 6.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości.

Brak właściwego logotypu zawierającego nazwę dysponenta na 2 ambulansach/specjalistycznych środkach transportu sanitarnego wykorzystywanych do realizacji zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego jak i przekroczenia mediany czasu dotarcia poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, w kontekście niezamierzonego działania oraz braku bezpośredniego wpływu personelu Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich na zaistniały stan należy uznać za uchybienia.

IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń.

Kierownik jednostki kontrolowanej – stosownie do treści § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331) – w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego (od 08 maja 2025 r.) **nie zgłosił żadnych zastrzeżeń** do przywołanego dokumentu.

V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę wyniki niniejszej kontroli, zalecam jak niżej.

1. Weryfikację oraz bieżącą aktualizację – w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) – danych dotyczących zatrudnionego personelu oraz posiadanego taboru, aby wprowadzane dane były zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oznakowanie specjalistycznych środków transportu sanitarnego zgodnie wymogami działu I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego Zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 118).
3. Cykliczne monitorowanie czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, celem minimalizowania występowania przekroczeń mediany

czasu dotarcia – np. poprzez weryfikację czasu wyjazdu ZRM liczonego od odebrania zlecenia przekazanego przez dyspozytora medycznego.

- VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:** nie dotyczy.
- VII. Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331), proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.**
- VIII. Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1331), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

Z up. Wojewody Opolskiego

Mirosława Kwatek- Hoffmann

Dyrektor

Wydział Zdrowia

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej)