



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu**

Poznań, 04-05-2026 r.

STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. postępowanie nr OPO.D-2-6.2431.6.2026

Dostawy suszarki laboratoryjnej.

1. Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuści suszarkę o pojemności 200 L, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza suszarkę o pojemności min. 200l.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Jakub Raszewski
Naczelnik Wydziału Technologii i Jakości budowy
Dróg