

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA BIOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI DO BADAŃ

Przyjmowanie biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji do badań odbywa się według ustalonego harmonogramu (próbki do badań należy dostarczyć **do godz. 11:00**):

13.01.2025 (termin dodatkowy)

17.02.2025 (badanie kwartalne I)

10.03.2025 (termin dodatkowy)

07.04.2025 (termin dodatkowy)

26.05.2025 (badanie kwartalne II)

09.06.2025 (termin dodatkowy)

07.07.2025 (termin dodatkowy)

25.08.2025 (badanie kwartalne III)

22.09.2025 (termin dodatkowy)

13.10.2025 (termin dodatkowy)

17.11.2025 (badanie kwartalne IV)

08.12.2025 (termin dodatkowy)

Przyjmowanie wskaźników w terminach dodatkowych odbywa się po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Sekcji Epidemiologii PSSE Świnoujście (telefonicznie pod numerem telefonu tel. /91/ 321-24-94 wew. 33)

Cena badania Sporal A (*Geobacillus stearothermophilus*) : 129,50 zł

Cena badania Sporal S (*Bacillus subtilis*): 166,50 zł

W dniu przyjmowania wskaźników należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów:

1. Skierowanie na badanie.
2. Zlecenie na badanie.
3. **Dowód wpłaty za badania.**

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Świnoujściu informuje, iż wpłaty za badania (sporal, kału, wody i żywności przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe nr: 67 1010 1599 0519 2722 3100 0000

Przy здаwaniu próbek należy przedstawić do wglądu dowód wpłaty.

Zgodnie z art.106b ust.5 i ust 6 Ustawy o VAT, w dniu dokonania wpłaty za usługę (badanie) należy podać sprzedawcy swój numer identyfikacyjny NIP w celu wystawienia faktury -

rachunku (NIP można dopisać w polu opis podczas dokonywania płatności lub poprzez e-mail wysłany na adres psse.swinoujscie@sanepid.gov.pl).

W przypadku braku numeru NIP faktura – rachunek nie będzie mogła być wystawiona na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrola skuteczności sterylizacji prowadzona powinna być w następujących przypadkach:

- okresowa kontrola, którą każdy użytkownik sterylizatora powinien prowadzić we własnym zakresie, z indywidualnie ustaloną częstotliwością;
- podejrzenie o nieprawidłowe działanie sterylizatora;
- remont urządzenia;
- wprowadzenie nowego rodzaju załadunku;
- zmiana warunków procesu sterylizacji.

Sposób pobrania i transportu:

Wskaźniki biologiczne należy włożyć do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w różnych miejscach komory sterylizacyjnej zwłaszcza tam, gdzie dostęp czynnika sterylizującego może być utrudniony.

Pobrane próbki należy dostarczyć do badań w ciągu 24 godzin od przeprowadzenia procesu sterylizacji. Testy przed badaniem należy przechowywać w temperaturze $2\pm 8^{\circ}\text{C}$ (w przypadku *Bacillus subtilis* zabezpieczyć je przed zawilgoceniem)

UWAGA: Do badania należy dostarczyć dwa wskaźniki biologiczne poddane sterylizacji oraz jeden TEST KONTROLNY (wskaźnik, który nie został poddany sterylizacji)

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Sekcji Epidemiologii PSSE Świnoujście (telefonicznie pod numerem telefonu tel./fax.: /91/ 321-24-94 wew. 33).