



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.5.2025

Piotrków Tryb. dnia 10 marca 2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) III

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na zakup i dostawę autoklawu laboratoryjnego, wagi analitycznej oraz urządzenia chłodniczego- chłodziarki farmaceutycznej wraz z wniesieniem na wskazane miejsce do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy postępowania -wszyscy-

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), w związku z otrzymanymi zapytaniem, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pakiet A- autoklaw laboratoryjny

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści autoklaw z jedną wewnętrzną elastyczną sondą do pomiaru temperatury sterylizowanych płynów?

Wymóg dwóch czujników temperatury nie ma znaczenia funkcjonalnego, gdyż istotny jest czujnik umieszczony w naczyniu o największej pojemności cieczy i to on determinuje długość czasu sterylizacji. Ponadto wymóg dwóch czujników referencyjnych wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta, co pozostaje w niezgodzie z zasadą konkurencyjności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści autoklaw z jedną wewnętrzną elastyczną sondą do pomiaru temperatury sterylizowanych płynów.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymagając „drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej” ma na myśli pokrywę komory (część bezpośrednio zamykającą komorę i mającą kontakt z parą wodną)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymagając „drzwi wykonanych ze stali nierdzewnej” ma na myśli pokrywę komory (część bezpośrednio zamykającą komorę i mającą kontakt z parą wodną).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści drzwi blokowane automatycznie w jednym punkcie? Autoklaw posiada blokadę otwarcia pokrywy zgodną z wymaganiami normy IEC 61010-2-43.

Nie ma uzasadnienia funkcjonalnego, iż blokada w dwóch punktach jest skuteczniejsza.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści drzwi blokowane automatycznie w jednym punkcie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach komory (śr. x wys.): 41 x 46 mm?
Wymóg pojemności >50 l będzie spełniony.
Płytsza komora jest dla Zamawiającego korzystniejsza, ponieważ jest wygodniejsza w załadunku/rozładunku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach komory (śr. x wys.): 41 x 46 **cm**.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach zewn. (gł. szer. z wys.) 60 x 74 x 76,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści autoklaw o wymiarach zewn. (gł. szer. z wys.) 60 x 74 x 76,5 cm.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 125 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści autoklaw o wadze 125 kg.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o mocy 7,1 kW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści autoklaw o mocy 7,1 kW.

Pytanie 8

Autoklaw wymaga zasilania wodą dejonizowaną. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy posiada ciśnieniowe źródło wody dejonizowanej, czy wymaga dostarczenia wraz z autoklawem urządzenia do produkcji wody o odpowiednich parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z autoklawem urządzenia do produkcji wody o odpowiednich parametrach.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o określenie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu. Czy będzie konieczne wnoszenie urządzenia po schodach? Informacja umożliwi rzetelne skalkulowanie ceny dostawy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu nie ma windy a miejsce docelowe znajduje się na poziomie 1. Aby ustawić autoklaw we właściwym miejscu należy pokonać 10 schodów.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 12.03.2025 roku o godzinie 9:00.

Elżbieta Dobrzyńska
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim
/dokument podpisany elektronicznie/