

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W POZNANIU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- Dyrektor WSSE w Poznaniu 61 852-99-18
- e-mail WSSE w Poznaniu sekretariat@wssepoznan.pl
- Sekcja ds. Zamówień Publicznych 61 8544-89-00
- e-mail: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
NIP 778 11 71 963
REGON 000294065
BDO 000207899
www.wsse-poznan.pl

EA-ZP.272.10.2020

Poznań, 24.11.2020 r.

**Wszyscy zainteresowani udziałem
w postępowaniu na dostawę odczynników**

Pytanie 1 - dot. SIWZ, pkt IV oraz zapisy umowy par. 2. Pkt.2 – Wymagany termin wykonania zamówienia

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 21 dni do 42 dni.

Pomimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego w postępowaniu z uwagi na konieczność sprowadzenia odczynników od producenta z USA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do części nr 13.

Pytanie 2 - dot. SIWZ, pkt III – opis przedmiotu zamówienia

Czy zamawiający dopuści dostarczenie certyfikatów jakości w języku angielskim a kart charakterystyki w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – zapisów SIWZ

Czy w odniesieniu do wymogu rozdział III SIWZ i z uwagi na fakt, że świadectwo kontroli jakości wydawane jest dla konkretnej partii produktów (na etapie składania oferty nie jest możliwe do uzyskania dla danej partii produkowanej w przyszłości) Zamawiający dopuści przedstawienie przykładowego wzoru certyfikatu lub kart katalogowych oferowanych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 – dot. części 11

Prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów Zamawiającego w części 11 pozycja nr 2 w zakresie fazy sorbentu. Obecne sformułowanie jest niejednoznaczne a Wykonawca chciałby przedstawić Zamawiającemu ofertę najbardziej adekwatną do oczekiwań.

Odpowiedź:

Octadecyl (ODS, C18, RP18) zmodyfikowana faza krzemionkowa, z zamkniętymi końcami (not endcapped).

Pytanie nr 5 – dot. wzoru umowy

W celu umożliwienia przystąpienia Wykonawcy do przedmiotowego postępowania i realizacji zamówienia, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu par. 6 pkt 5 ppkt3) wzoru umowy w sposób następujący:

3) w przypadku gdy rachunek nie został zgłoszony do białej listy, zobowiązuje się do dnia transakcji dokonać aktualizacji rachunków ww. liście (dotyczy podmiotów krajowych).

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT na terenie Polski (firma zarejestrowana na terenie Niemiec), zaś stosowne oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego będzie złożone wraz z ofertą. Jednocześnie podkreślić należy, że wykazem podatników VAT są objęci wyłącznie podatnicy VAT zarejestrowani. Zgodnie z orzecznictwem w przypadku dokonywania płatności na rzecz kontrahentów, którzy nie są objęci tym wykazem nie wystąpią sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunek niewymieniony na białej liście.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 – dot. zał. 2.16

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu nr 20 i 22 – firma Biomedica Poland zgodnie z zawartą umową z producentem testów kompatybilnych z systemem GeneXpert nie może od stycznia 2020 brać udziału w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych testów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – dot. zał. 5 projekt umowy

- a. §4 punkt 5 – Czy zamawiający dopuści odczynniki z terminem ważności okresu przydatności określonego przez producenta nie krótszym niż 6 miesięcy;
- b. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §2 punkt 2 (Termin realizacji poszczególnych zamówień składanych przez Zamawiającego);
- c. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §7 punkt 1b (kary umowne od niedostarczonej części materiałów).

W obu przypadkach powołując się na sytuację epidemiologiczną wywołaną światową pandemią Producent nie gwarantuje dostaw zgodnych z zapotrzebowaniem na rynku Polskim. Wynika to z braku mocy produkcyjnych, surowców do produkcji jak również z limitowania organizacyjnego pracy ze względów bezpieczeństwa w miejscu wytwarzania materiałów zużywalnych do analizatora Elite InGenius, a w szczególności ma to odniesienie do pozycji: ELITE InGenius™ SP 200 1; EG-INT032SP200
ELITE InGenius™ SP 200 Consumable Set; EG-INT032CS
ELITE InGenius™ PCR Cassette; EG-INT035PCR
ELITE InGenius™ Waste Box; EG-F2102-000
Filter Tips 300; EG-TF-350-L-R-S

Odpowiedź:

- a. Zamawiający wyraża zgodę.
- b. Zamawiający nie wyraża zgody.
- c. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. zał. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa przesłana zostanie pocztą.

Pytanie nr 9 – dot. zał. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów. Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 - par. 3 ust. 5 tiret 4, par. 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy? Uzasadnienie: *Proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 – dot. zał. 5 - par. 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dot. zał. 5 - par. 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: *Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.*

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiotowego zapisu.

Pytanie nr 13 – dot. zał. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktury za pośrednictwem portalu efaktura.gov.pl

Pytanie nr 14 – dot. zał. 5 - par. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 – dot. zał. 5 - par. 7 ust. 1 lit. a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyło niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 – dot. zał. 5 - par. 7 ust. 1 lit. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17 – dot. zał. 5 - par. 8 ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin załatwienia żądania Zamawiającego zgłoszonego w protokole reklamacyjnym wynosił 7 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 – dot. zał. 5 - par. 10 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 – dot. część nr 8 (zał. 2.8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 117 i utworzenie dla niej oddzielnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu da możliwość uzyskania korzystnych cen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20 – dot. zał. 2.5 - §7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

1 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a 10% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- b 0,5 % ceny brutto niedostarczonych zgodnie z zamówieniem materiałów – za każdy dzień zwłoki licząc od wymaganego w myśl §2 ust.2 terminu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 – dot. zał. 2.5 - §7

Zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy w zapisów o następującej treści:

3. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.3.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19, pod warunkiem iż wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty i oświadczenia niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 22 – dot. zał. 2.5 - §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy, zapisów o następującej treści:

„3. Strony postanawiają, że zapisy §7 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zrzeczenia się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19, pod warunkiem iż wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty i oświadczenia niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 23 – dot. Zał. 2.5 - §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do umowy, zapisów o następującej treści:

„3. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 Umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 24 – dot. projektu umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia

w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o modyfikację umowy poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

SILA WYŻSZA

- 1 *Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2 *Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.*
- 3 *W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 4 *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
- 5 *Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.*
- 6 *Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

Odpowiedź:

Do umowy dodano par. 9 ust. 3.

Pytanie nr 25 - dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach: Czystość min. 99,9 %

Woda (KF) maks. 0,03%

Subst. nietłotne maks. 5 ppm

Wolne kwasy (j. CH₃COOH) maks. 20 ppm

Test gradientowy (pik) przy 210 nm maks. 5 mAU

Test gradientowy (pik) przy 254 nm maks. 0,8 mAU

Transmitancja UV przy 197 nm min. 82%

Transmitancja UV przy 200 nm min. 90%

Transmitancja UV przy 210 nm min. 94%
Transmitancja UV przy 220 nm min. 96%
Transmitancja UV przy 230 nm min. 98%
Fluorescencja (j. chinina) przy 254 nm maks. 1 ppb
Filtrowany przez filtr 0,2 µm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 26 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 8, 39

Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość produktu należy zaoferować.

Odpowiedź:

Pozycje zostały usunięte.

Pytanie nr 27 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 9.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość >99.5%
Woda <100ppm
Kwasowość <0,0005meq/g
Subst.nielotne <0.0005%
Transmitancja przy 210nm > 60%
Transmitancja przy 220nm > 80%
Transmitancja przy 230nm > 95%
Transmitancja przy 240nm > 98%
Transmitancja przy 250nm > 99%

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 28 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 11.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość min. 99,9%
Woda (KF) maks. 100 mg/kg
Subst. nielotne maks. 0,05%
Wolne kwasy (j. HCl) maks. 5 mg/kg
Transmitancja UV przy 240 nm min. 60%
Transmitancja UV przy 250 nm min. 92%
Transmitancja UV przy 255 nm min. 96%
Filtrowany przez filtr 0,2 µm

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 29 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 15.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość (HNO₃) 69.0 - 70.0 %
Barwa (APHA) ≤ 10
Pozostałość po spaleniu ≤ 2 ppm
(Cl) ≤ 0.04 ppm
(PO₄) ≤ 0.10 ppm
(SO₄) ≤ 0.4 ppm
(Al) ≤ 30.0 ppb
As i Sb (as As) ≤ 5.0 ppb
(Ba) ≤ 1.0 ppb
(Be) ≤ 1.0 ppb
(Bi) ≤ 1.0 ppb

- (B) ≤ 4.0 ppb
- (Cd) ≤ 1.0 ppb
- (Ca) ≤ 50.0 ppb
- (Cr) ≤ 10.0 ppb
- (Co) ≤ 1.0 ppb
- (Cu) ≤ 1.0 ppb
- (Ga) ≤ 20.0 ppb
- (Ge) ≤ 4.0 ppb
- (Au) ≤ 4.0 ppb
- Metale ciężkie (j. Pb) ≤ 100 ppb
- (Fe) ≤ 10.0 ppb
- (Pb) ≤ 0.5 ppb
- (Li) ≤ 1.0 ppb
- (Mg) ≤ 7.0 ppb
- (Mn) ≤ 1.0 ppb
- (Hg) ≤ 0.5 ppb
- (Mo) ≤ 5.0 ppb
- (Ni) ≤ 1.0 ppb
- (Nb) ≤ 1.0 ppb
- (K) ≤ 5.0 ppb
- (Si) ≤ 20.0 ppb
- (Ag) ≤ 1.0 ppb
- (Na) ≤ 200.0 ppb
- (Sr) ≤ 1.0 ppb
- (Ta) ≤ 2.0 ppb
- (Tl) ≤ 5.0 ppb
- (Sn) ≤ 5.0 ppb
- (V) ≤ 1.0 ppb
- (Zn) ≤ 5.0 ppb
- (Zr) ≤ 1.0 ppb

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 30 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 15.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o w opak.2,5L (34 x 2,5L)?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 31 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 17.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość:	29-31 %
Zanieczyszczenia śladowe (w ppm):	
Bromki	max. 10
Fosfor całkowity	max. 0,01
Siarka całkowita	max. 0,3
Wolny chlor	max. 0,5
Jon amoniowy (NH ₄)	max. 0,5
Zanieczyszczenia śladowe (w ppb):	
Glin (Al.)	max.1
Antymon(Pb)	max.0,5
Arsen (As)	max.0,5
Bar (Ba)	max.0,1
Beryl (Be)	max.0,1

Bizmut (Bi)	max.0,1
Bor (B)	max. 1
Kadm (Cd)	max.0,1
Wapń (Ca)	max.1
Cer (Ce)	max.0,1
Cez (Cs)	max.0,1
Chrom (Cr)	max.0,5
Kobalt (Co)	max.0,1
Miedź (Cu)	max.0,5
Dysproz (Dy)	max.0,1
Erb (Er)	max.0,1
Europ (Eu)	max.0,1
Gadolin (Gd)	max.0,1
Gal (Ga)	max.0,1
German (Ge)	max.1
Złoto (Au)	max.0,5
Hafn (Hf)	max.0,1
Holm (Ho)	max.0,1
Ind (In)	max.0,1
Żelazo (Fe)	max.1
Lantan (La)	max.0,1
Ołów (Pb)	max.0,1
Lit (Li)	max.0,1
Lutet(Lu)	max.0,1
Magnez (Mg)	max.0,5
Mangan (Mn)	max.0,1
Rtęć (Hg)	max.0,1
Molibden (Mo)	max.0,1
Neodym (Nd)	max.0,1
Nikiel (Ni)	max.0,5
Niob (Nb)	max.0,1
Potas (K)	max.1
Prazeodym (Pr)	max.0,1
Ren (Re)	max.0,1
Rod (Rh)	max.0,1
Rubid (Rb)	max.0,1
Ruten (Ru)	max.0,1
Samar (Sm)	max.0,1
Skand (Sc)	max.0,1
Selen (Se)	max.0,1
Srebro (Ag)	max.0,1
Sód (Na)	max.1
Stront (Sr)	max.0,1
Tellur (Te)	max.0,1
Terb (Tb)	max.0,1
Tal (Tl)	max.0,1
Tor (Th)	max.0,1
Tul (Tm)	max.0,1
Cyna (Sn)	max.0,5
Tytan (Ti)	max.0,5
Wolfram (W)	max.0,5
Uran (U)	max.0,5
Vanad (V)	max.0,5
Yterb (Yb)	max.0,1

M

Itr (Y) max.0,1
Cynk (Zn) max.1
Cyrkon (Zr) max.0,1

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 32 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 21.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość min. 99,90%
Woda (KF) maks. 500 mg/kg
Subst. nieletne maks. 5 mg/kg
Wolne kwasy (j. HCOOH) maks. 10 mg/kg
Wolne zasady (j. NH₃) maks. 1 mg/kg
GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan): maks. 3 ng/L
GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation) maks. 3 ng/L

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 33 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 21.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość min. 98%
Woda (KF) maks. 150 mg/kg
Subst. nieletne maks. 5 mg/kg
GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan): maks. 3 ng/L
GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation): maks. 3 ng/L

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 34 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 25.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość min. 98,0%
Woda (KF) maks. 300 mg/kg
Subst. nieletne maks. 2 mg/kg
Wolne kwasy (j. CH₃COOH) maks. 30 mg/kg
GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan):maks. 3 ng/L
GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation): maks. 3 ng/L

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 35 - Dot. zał. 2.4 do SIWZ, poz. 25.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o następujących parametrach:

Zawartość min. 99,8%
Subst. nieletne maks. 5 mg/kg
Woda (KF) maks. 100 mg/kg
Wolne kwasy (j. HCl) maks. 10 mg/kg
GC-ECD: Pojedynczy pik (Lindan)(czas retencji od 1,2,4-trichlorobenzenu do dekachlorobifenyłu): maks. 3 ng/L
GC-NPD: Pojedynczy pik (Etyloparation): maks. 3 ng/L

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 36 - Dot. Części 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 14 w pozycji 2 wzorca TOC w opakowaniu 100 ml zamiast opakowania 125 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca TOC w opakowaniu o poj. 100 ml, pod warunkiem dostarczenia materiału odniesienia z udokumentowanym potwierdzeniem spójności pomiarowej, tj. certyfikatem spełniającym wymagania normy ISO 17034. (LB-WG).

Pytanie nr 37 - dot. Części 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 14 w pozycji 4 wzorca cyjanków w wodzie z dodatkiem KOH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie wzorca cyjanków z dodatkiem wodorotlenku potasu, ze względu na wymagania metody badawczej. (LB-WG).

Pytanie nr 38 - Dot. Części 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 14 w pozycji 6 wzorca zapachu-metyloizoborneolu o czystości 97,7%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, metoda badawcza stosowana w Laboratorium wymaga stosowania odczynników najwyższej czystości (LB-WG).

Pytanie nr 39 - Dot. Części 14.

Czy Zamawiający może podać producenta oraz przykładowy numer katalogowych wzorców z pozycji 3 oraz 11 w pakiecie 14?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podawać informacji odnośnie producenta oraz numerów katalogowych (LB-WG).

Pytanie nr 40 - Dot. Części 23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 23 w pozycji 1 wzorca mętności 1 NTU w dwóch opakowaniach 500 ml zamiennie do 1 opakowania 1l?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca mętności w dwóch opakowaniach o poj. 500 ml, pod warunkiem dostarczenia materiałów odniesienia z udokumentowanym potwierdzeniem spójności pomiarowej, tj. certyfikatem spełniającym wymagania normy ISO 17034. (LB-WG).

Pytanie nr 41 - Dot. Części 23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 23 w pozycji 4,5 oraz 9 wzorców do AAS w opakowaniu 500 ml zamiast 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie objętości wymienionych powyżej wzorców. Laboratorium nie wykorzystuje tak dużej ilości poszczególnych wzorców, co jest związane z ich okresem przydatności oraz względami ekonomicznymi i ekologicznymi. (LB-WG).

Pytanie nr 42 - Dot. Części 23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 23 w pozycji 7 wzorca mętności 4000 NTU w dwóch opakowaniach 500 ml zamiennie do 1 opakowania 1l?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę wzorca mętności w dwóch opakowaniach o poj. 500 ml, pod warunkiem dostarczenia materiałów odniesienia z udokumentowanym potwierdzeniem spójności pomiarowej, tj. certyfikatem spełniającym wymagania normy ISO 17034. (LB-WG).

Pytanie nr 43 - Dot. Części 23.

Czy Zamawiający może podać przykładowego numeru katalogowego wzorców z pozycji 3 w pakiecie 23?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podawać informacji odnośnie producenta oraz numerów katalogowych (LB-WG).

Pytanie nr 44 - Dot. Części 13.

Czy Zamawiający może podać przykładowy numer katalogowy oraz producenta roztworu wzorcowego z pozycji 5 w pakiecie 13?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może podawać informacji odnośnie producenta oraz numerów katalogowych (LB-WG).

Pytanie nr 45 - Dot. Części 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w pakiecie 13 w pozycji 10,15,16,17 w opakowaniach po 100 ml zamiennie do opakowań 125 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę ww. wzorców w opakowaniach o poj. 100 ml, pod warunkiem dostarczenia materiałów odniesienia z udokumentowanym potwierdzeniem spójności pomiarowej, tj. certyfikatami spełniającymi wymagania normy ISO 17034. (LB-WG).

Pytanie nr 46 - Dot. Części 13. Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis dotyczący pozycji 3 oraz 4 w pakiecie 13 gdzie w kolumnie „ilość” przy danych pozycjach widnieje liczba 0? Co oznacza niniejszy zapis?

Odpowiedź:

Zał. 2.13 został zmieniony, pozycje „0” zostały usunięte.

Pytanie nr 47 - Zadanie 2.16 pozycja 27

Czy w przypadku, gdy kontrole dla poszczególnych klas (Ig M, IgG) posiadają odrębne nr katalogowe zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w pozycji nr 27 dwóch nr katalogowych- odrębnego dla zestawu kontroli w klasie IgM i odrębnego dla zestawu kontroli w klasie IgG lub dodania w arkuszu dodatkowej pozycji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 – dot. części 2.14

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

39	Wodorotlenek sodu roztwór 50%, zawartość 49-51%, op. 1l; stężenie Na ₂ CO ₃ , certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,2 mg/l; stężenie N, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0003 mg/l; stężenie Cl, PO ₄ , SO ₄ , Pb, Al, Fe certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,0005 mg/l (dla każdego z osobna); stężenie K, certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,01 mg/l; stężenie SiO ₂ , certyfikowane dla każdej serii i dla danej serii nie większe niż 0,005 mg/l; certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii	1587931000	Prośba o akceptację produktu o numerze katalogowym jak obok - wartości te same, ale wyrażone w %
42	Cadium standard 1000mg Cd amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34		Wzorzec w ampulce (1099600001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy Zamawiający zaakceptuje gotowy roztwór 100 ml/ 500 ml? - 119777
43	Lead standard 1000mg Pb amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34		Wzorzec w ampulce (1099690001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy Zamawiający zaakceptuje gotowy roztwór 100 ml/ 500ml? - 119776
55	Tin Standard for AAS TraceCERT®, 1000 mg/L Sn in hydrochloric acid op. 250 ml Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34	74244-250ML	Czy Zamawiający zaakceptuje produkt spełniający wymogi ISO Giude 34, bez zgodności z ISO 17034.
61	Wzorzec wielopierwiastowy 1000mg/l (Al, Cd, Cr, Co Cu, Fe, Mn, Na, K, Ni, Pb, Zn, B, Ag, Sr,) poj. 100ml Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34	1113550100	Wzorce wielopierwiastkowe nie są zgodne z ISO 17034. Czy Zamawiający zaakceptuje produkt 1113550100 bez tej zgodności?
66	Arsenic standard 1000 mg/l As amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34		Wzorzec w ampulce (1099390001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy Zamawiający zaakceptuje gotowy roztwór 100 ml/ 500ml? - 119773
71	Potassium standard 1000 mg/l K amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide34		Wzorzec w ampulce (1099240001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy Zamawiający zaakceptuje gotowy

			roztwór 100 ml/ 500ml? - 170230
72	Nickel standard 1000 mg/l Ni amp. Certyfikat analityczny aktualnie produkowanej serii spełniający wymagania normy PN-EN ISO 17034 oraz ISO Guide 34		Wzorzec w ampulce (1099890001) nie ma zgodności z ISO 17034/ ISO Guide 34. Czy Zamawiający zaakceptuje gotowy roztwór 100 ml/ 500 ml? - 119792 (ISO Guide 34)
76	Lead AA Standard 1000 ug/ml Pb 125 ml matrix: water with dilute nitric acid, certyfikat do serii		W ofercie mamy 100 i 250 ml: prosba o akceptację 16595-250ML lub 1197760100
77	Cadium AA Standard 1000 ug/ml Cd 125 ml. Matrix: water with dilute nitric acid, certyfikat do serii		W ofercie mamy 100 i 250 ml: prosba o akceptację 51994-250ML lub 1197770100.
80	Wzorzec Cu 1000mg(CuCl ₂ w H ₂ O) amp.	1099870001	Prośba o akceptację specyfikacji produktu jak obok.

W przypadku odpowiedzi negatywnych, prosimy o wydzielenie produktów do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

poz.	39		została		usunięta;
poz.	42	Zamawiający	wyraża	zgodę,	100 ml;
poz.	43	Zamawiający	wyraża	zgodę,	100 ml;
poz.	55	Zamawiający	akceptuje	proponowany	produkt;
poz.	61 Zmieniamy na ICP Multi-Element Standard Solution IV (23 elements, 1000 mg/l) Carl Roth				
poz.	66	Zamawiający	wyraża	zgodę,	100 ml;
poz.	71	Zamawiający	wyraża	zgodę,	100 ml;
poz.	72	Zamawiający	wyraża	zgodę,	100 ml;
poz.	76	Zamawiający	wyraża	zgodę,	250 ml;
poz.	77	Zamawiający	wyraża	zgodę,	250 ml;

poz. 80 została usunięta.

Pytanie	nr	49	-	dot.	Części	2.9
Czy	poz.	8	i	39	są	„0”?

Odpowiedź:

Przedmiotowe pozycje zostały usunięte.

Pytanie nr 50 – dot. części 2.5

Poz. 2, 19– Materiały RomerLabs nie posiadają akredytacji ISO17034. Wytwarzane są przez producenta, który jest akredytowany w zakresie ISO17025, wzorce są wytworzone zgodnie ISO9001. Od 2018 roku zostały wycofane przez producenta opakowania 1x2ml. W ofercie producenta dostępne są dostępne opakowania 1x1ml i 1x5 ml. Materiały oferowane przez producenta, zgodnie z ich polityką, są dostępne z datą ważności minimum 6 miesięcy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, jaką wielkość opakowania przyjąć dla poz.2 formularza cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału bez akredytacji ISO17034 i z datą ważności gwarantowaną przez producenta

minimum 6 miesięcy(zwykle produkty posiadają dłuższą datę). W załączeniu przykładowa kopia certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.6, 42, 43 – Materiały Larodan nie posiadają akredytacji 17034, ISO Guide34,(LA 90-1107, LA20-2005-09, LA20-2206-9)), producent oferuje certyfikaty bez wymaganego chromatogramu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu zgodnie z załączoną, przykładową kopią certyfikatu? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 6, 42,43 z Formularza ofertowego Część 2.5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.7,10, 11, 13, 14 - Materiały RomerLabs nie posiadają akredytacji ISO17034. Wytwarzane są przez producenta, który jest akredytowany w zakresie ISO17025, wzorce są wytworzone zgodnie ISO9001. Materiały oferowane przez producenta, zgodnie z ich polityką, są dostępne w sprzedaży z datą ważności minimum 6 miesięcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału bez akredytacji ISO17034 i z datą ważności gwarantowaną przez producenta minimum 6 miesięcy(zwykle produkty posiadają dłuższą datę). W załączeniu przykładowa kopia certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 8, 15,18, 25-35, 59, 61, 62,63,64, 66, 82, 84-87,91, 92, 117, 126-131, 136, 161,162- Materiały FAPAS i MUVA są niecertyfikowanymi materiałami odniesienia a wartości odniesienia zostały uzyskane na podstawie badań międzylaboratoryjnych, nie są również przygotowywane zgodnie z akredytacją ISO 17034 lub ISO Guide34 oraz nie posiadają odniesienia do NIST oraz nie posiadają wymaganej daty ważności 12 miesięcy. Daty ważności uzależnione są od matrycy i analitów w nich zawartych i dostępne są z określonymi datami ważności, zależnymi od matryc, dostępnymi do wyczerpania stanów magazynowych. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów bez wymaganej akredytacji ISO 17034 / ISO Guide34 i z datą ważności do ustalenia w momencie realizacji zamówienia i na podstawie dostępności produktów? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z Części nr 2.5? W załączeniu kopie przykładowych certyfikatów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Poz. 18,91 i 92 zostają usunięte.

Poz.12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału po badaniu biegiłości? Niestety wzorzec LGC nie jest dostępny. Powrót do dystrybucji planowany jest na koniec 2021 roku/początek 2022.

Poz.17 – materiał LGC dostępny jest w opakowaniu 1x48g, w opisie przedmiotu widnieje 1x50g.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału w opakowaniu 1x48g?

- Od września 2018 r. LGC Labor GmbH jest producentem materiałów odniesienia akredytowanym zgodnie z ISO 17034. Wcześniej był akredytowany zgodnie z ISO Guide 34. Nieprzerwaną akredytację można potwierdzić naszym numerem akredytacji D-RM-19883-00. W listopadzie 2019 r. zakończył się oficjalny okres przejściowy z ISO Guide 34 na ISO 17034. Ten okres był istotny tylko dla producentów materiałów odniesienia. Mieli oni czas do listopada 2019 r. na odnowienie akredytacji. Nie dotyczy to już wyprodukowanych materiałów. Każdy produkt wydany na podstawie ISO Guide 34 jest nadal ważny do daty jego ważności. Ponieważ ISO Guide 34 jest bezpośrednim poprzednikiem ISO 17034, produkty można traktować tak samo, jak produkty akredytowane zgodnie z ISO 17034. Według naszej najlepszej wiedzy nie ma oficjalnego dokumentu ILAC ani innych organizacji, który uniemożliwia korzystanie z produktów akredytowanych przez ISO Guide 34.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

M

Poz.20,21, 37-41, 46,47, 48, 51-53, 65,77, 78, 80, 88, 93, 95, 97, 100,102, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 116, 121,122, 144,148,151, 153,156, 160, 164,165 Materiały wyprodukowane są zgodnie z ISO Guide 34, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla w/w. pozycji wzorców posiadających certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO GUIDE34? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tych materiałów zgodnie z załączoną kopią przykładowego certyfikatu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

poz. 44, 50, 76,80, 83, 99, 101, 104, 108, 133, 146, Materiały przygotowane są zgodnie z ISO17025, czy Zamawiający akceptuje dostawę materiałów zgodnie z ISO17025, jeśli, zwracamy się z prośbą o wyłączenie wymienionych pozycji z części nr 2.5. Na ten moment producent dysponuje na stanie magazynowym materiałami, jak powyżej. W sprzedaży dostępna tylko jedna seria konkretnego produktu do wyczerpania, a wtedy pojawia się kolejna, już z nowym certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.151 i 153- W nawiązaniu do Rozporządzenia z dnia 21.08.2019 (kopia w załączeniu) substancja Iprodion i Penconazol, które Państwo planują w przyszłości nabyć , na podstawie ustawy o **przeciwdziałaniu narkomanii klasyfikuje się, jako substancja należąca do grupy nowych substancji psychoaktywnych.**

Struktura tych związków wskazuje na to, że produkty te należą do grupy I-NPS (załączam również certyfikaty z zawartą strukturą poszczególnych związków do wglądu).

W związku z powyższym aby zrealizować zamówienie na tą substancję potrzebujemy od Państwa następujących dokumentów:

- Kopia zezwolenia Inspektora do spraw Substancji Chemicznych zgodnie z art. 40a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.);
- Deklaracja zastosowania nowej substancji psychoaktywnej zgodnie z art. 40b ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

lub

- Oświadczenie, na papierze firmowym, podpisane przez osoby reprezentujące firmę, iż zgodnie z art. 23, 24 oraz 24a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm.), podmiot zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia w zakresie określonym w przepisach oraz zgodnie z art.24¹ dokonał zgłoszenia badań do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego albo Państwowego Inspektoratu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zależności od siedziby jednostki naukowej).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dla poz.151 i 153, Część 2.5- do 14 tygodni dla produktów pierwotnie realizowanych, jak i reklamowanych(tyle trwa realny termin uzyskania pozwoleń, zakupu i dostawy materiału) bądź wyłączenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Czy Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenie stosownych dokumentów w momencie przesłania zamówienia, jeśli oferta nasza zostanie wybrana, jako najwyższej punktowana? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie pozycji 151 i 153 z Części 2.5

Odpowiedź:

Zamawiający dostarczy stosowny dokumenty.

Poz.22 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału o numerze DRE-CA10262500, 1x1ml (przykładowa kopia certyfikatu w załączeniu. Produkt nie posiada odniesienia do NIST. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o podanie materiału, który jest zgodny z Państwa zapotrzebowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.23 – materiał LGC jest w dalszym ciągu nie dostępny. Na obecną chwilę producent nie oferuje zamiennika. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie pozycji z Zad.2.5? Jeśli nie zwracamy się z prośbą o podaniem materiału, który jest zgodny z Państwa zapotrzebowaniem.

Odpowiedź:

Pozycja została usunięta.

Poz.24 – W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu dla powracającego do dystrybucji materiału Processed meat – Proximates w op.1x50g. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wyrazi zgodę na dostawę materiału LGC7155, op.1x50g., zgodnie z parametrami zawartymi w przykładowej kopii certyfikatu? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie poz.24 z Części 2.5?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.36-38 Materiały DRE oferowane są dostępne aktualnie w opakowaniu 1x1ml(materiały CHE, nieakredytowane były dostępne w opakowaniach 1x2ml) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców w opakowaniach 1x1ml, jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowania ilości do zawarcia w formularzu. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z Zadania 2.5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniono ilości w formularzu cenowym.

Poz.39 – Proponowany materiał DRE dostępny jest w opakowaniu 1x1g.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w opakowaniach 1x1g, jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowania ilości do zawarcia w formularzu. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z Zadania 2.5,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniono ilości w formularzu cenowym.

Poz. 40 - Proponowany materiał DRE dostępny jest w opakowaniu 1x5ml.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w opakowaniach 1x5ml, jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowania ilości do zawarcia w formularzu. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z Zadania 2.5,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniono ilości w formularzu cenowym.

Poz.49-53, 113, 165 - Proponowane materiały DRE oferowane są dostępne aktualnie w opakowaniu 1x1ml(tylko materiały CHE były dostępne w opakowaniach 1x2ml) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców w opakowaniach 1x1ml, jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowania ilości do zawarcia w formularzu. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z Zadania 2.5,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniono ilości w formularzu cenowym.

Poz.56, 58 – Materiały nie są dostępne do 2018 roku w ofercie producenta. Producent nie oferuje również zamienników. Zwracamy się z prośbą o wykluczenie z Części 2.5 poz.56,58.

Odpowiedź:

poz. 56 i 58 zostały usunięte.

Poz.57 - Materiał IC-CS-CR-2 nie jest już dostępny u producenta w sprzedaży od 2018 roku. W załączeniu aktualna lista materiałów dostępnych u producenta z określoną datą ważności. Materiały nie posiadają wymaganej akredytacji. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zamiennika, jeśli nie, zwracamy się z prośbą o wykluczenie pozycji z Części 2.5. Materiały IChTJ nie posiadają akredytacji. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu.

Odpowiedź:

Poz. 57 została usunięta.

Poz.60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału S688930-1G? Proponowany barwnik nie posiada wymaganej akredytacji. Kopia przykładowego certyfikatu w załączeniu. Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie materiału zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego, jeśli nie, czy Zamawiający wykluczy pozycję z Części 2.5?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 65 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału o numerze DRE-C15875000 opakowaniu 1x1mg , jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu, jeśli nie zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiału zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, op. 1x100 mg.

Poz.68-74 – Materiały firmy Restek nie posiadają akredytacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorców, bez wymaganej akredytacji z określonymi datami ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.75 – Aktualnie dostępna w ofercie producenta jest seria „F”. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu. Czy Zamawiający akceptuje dostawę materiału o parametrach zawartych w przykładowym certyfikacie z określoną datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.76 - Proponowany przez nas materiał DRE-L12453000ME jest produktem katalogowym dostępnym w opakowaniu 1x10ml. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wielkość opakowania materiału 1x 10ml w formularzu zawarte jest 1x1ml)? Przykładowa kopia certyfikatu w załączeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.77 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiału o numerze katalogowym DRE-C1745000(1x250mg)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 81, 135, 57 Materiały IChTJ nie posiadają wymaganej akredytacji, czy Zamawiający akceptuje dostawę wzorców bez akredytacji? W załączeniu kopia przykładowych certyfikatów i lista dostępnych materiałów.

Odpowiedź:

poz. 57, 81 i 135 zostały usunięte.

Poz. 5, 88, 90, 118-125,147-160, 163,164- Czy Zamawiający akceptuje proponowane materiały (w opisie Zamawiający wymaga „czystość potwierdzona trzema metodami”), zgodnie z kopiami załączonych przykładowych certyfikatów? Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie materiałów zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz.93 – Czy Zamawiający akceptuje jeden z dwóch proponowanych barwników? DRE-C16986102-100mg(wytworzony zgodnie z z ISO Guide34) lub S688890-1g(materiał TRC nie posiada akredytacji), jeśli Zamawiający akceptuje proponowane materiały, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości) Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego (w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje DRE-C16986102-100mg(wytworzony zgodnie z z ISO Guide34), op. 1x100 mg.

Poz.94 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorec o numerze DRE-C16986104-100mg, jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. op. 1x100 mg.

Poz.95 - Czy Zamawiający akceptuje jeden z dwóch proponowanych barwników? DRE-C16986115-100mg(wytworzony zgodnie z ISO GUIDE34) lub S688925-1g(materiał TRC nie posiada akredytacji), jeśli Zamawiający akceptuje proponowane materiały, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości) Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje DRE-C16986115-100mg(wytworzony zgodnie z ISO GUIDE34), op. 1x100 mg.

Poz.97 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorec o numerze DRE-C16986101-100mg(wytworzony zgodnie z ISO Guide34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.98 - Czy Zamawiający akceptuje proponowanych wzorzec o numerze DRE-C16986120-100mg, jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.99 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorec o numerze DRE-C169865200-250mg(wytworzony zgodnie z ISO17025),, jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.100 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C15895900-250mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.101 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C10665000-250mg(wytworzony zgodnie z ISO17025),, jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.102- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C10125000-100mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.103- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C16284000-100mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.104- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C14289000-100mg(wytworzony zgodnie z ISO17025), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.105- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C107138000-250mg, jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.106 - Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C10028450-100mg(wytworzony zgodnie z ISO Guide34) lub 199583-25g, jeśli Zamawiający akceptuje proponowane materiały, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości oraz który materiał jest akceptowalny. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.107- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C16709700-250mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.108- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C17048000-50mg(wytworzony zgodnie z ISO17025), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.109- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C10411500-100mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.110- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C101485000-250mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x250mg.

Poz.111- Czy Zamawiający akceptuje proponowany wzorzec o numerze DRE-C10424500-100mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34), jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wzorca zgodnego z zapotrzebowaniem Zamawiającego(w specyfikacji zawarte jest 1g).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.115, 116 – Czy Zamawiający akceptuje oferowane od producenta Chemservice bez wymaganej akredytacji? W załączeniu przykładowe certyfikaty. Jeśli nie, proponujemy zamienniki Ehrenstorfera (poz.116 -DRE-C12197900, dostępny w opakowaniu 1x250mg i poz.115-DRE-CA16057800(dostępny w opakowaniu 1x100mg). Jeśli materiały DRE są zgodne z Państwa zapotrzebowaniem zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu, wymagają Państwo 1x1g i 1x250mg.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg; 1x250mg.

Poz.121 – Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie numeru CAS. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu dla Isomer B. Materiał dostępny jest w opakowaniu 1x10mg. Jeśli Zamawiający akceptuje proponowany materiał ISOMER B, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu cenowym, w opisie widnieje 100mg. Jeśli zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem winien być zawarty isomer A, prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.137 – materiał w dalszym ciągu pozostaje niedostępny, nie znany jest termin ponownego wprowadzenia materiału do sprzedaży. Możemy zaoferować materiał po badaniu biegłości (fapas). W załączeniu przykładowy certyfikat. Jeśli Zamawiający nie akceptuje, zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z Części 2.5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę na Dried Apple, op. 1x100g.

Poz.144 – Materiały dostępne są w opakowaniu 1x500ml Lub 1x100ml? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 2x100ml.

Poz.147 – Materiał DRE-C118900000 aktualnie dostępny jest w opakowaniu 1x100mg. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu .Jeśli Zamawiający akceptuje wzorzec zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.148 – Materiał DRE-C12081000 aktualnie dostępny jest w opakowaniu 1x50mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34). W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu .Jeśli Zamawiający akceptuje wzorzec zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x50mg.

Poz.149 – Materiał DRE-C13430000 aktualnie dostępny jest w opakowaniu 1x100mg. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu .Jeśli Zamawiający akceptuje wzorzec zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.151 – NPS – Materiał DRE-C12081000 aktualnie dostępny jest w opakowaniu 1x100mg(wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34). W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu .Jeśli Zamawiający akceptuje wzorzec zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.152 – Materiał DRE-C14370000 aktualnie dostępny jest w opakowaniu 1x100mg. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu .Jeśli Zamawiający akceptuje wzorzec zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 1x100mg.

Poz.164 – Materiał DRE-C16522500 aktualnie dostępny jest w opakowaniu 1x100mg (wytworzony zgodnie z ISOGUIDE34).. W załączeniu kopia przykładowego certyfikatu .Jeśli Zamawiający akceptuje wzorzec zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie o ilości do zawarcia w formularzu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, 2x100mg.

Pytanie 51

-Zgodnie z punktem I, SIWZ „Materiały, które mają określony termin przydatności

muszą w dniu dostawy mieć nie mniej niż 75% ważności okresu przydatności określonego przez producenta”

Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie wskazanym ¾ okresem ważności, ze względu na to, że producenci z reguły oferują tylko jedną bieżącą serię materiału z określoną datą ważności lub datą ważności od wysyłki. W pierwszym przypadku Serie zmieniają się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wcińców do sprzedaży w przypadku wyczerpania serii lub ponownej re-certyfikacji. Producenci nie mogą zagwarantować, na cały czas trwania umowy(w tym przypadku na 12 miesięcy) ciągłości sprzedaży wzorców z tym konkretnym 75% okresem bowiem zakupy są dokonywane na różnym etapie żywotności produktu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca z proponowaną datą ważności do ustalenia w trakcie realizacji zamówienia, jeśli materiał będzie ponownie recertyfikowany lub wyprodukowany? Zależy nam aby dostarczane produkty spełniały Państwa oczekiwania mimo specyfiki produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie certyfikatów i/lub instrukcji i/lub kart katalogowych produktów i/lub etykiet dla Części 5 w języku angielskim?

Wyjaśnienie: Niestety przy takiej ilości produktów w Pakiecie nr 5 nie mamy możliwości technicznych aby dołączać wszelkie wymagane dokumenty w języku polskim. Karty charakterystyki w języku polskim będą wysyłane meilem wraz z potwierdzeniem zamówienia lub na życzenie Zamawiającego na podany przez niego adres email.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od przesłania zamówienia?

Wyjaśnienie: Niestety materiały są produkowane przez różnych producentów i mają różne terminy dostaw, większa część nie jest też dostępna w magazynie, tylko realizowana na życzenie Zamawiającego ze względu na daty ważności od daty wysyłki i nie mogą zostać dostarczone w krótszym czasie. Część produktów jest sprowadzana również z poza UE a odprawa celna znacznie wydłuża terminy realizacji. Część materiałów zamawiana jest dla Państwa na specjalne zamówienie i przygotowanie mieszanin przewidziane jest przez producentów na minimum 6-7 tygodni. Dotyczy to również materiałów reklamowanych. Nie ma bowiem fizycznie możliwości dostarczyć materiału reklamowanego w czasie krótszym, niż pierwotnie dostarczony, jeśli nie są to produkty magazynowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy częściowe?

Wyjaśnienie: Część materiałów sprowadzana jest na specjalne zamówienie Zamawiającego a w zamówieniu najczęściej jest zawartych wiele pozycji, o różnym terminie dostawy od różnych dostawców, bardzo często wymagające dodatkowych ustaleń.. Skompletowanie całego zamówienia będzie znacznie opóźniało dostarczenie materiałów poszczególnym użytkownikom końcowym, a co za tym idzie, wykonywanie analiz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy w §3 p.5 na:

Zamawiający zgłosi reklamację w terminie 3 dni od daty odbioru a w przypadku wad ukrytych (jakościowych) od ich ujawnienia w razie:

- braku ilościowego oryginalnych opakowań
- braku ilościowego towaru w oryginalnym opakowaniu
- dostarczenie asortymentu innego niż objęty zamówieniem
- dostawy produktów dostarczonych z datami ważności niezgodnymi z ustalonymi w trakcie realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie: Niestety ze względu na specyfikę produktów, nie mamy wpływu i możliwości na dostawę materiałów z konkretnie wskazanym okresem ważności, ze względu na to, że producenci oferują z reguły tylko jedną bieżącą serię materiału. Seria zmieni się dopiero w momencie wprowadzenia kolejnej partii wzorców do sprzedaży w przypadku wyczerpania lub ponownej recertyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy w §7 p.1 i 2 na:

1. „Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 10 % łącznej wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - b) 0,5% ceny brutto fizycznie niedostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie z zamówieniem materiałów - za każdy dzień opóźnienia licząc od wymaganego w myśl §2 ust. 2 terminu dostawy ale nie więcej niż 10% wartości produktu fizycznie niedostarczonego.”

2. „Zamawiający niezależnie od kary umownej może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość tej kary, do wysokości maksymalnej równej wynagrodzeniu wykonawcy wynikającemu z niniejszej z umowy.

Wyjaśnienie: Kary umowne określone w projekcie umowy nie są do zaakceptowania ponieważ mogą zaburzyć rachunek ekonomiczny tego kontraktu a tym samym ograniczą ilość Wykonawców do udziału w tym postępowaniu przetargowym.

Niestety ze względów ekonomicznych, nie będziemy mogli podpisać umowy, w której nie jest określona górna granica roszczeń lub ten zapis będzie mógł być wykluczony z umowy. Mając na uwadze zasadę jawności, równości, uczciwej konkurencji, bezstronności i dotychczasową współpracę zwracamy się z prośbą o skorygowanie zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany przedmiotowych zapisów.

Pytanie 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy w §8 p.2 na:

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia żądania Zamawiającego zgłoszonego w protokole reklamacyjnym w terminie **do 6 tygodni (42 dni)** od daty zgłoszenia pod rygorem obciążenia go karami umownymi, określonymi w §7 ust. 1 lit.. b.” **Wyjaśnienie:** Z racji tego, że duża część materiałów jest sprowadzana na specjalne zamówienie dla Państwa, ze względu na z góry określone daty ważności dostawa wzorca pierwotnie dostarczanego jak i reklamowanego nie będzie mogła być zrealizowana w krótszym czasie, albowiem procedury związane z przygotowaniem części materiałów nie pozwalają na szybszą realizację. Częściowe dostawy pozwolą na wysyłkę produktów fizycznie dostępnych w magazynie dla Zamawiającego w momencie rezerwacji aby zbędnie nie wydłużać terminów oczekiwania. Podany termin dostawy jest realnym terminem oferowanym przez producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty przetargowej zostały załączone wszystkie kopie certyfikatów, jeśli w momencie zapytania były dołączone w celu potwierdzenia zgodności

produktów?
Odpowiedź:
Tak.

W załączeniu zmienione załączniki do SIWZ nr 2.4, 2.5 i 5.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Jacek Szopka

