



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

AT.272.5.2025

Piotrków Tryb. dnia 07 marca 2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) I

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) na zakup i dostawę autoklawu laboratoryjnego, wagi analitycznej oraz urządzenia chłodniczego- chłodziarki farmaceutycznej wraz z wniesieniem na wskazane miejsce do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczestnicy postępowania

-wszyscy-

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), w związku z otrzymanymi zapytaniem, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

Pakiet B- waga analityczna

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wagę analityczną o parametrach:

Waga analityczna I klasa

Obciążenie maksymalne 82g/220g

Wymiary około 351 mm x 348 mm x 205,5 mm (D x W x S)

Działka odczytowa d=0,01 mg/ 0,1mg

Działka legalizacyjna e=1mg

Wymiary szalki: szalka ażurowa Ø90,

szalka pełna Ø85 mm, ze stali nierdzewnej

Ośłona przeciwwietrzna szalki

Wyświetlacz 7" graficzny kolorowy dotykowy

Automatyczna adiustacja wewnętrzna

2 bezdotykowe czujniki

Zasilacz zewnętrzny

Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A

Waga: 12 – 15V DC 0,8A max

Porty komunikacyjne 2×RS232¹, 2×USB-A (działające wymiennie), USB-B, Wi-Fi®, Ethernet

Pokrowiec ochronny

Legalizacja

Minimalna naważka standardowa - 20mg

Konstrukcja szalki- stal nierdzewna

Zasilacz AC w zestawie Powtarzalność standardowa [5% Max] 0,01 mg

Powtarzalność dopuszczalna [5% Max] 0,02 mg

Jednostki pomiaru: miligram, gram, karat

Czas stabilizacji 2s

Zakres tary: -220g

Warunki pracy +10 – +40 °C

Instrukcje w języku polskim,

pełna dokumentacja

Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego

Czas dostawy do 30.04.2025 r.

Wniesienie na wskazane miejsce przez Zamawiającego

Pierwsze uruchomienie wagi wraz ze szkoleniem na miejscu

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanej wagi, ponieważ obciążenie maksymalne jest inne niż w specyfikacji.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 12.03.2025 roku o godzinie 9:00.

Elżbieta Dobrzyńska

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim

/dokument podpisany elektronicznie/