

Wykaz sprzętu/wyposażenia do przekazania innym jednostkom budżetowym

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr inwentarzowy	Uwagi
1	Laminator	TWI-803-1081	Uszkodzony, spalona grzałka
2	Malakser	TWI-801-962	Uszkodzony
3	Nawilżacz ultradźwiękowy COOL MIST	TWI-801-4362	Uszkodzony
4	Telefax Panasonic	TW-491-4703	Uszkodzony mikroprocesor
5	Aparat bezprzewodowy Panasonic	TWI-626-3881	Uszkodzony mikroprocesor
6	Mętnościomierz Turb 350 IR	T-801-15	Uległ zużyciu w wyniku wieloletniej eksploatacji, nie przechodzi kalibracji i sprawdzeń wewnętrznych
7	Waga elektroniczna WPT-1 Radwag ZMP Radom	TW-801-177	Nie przeszła legalizacji
8	Drukarka HP Deskjet	TWI-491-3974	Uszkodzona, nie drukuje
9	Telefon bezprzewodowy KX-TG 7302	TWI-626-4217	Uszkodzony
10	Telefon bezprzewodowy KX-TG 7301 PD	TWI-626-4218	Uszkodzony
11	Wytrząsarka uniwersalna	TW-801-1427	Zardzewiała
12	Biureta cyfrowa Titrette	TW-801-4510	Uszkodzony
13	Suszarka ST 19/1	TW-808-767	Uszkodzony
14	Termometr elektroniczny	TW-801-4106	Uszkodzony
15	Termometr elektroniczny	TW-801-4105	Uszkodzony
16	Termostat L5 Control	T- 801-1211	Niewykorzystywany, zbędny dla OKK
17	Drukarka Konika Minolta 1400 W	TW-491-1229	Wyeksploatowany
18	Urządzenie Nashuatec MP 171 SP	T-803-4424	Nie drukuje
19	Zestaw komputerowy PC KOMTECH Herkules	T-491-186	Uszkodzona płyta główna
20	Demineralizator	TW-801-1568	Uszkodzony
21	Demineralizator	TW-801-1570	Uszkodzony
22	Demineralizator	TW-801-1572	Uszkodzony
23	Filtr mechaniczny	TW-801-1569	Kompatybilny z nieszczelnym demineralizatorem
24	Filtr węglanowy	TW-801-1571	Kompatybilny z nieszczelnym demineralizatorem
25	Filtr węglanowy	TW-801-1573	Kompatybilny z nieszczelnym demineralizatorem
26	Demineralizator DEM15	T-801-1149	Uszkodzony, nieszczelny
27	Dejonizator DMB-20	TW-801-737	Uszkodzony, nieszczelny
28	Dejonizator DM-20	TW-801-738	Uszkodzony, nieszczelny
29	Suszarka ST 19/1	TW-808-767	Uszkodzona
30	Pipeta Transferpette electronic	TW-801-4941	Niedziałające przyciski

	BRAND 20 – 200 µl		
32	Pipeta Transferpette electronic BRAND 5000 µl	TW-801-722	Uszkodzone gniazdo ładowania
33	Drukarka typ Star LC 15 PL	TW-491-409	Uszkodzona
34	Aspirator AS 50	TW-801-110	Uszkodzony
35	Aspirator z wyposażeniem AS-50	TW-801-114	Uszkodzony
36	Aparat Kocha NK-64 KM	TW-801-1598	Nieszczelność zbiornika, uszkodzone elementy grzejne
37	Pipeta elektroniczna BIOHIT 5000µl	TW-801-456	Uszkodzona, nieszczelna
38	Pipetor elektryczny AUTOMATIC SARPETTE	TW-801-839	Uszkodzony, nieszczelny
39	Pipeta elektroniczna TRANSFERPETTES 100-1000 µl	TWI-801-90	Uszkodzona, nieszczelna

Sporządził: Iwona Dziadek

Starszy Specjalista w Oddziale

Administracyjno-Technicznym

DYREKTOR

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Opolu

dr n. med. Anna Matejuk