

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup 5 szt. szaf ognioodpornych do przechowywania próbek na przejścia graniczne.”

I. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 5 szt. szaf ognioodpornych do bezpiecznego składowania próbek o klasie odporności ogniowej 90 minut (typ 90 wg PN EN 14470-1), zgodne z CE.

II. Opis techniczny szafy:

- rodzaj szafy – wysoka;
- wyprodukowana nie wcześniej niż w 2023 r.;
- drzwi jednoskrzydłowe pełne (3 szt. prawe, 2 szt. lewe);
- drzwi z zamkiem patentowym, zamykane na klucz;
- szafy wyposażone w urządzenie utrzymujące drzwi w pozycji otwartej (drzwi pozostają otwarte podczas użytkowania);
- szafy powinny posiadać mechanizm kontroli temperatury, gwarantujący automatyczne zamknięcie i uszczelnienie drzwi oraz otworów wentylacyjnych w przypadku pożaru;
- możliwość poziomowania i ustawienia szafy;
- przyłączy uziemienia szafy;
- wymiary zewnętrzne szafy (mm):
szerokość: 595 ÷ 600;
głębokość: 595 ÷ 620;
wysokość: 1950 ÷ 1970;
- wymiary wewnętrzne szafy (mm):
szerokość: 450 ÷ 520;
głębokość: 445 ÷ 525;
wysokość: 1550 ÷ 1750;
- wyposażona w 3 półki wannowe, nośność półki: 60 ÷ 75 kg;
- wanna dolna : 1;
- kolor szafy: szary.

III. W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje:

1. Dostawę szaf ognioodpornych na przejścia graniczne, w następującej lokalizacji:

- 1 szt. (drzwi prawe) na Drogowe Przejście Graniczne w Budomierzu (37-625 Budomierz);
 - 1 szt. (drzwi prawe) na Drogowe Przejście Graniczne w Korczowej (37-552 Młyny);
 - 1 szt. (drzwi lewe) na Drogowe Przejście Graniczne w Krościenku (38-700 Krościenko);
 - 1 szt. (drzwi prawe) na Drogowe Przejście Graniczne w Malhowicach (37-733 Malhowice);
 - 1 szt. (drzwi lewe) na Drogowe Przejście Graniczne w Medyce (37-732 Medyka).
2. Rozładunek i montaż we wskazanym miejscu.
 3. Przeprowadzenie instruktażu z zasad użytkowania.

IV. Warunki gwarancyjne:

1. Gwarancja: 24 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia;
2. Szafy muszą posiadać kartę/książkę gwarancyjną zawierającą warunki gwarancyjne oraz instrukcję obsługi w języku polskim.