Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie

Leszno, 2026-11-16

OEA-SA.272.14.2026

Sprawę prowadzi: Sekcja Administracji
+48 41 310 98 88
zamowienia.publiczne.psse.leszno@sanepid.gov.pl

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę materiałów laboratoryjnych na rok 2027 (ID 1394923)

Szanowni Państwo,

do postepowania wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 15 – dotyczy części 16 – szkło laboratoryjne - pozycja 14

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem producenta cylindry Nesslera nie są szkłem miarowym i nie podlegają wzorcowaniu, certyfikacji na takich samych zasadach jak standardowe cylindry miarowe. W związku z powyższym producent nie wystawia dla tego rodzaju wyrobów certyfikatu serii, certyfikatu dokładności ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego pojemność i tolerancję wykonania, w tym zgodność z wymaganiem szkła klasy A (100 ml ± 0,8 ml). W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający dysponuje certyfikatem lub innym dokumentem producenta potwierdzającym wskazane parametry dla cylindrów Nesslera. Jeżeli taki dokument jest dostępny, uprzejmie prosimy o jego udostępnienie lub wskazanie producenta, który wystawia tego rodzaju dokumentację dla cylindrów Nesslera. Podtrzymujemy, że uzyskanie wymaganego dokumentu od producenta jest niemożliwe, ponieważ tego rodzaju dokumentacja nie jest wystawiana dla wskazanego produktu. Proszę jednocześnie o wyrażenie zgody na zaoferowanie cylindrów bez certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cylindrów bez certyfikatu.

Pytanie 16 – dotyczy części 17 - wzorce

Zamawiający oczekuje dostawy każdej grupy produktów od jednego producenta, przy czym wyszczególnił konkretne pozycje, które również powinny być od jednego producenta. Wymienione w wymaganiach dodatkowych pozycje to wzorce należące do jednej grupy produktów. W związku z powyższym czy rzeczywiście Zamawiający oczekuje dostawy wszystkich wzorców danej grupy od jednego producenta, czy tylko tych wyszczególnionych pozycji? Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą trudno jest odnaleźć produkty z tej samej grupy w całym pakiecie postępowania u jednego producenta, które jednocześnie spełniałyby wszystkie wymagane w specyfikacji parametry. Uprzejmie prosimy o odstąpienie od zapisu „Każda grupa produktów dostarczana będzie od jednego producenta.”, a pozostawienie zapisu z wyszczególnionymi pozycjami. Taki zabieg przyczyni

ul. Niepodległości 66 |64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006

się do zwiększenia konkurencyjności pakietu i pozwoli na złożenie oferty przez większą ilość dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od zapisu „Każda grupa produktów dostarczana będzie od jednego producenta.", a pozostawia zapis z wyszczególnionymi pozycjami.

Pytanie 17 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 3-7 i 8-13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wzorców z pozycji 3-7 od jednego producenta, a pozycji 8-13 od drugiego producenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 18 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 3-7 i 8-13

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wzorców z pozycji 3-7 od jednego producenta, a pozycji 8-13 od drugiego producenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 19 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 19-22

Czy Zamawiający dopuszcza opcję dostarczenia wzorców z pozycji 19 i 21 od jednego producenta, a z pozycji 20 i 22 od drugiego producenta?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 20 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca w opakowaniu 500 ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że termin ważności wzorca będzie wynosił minimum 18 miesięcy od daty otrzymania.

Pytanie 21 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wzorca od innego producenta niż w pozycjach 23 i 24?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22 – dotyczy części 17 - wzorce - pozycja 26-33

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wzorców pH o wyspecyfikowanych wartościach o temperaturze wzorcowania 20°C zamiast 25°C?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23 – dotyczy § 2 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego zapisu: Termin realizacji dostawy może zostać wydłużony, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przez osoby/osobę wymienione w ust. 14 po stronie Zamawiającego lub osobę/osoby przez nią/nich upoważnioną. Akceptacja wydłużonego terminu dostawy zamówienia nastąpi w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) i nie wymaga zmiany umowy”

Uzasadnienie:
W przypadku niektórych produktów czasy dostaw i dostępność bywają zmienne na przestrzeni danego roku. W ostatnim czasie dochodziło również do przestojów produkcyjnych u producentów, spowodowanych różnymi okolicznościami, na które ani producent, ani Wykonawca nie mają wpływu. Prosimy zatem o uwzględnienie możliwości wydłużenia terminu dostawy w takich wyjątkowych przypadkach, za zgodą przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację umowy. Zwracamy przy tym uwagę, że termin realizacji nie jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 2 ust. 17 o treści: „Termin realizacji dostawy może zostać wydłużony, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Akceptacja wydłużonego terminu dostawy zamówienia nastąpi w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) i nie wymaga zmiany umowy”.

Pytanie 24 – § 5 ust. 4 i ust. 9 wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad do 15 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji?

Uzasadnienie:
Wskazany termin 7 dni bywa niewystarczający z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, wynikających ze specyfiki łańcucha dostaw odczynników. Niemożliwym jest magazynowanie wszystkich wymaganych odczynników, są one sprowadzane z magazynów producenta lub dystrybutorów zagranicznych. Ponadto wykonawca jest uzależniony od terminu rozpatrzenia reklamacji przez producenta. Termin 15 dni roboczych pozwala zrealizować wymianę lub uzupełnienie braków ilościowych w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami jakościowymi. Jednocześnie dłuższy termin może skłonić więcej wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu, co korzystnie wpłynie na konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający wyra za zgodę na wydłużenie terminu do 15 dni roboczych w § 5 ust. 4 i ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 25 – § 5 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie zapisu§ 5 ust. 2 wzoru umowy poprzez wskazanie, że gwarancja jest udzielana na okres odpowiadający okresowi ważności wskazanemu w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo-cenowy)?

Uzasadnienie:
Obecny zapis nie precyzuje na jaki okres jest udzielana gwarancja, a zatem aktualny pozostawałby przepis art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego: Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza do umowy zmianę treści w § 5 ust. 2, tj.: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakościowych i ilościowych na dostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja udzielana jest na okres odpowiadający okresowi ważności wskazanemu w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo-cenowy).”

Pytanie 26 – § 5 ust. 1 pkt b i c wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych zastrzeżonych w razie zwłoki w dostarczeniu produktów objętych zamówieniem częściowym oraz w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad na skutek zgłoszonej reklamacji do wysokości odpowiednio: 0,1% wartości produktów niedostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki oraz 0,1% wartości reklamowanych produktów za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnienie:
Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów (zwiększenie konkurencyjności).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych.

Pytanie 27 – dotyczy część 9 - odczynniki chemiczne – poz. 17, 31, 41, 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższe terminy ważności: część 9 - odczynniki chemiczne:

17 - kwas azotowy ultraczysty min. 65% 1 rok od daty nadania serii
31 - potasu chlorek roztwór mianowany 3 mol/dm3 12 miesięcy od daty nadania serii
41 - szczawian dwusodowy (odważka analityczna 0,1N) z odniesieniem do wzorca SRM z NIST 2 lata od daty nadania serii
43 - winian sodowo-potasowy 4 hydrat 4 lata od daty nadania serii

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 – dotyczy część 4 – szkło laboratoryjne – poz. 9-12, 18 i 27-32

W opisie pozycji 9-12, 18 i 27-32 wymagają Państwo szkła miarowego (cylindry, kolby, pipety) klasy A z „indywidualnym certyfikatem kalibracji z wyznaczonym błędem pomiaru max. [wartość] ml do jednej sztuki w serii (wszystkie tej samej serii)".

Sformułowanie to łączy kilka różnych pojęć i może być interpretowane na kilka sposobów, dlatego prosimy o doprecyzowanie.

Certyfikat indywidualny, a certyfikat serii. Szkło miarowe klasy A jest standardowo dostarczane z certyfikatem partii (serii), który powstaje na podstawie badania statystycznego próbki z danej serii produkcyjnej i dotyczy całej serii. Certyfikat „indywidualny" oznacza natomiast, że każdy przyrząd jest badany oddzielnie i ma własny unikalny numer. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wymaga:

a) certyfikatu serii (partii) dla szkła miarowego z jednej serii produkcyjnej, czy

b) certyfikatu indywidualnego dla każdej sztuki z osobna (z unikalnym numerem identyfikacyjnym i wynikiem pomiaru dla tej konkretnego przyrządu)?

Wzorcowanie. Wzorcowanie to odrębna usługa wykonywana przez laboratorium (najlepiej akredytowane), w wyniku której wydawane jest świadectwo wzorcowania dla konkretnego przyrządu. Nie zmienia ono certyfikatu serii producenta. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga także świadectwa wzorcowania wystawionego przez akredytowane laboratorium (np. wg PN-EN ISO/IEC 17025), czy wystarczy certyfikat producenta.

„Błąd pomiaru max. …". Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza ten zapis. Czy chodzi o:

maksymalny błąd graniczny (tolerancję) dopuszczalny dla klasy A dla danej pojemności,

czy

maksymalną rzeczywistą odchyłkę wyznaczoną dla każdego przyrządu w certyfikacie (wartość błędu wskazana w certyfikacie)?

Sformułowanie „do jednej sztuki w serii". Prosimy o wyjaśnienie, czy oznacza ono, że certyfikat ma być wystawiony dla każdej sztuki, czy też, że wszystkie dostarczone sztuki mają pochodzić z jednej serii produkcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga: certyfikatu indywidualnego (z rzeczywistą odchyłką wyznaczoną dla danej sztuki), jak wskazano w opisie, dla jednej sztuki np. dla cylindra i oczekuje, że pozostałe przesłane cylindry będą z tej samej serii, z której pochodzi ten z certyfikatem.

Dla poz. 12: cylindry 500 ml - szkło miarowe klasy A – wymagane dostarczenie z certyfikatem partii (serii).

Pytanie 29 – dotyczy część 19 – materiały pomocnicze do chromatografii

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia z minimalnym terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy od daty otrzymania?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Z wyrazami szacunku

Zdzisław Rzeźniczak; Powiatowa Stacja Sanit.-Epidem. w Lesznie

Elektronicznie podpisany przez Zdzisław Rzeźniczak; Powiatowa Stacja Sanit.-Epidem. w Lesznie
Data: 2026.11.16 14:19:03 +01'00'