

Numer sprawy: EA.261.19.2026

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu określonego w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 poz. 793 z póź.zm.).

W związku z planowanym zakupem Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne we Włocławku prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup i dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami, fabrycznie nowego sterylizatora laboratoryjnego parowego (autoklawu) o pojemności komory 80 litrów z pionową komorą sterylizacyjną, z systemem szybkiego chłodzenia, systemem próżniowym, systemem podtrzymania ciśnienia w komorze i możliwością wydruku parametrów sterylizacji poprzez wbudowaną drukarkę – szt. 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Sterylizator laboratoryjny parowy z komorą sterylizacyjną pionową.
- 2) Pojemność komory użytkowej ok. 80 litrów $\pm 5\%$
- 3) Rama, obudowa i obudowa drzwi wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI.
- 4) Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI.
- 5) Dodatkowe oprzyrządowanie:
 - ? - zestawy przyłączeniowe do autoklawu - 2 szt.
 - ? - sprężarka cichobieżna bezolejowa DA7001 30 L. – 1 szt.
 - ? - demineralizator TECHNICAL 10 PLUS – 1 kpl.
 - ? - zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 L. do stacji uzdatniania wody TECHNICAL ZC-0080 – 1 szt.
 - ? - kosz sterylizacyjny siatkowy KSV-1/2, wym. fi 360/275 mm (1/2 jedn. wsadu) – 1 szt.
- 6) Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim.
- 7) Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji.
- 8) Gwarancja. minimum 24 miesiące.
- 9) Instrukcja w języku polskim.
- 10) Dostawa, montaż i uruchomienie w miejscu użytkowania (PSSE we Włocławku, ul. Płocka 45a, Oddział Laboratoryjny – I piętro) maksymalnie do 21 grudnia 2026 r.
- 11) Szkolenie personelu z obsługi sprzętu.
- 12) Termin płatności na fakturze: minimum 30 dni.
- 13) Komplet dokumentacji wymaganej do rejestracji urządzenia ciśnieniowego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Wspólny Słownik Zamówień: 33191110-9

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, w szczególności w sytuacji, gdy środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. Umowa zostanie zawarta po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa, zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Wzór
Cena - Waga 100	$\frac{\text{cena oferty najkorzystniejszej brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \%$

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 29.09.2026 r.
w siedzibie zamawiającego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
Jana Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek, pokój nr 17 (Kancelaria).

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl, EPUAP: /pssewlocl/skrytka oraz e-Doręczenie: AE:PL-11719-89312-TAFBS-16

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:

stanowisko Kierownik Sekcji Administracyjnej
imię i nazwisko Sławomir Lewandowski
tel. 54-411-68-33
w godzinach 8:00 ÷ 14:00

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym