



Kraków, dnia 01 września 2026 r.

AG.240.10.2026

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Dostawa i instalacja chromatografu cieczowego HPLC z detektorem MS”.

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793), którego przedmiotem było wyłonienie Wykonawcy zamówienia na realizację zadania pod nazwą **„Dostawa i instalacja chromatografu cieczowego HPLC z detektorem MS**, uprzejmie informujemy, iż Zamawiający przy spełnieniu warunków i wymagań określonych w SWZ i załączniku nr 2 stanowiącym Specyfikację Techniczną, za najkorzystniejszą uznał ofertę:

Firmy

Altium International Sp. z o. o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa

W postępowaniu złożono 3 niepodlegające odrzuceniu oferty.

Ocena ofert została dokonana w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w rozdziale XVIII SWZ

Oferta nr 1

Bioanalytic Sp. z o.o.
ul. Limbowa 7A,
80-175 Gdańsk

PROPOZYCJA ZAWARTA W OFERCIE		pkt.
1. Cena		36,69
2. Okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy i więcej		0
3. Parametry techniczne i funkcjonalne		
1) czułość S/N dla ESI w trybie MRM dla 1 pg rezerpiny (wstrzyknięcie on-column),		1
2) zakres monitorowanych mas m/z		1
3) szybkość skanowania		0
4) szybkość MRM/s		0
5) wprowadzenie kalibranta podczas tunowania		10
Łącznie:		48,69

Oferta nr 3

Altium International Sp. z o. o.

ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

PROPOZYCJA ZAWARTA W OFERCIE		pkt.
1. Cena		50
2. Okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy i więcej		10
3. Parametry techniczne i funkcjonalne		
1) czułość S/N dla ESI w trybie MRM dla 1 pg rezerpiny (wstrzyknięcie on-column),		3
2) zakres monitorowanych mas m/z		4
3) szybkość skanowania		10
4) szybkość MRM/s		0
5) wprowadzenie kalibranta podczas tunowania		10
Łącznie:		87,00

Oferta nr 4

„SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI”

E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

PROPOZYCJA ZAWARTA W OFERCIE		pkt.
1. Cena		45,53
2. Okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy i więcej		2,5
3. Parametry techniczne i funkcjonalne		
1) czułość S/N dla ESI w trybie MRM dla 1 pg rezerpiny (wstrzyknięcie on-column),		0
2) zakres monitorowanych mas m/z		2
3) szybkość skanowania		10
4) szybkość MRM/s		5
5) wprowadzenie kalibranta podczas tunowania		10
Łącznie:		75,03

Oferta nr 2

firmy **Anchem sp. z o.o.**

ul. Międzyborska 23

04-041 Warszawa

nie spełniła warunków udziału w postępowaniu sprecyzowanych w treści SWZ i załączniku nr 2 do SWZ i w związku z tym została odrzucona.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX, art. 505 - 590 ustawy Pzp.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma e-mailem na adres: mkierasinska@ies.gov.pl

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania e-maila.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR INSTYTUTU
prof. dr hab. Dariusz Zuba

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Dariusz Zuba
Data: 2026.09.01 15:06:41 CEST

*Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) do akt.