



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu**

Poznań, 29-04-2026 r.

STRONA ZAMAWIAJĄCEGO

Dot. postępowanie nr OPO.D-2-6.2431.8.2026

Dostawa komory termostaticznej.

1. Pytanie 1

„Proszę o informację z czego wynikają takie wymagania dotyczące jednorodności w punkcie środkowym? Dla temperatury 5 st C zazwyczaj jest wymagane +/-3 st C, agregatorowa konstrukcja urządzenia nie jest przystosowane do pracy z tolerancją +/-1 st C. Czy zatem Zamawiający dopuści urządzenia z tolerancją pracy 5 st C +/-3 st C oraz 60 st C +/-2 st C?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści urządzenia z tolerancją pracy $5\pm 3^{\circ}\text{C}$, $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ oraz $60\pm 2^{\circ}\text{C}$, z zastrzeżeniem, że dla temperatury 25°C wymagana dopuszczalna tolerancja $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$ nie ulega zmianie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Jakub Raszewski
Naczelnik Wydziału Technologii i Jakości budowy
Dróg